

# ottobock.



## Liner

DE	Gebrauchsanweisung .....	2
EN	Instructions for use .....	9
FR	Instructions d'utilisation .....	15
IT	Istruzioni per l'uso .....	23
ES	Instrucciones de uso .....	30
PT	Manual de utilização .....	37
NL	Gebruiksaanwijzing .....	45
SV	Bruksanvisning .....	52
DA	Brugsanvisning .....	59
NO	Bruksanvisning .....	65
FI	Käyttöohje .....	72
PL	Instrukcja użytkowania .....	79
HU	Használati utasítás .....	86
CS	Návod k použití .....	93
RO	Instrucțiuni de utilizare .....	100
HR	Upute za uporabu .....	107
SL	Navodila za uporabo .....	113
SK	Návod na používanie .....	120
BG	Инструкция за употреба .....	127
TR	Kullanma talimatı .....	134
EL	Οδηγίες χρήσης .....	141
RU	Руководство по применению .....	148
JA	取扱説明書 .....	156
ZH	使用说明书 .....	163
KO	사용 설명서 .....	169

## INFORMATION

Datum der letzten Aktualisierung: 2016-10-11

- ▶ Lesen Sie dieses Dokument vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer in den sachgemäßen und gefahrlosen Gebrauch des Produkts ein.
- ▶ Bewahren Sie dieses Dokument auf.

## INFORMATION

- ▶ Die Versorgung des Patienten mit dem Liner muss spätestens an dem Datum beginnen, das auf der Innenseite der Verpackung oder auf dem Etikett aufgedruckt ist (MHD/BBD).

## 1.1 Funktion

Liner erhöhen, in Verbindung mit einer geeigneten Haftungslösung, den Tragekomfort und verbessern die Haftung der Prothese. Zusammen reduzieren sie die Kräfte, die auf den Stumpf einwirken.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Liner:

TF-Versorgung	
Material	Kennzeichen
Silikon (Skeo Liner)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT-Versorgung	
Material	Kennzeichen
Silikon (Skeo Liner)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolymer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyurethan	6Y60
Hybrid	6Y100

## Silikon (Skeo Liner)

Skeo Liner sind aus Silikon hergestellt. Sie verbessern die Stoßdämpfung und den Tragekomfort.

Ottobock empfiehlt für TT-Prothesen einen zweckmodellierten Prothesenschaft mit distalem Endkontakt und die Verwendung eines ShuttleLocks.

Ottobock empfiehlt für TF-Prothesen die Verwendung eines ShuttleLocks, eines KISS Lanyard Systems oder eines ProSeal Systems.

### **Copolymer (Caleo Liner)**

Caleo Liner sind aus einem TPE-Gel hergestellt (thermoplastisches Elastomer). Sie reduzieren Scherkräfte effektiv und tragen durch die Abgabe eines medizinischen Weißöls zur Hautpflege bei.

Die Gipsabdrucktechnik ist frei wählbar. Der verwendete Liner bestimmt das geeignete Haftungssystem.

### **Polyurethan (Uneo Liner)**

Uneo Liner sind aus einem Polyurethan-Gel hergestellt. Das Material ist viskoelastisch. Es passt sich sehr gut an die Form und Struktur des Stumpfes an und schützt besonders vor Stoßkräften.

Ottobock empfiehlt einen Vollbelastungsschaft (Prinzip "Harmony") mit einem Harmony-System oder einem Ausstoßventil.

### **Hybrid**

Hybridliner bestehen aus Polyurethan-Gel und Silikon. So können die Eigenschaften beider Materialien genutzt werden.

Ottobock empfiehlt einen Vollbelastungsschaft (Prinzip "Harmony") mit einem Unterdrucksystem (z. B. AeroLink System).

## **1.2 Kombinationsmöglichkeiten**

Diese Prothesenkomponente ist Teil des Ottobock Modularsystems und kann mit anderen Produkten des Modularsystems kombiniert werden.

## **2 Bestimmungsgemäße Verwendung**

### **2.1 Verwendungszweck**

Das Produkt ist ausschließlich für die prothetische Versorgung der unteren Extremität einzusetzen.

### **2.2 Nutzungsdauer**

Das Produkt ist ein Verschleißteil, das einer üblichen Abnutzung unterliegt.

## **3 Sicherheit**

### **3.1 Bedeutung der Warnsymbolik**

<b>⚠️ WARNUNG</b>	Warnung vor möglichen schweren Unfall- und Verletzungsgefahren.
<b>⚠️ VORSICHT</b>	Warnung vor möglichen Unfall- und Verletzungsgefahren.
<b>HINWEIS</b>	Warnung vor möglichen technischen Schäden.

## **3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise**

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Produkt wird über Mund und Nase gezogen**

Erstickungsgefahr durch mangelnde Sauerstoffzufuhr

- ▶ Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### **⚠️ VORSICHT**

#### **Kontakt mit Kälte, Hitze, Glut oder Feuer**

Verletzungen (z. B. Verbrennungen) durch Schmelzen des Materials und Schäden am Produkt

- ▶ Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, Glut oder anderen Hitzequellen fern.
- ▶ Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über +80 °C bzw. unter -20 °C aus.

### **⚠️ VORSICHT**

#### **Wiederverwendung an anderen Personen und mangelhafte Reinigung**

Hautirritationen, Bildung von Ekzemen oder Infektionen durch Kontamination mit Keimen

- ▶ Das Produkt darf nur an einer Person verwendet werden.
- ▶ Reinigen Sie das Produkt regelmäßig.

### **⚠️ VORSICHT**

#### **Falsches oder zu festes Anliegen des Produkts am Körper**

Druckerscheinungen und Einengungen an Blutgefäßen und Nerven durch falsches Anlegen

- ▶ Stellen Sie das korrekte Anlegen und den korrekten Sitz des Produkts sicher.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt bei Passformproblemen nicht weiter.

### **⚠️ VORSICHT**

#### **Verwendung des Produkts auf nicht intakter Haut**

Hautirritationen, Bildung von Ekzemen oder Infektionen durch Kontamination mit Keimen

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur auf intakter Haut.

## 4 Lieferumfang

Menge	Benennung	Kennzeichen
1	Gebrauchsanweisung	-
1	Liner	-

## 5 Herstellung der Gebrauchsfähigkeit

Bei Bedarf sind folgende Technische Informationen verfügbar:

Skeo TT Liner	646T2=1.6, 646T2112
Hybrid-Liner	646T217
Copolymer-Liner	646T215
Polyurethan-Liner	646T2=1.8
Skeo TF Liner	647G932

### 5.1 Anpassen des Liners

#### INFORMATION

Liner mit Gewindeanschluss besitzen eine integrierte Matrix. Die Matrix verhindert eine übermäßige Ausdehnung des Materials. Die Länge der Matrix richtet sich nach dem Einsatzgebiet des Liners. Bei TF-Linern verläuft die Matrix über die gesamte Länge des Liners. Bei TT-Linern ist die Matrix meist 10 cm lang.

#### INFORMATION

Copolymer-Liner sind thermoplastisch verformbar. Dazu den Liner über ein trockenes Gipspositiv ziehen und optional mit einer elastischen Binde umwickeln.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Umluftofen 70° C, 2 h
- **6Y93:** Umluftofen 65° C, 15 min

- > **Empfohlene Werkzeuge für Liner mit Außentextil:** Zuschneideschere 719S7 oder Kunstfaserschere 719S20
- > **Empfohlene Werkzeuge für Liner ohne Außentextil:** Zuschneidegerät 756L9, Liner-Trimmer 756L10 oder eine herkömmliche Schere mit glattem Schliff
- **HINWEIS! Keine Wellenschliffschere verwenden.**  
Den Liner in der benötigten Länge horizontal zuschneiden. Dabei auf eine glatte Schnittkante achten, damit das Material nicht einreißt.

## 5.2 Optional: Montieren des Pins

### INFORMATION

Die Form des Prothesenschafts muss eine Stumpfendbelastung ermöglichen.

Der Pin zur Verbindung des Liners mit dem Shuttle Lock, wird in das Gewinde am distalen Ende des Liners eingeschraubt.

> **Benötigte Werkzeuge und Materialien:**

Drehmomentschlüssel (auf 3 Nm einstellbar), Loctite® 636K13

1) Loctite® auf das Gewinde auftragen.

2) **HINWEIS! Flexible Pins und Pins mit Ausstoßventil nicht kürzen.**

Den Pin in das Gewinde einschrauben und anziehen (Montage-Anzugsmoment: **3 Nm**).

## 6 Gebrauch

### ⚠ VORSICHT

#### Verwenden von Puder (z. B. Babypuder oder Talkum)

Hautirritationen am Stumpf sowie Funktionsverlust von Prothesenkomponenten durch Verstopfen mit Partikeln oder Entzug von Schmierstoff

► Halten Sie das Produkt von Puder fern.

### HINWEIS

#### Mechanische Überbelastung

Funktionseinschränkungen durch mechanische Beschädigung

- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Funktionseinschränkungen.
- Sorgen Sie im Bedarfsfall für geeignete Maßnahmen (z. B. Reparatur, Austausch, Kontrolle durch den Kunden-Service des Herstellers, etc.).

### INFORMATION

Einige Liner sind mit dem Zusatzstoff Skinguard Technology behandelt. Skinguard Technology wirkt antibakteriell und verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen.

Durch schwefelhaltige Substanzen im Schweiß können Verfärbungen entstehen. Diese Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Funktion und die Haltbarkeit des Liners, sie sind jedoch nicht entfernbare. Der Schwefel kann durch Nahrungsmittel in den Schweiß gelangen, z. B. durch Eiweiß-

produkte, Kohl, Nüsse, Hülsenfrüchte sowie durch geschwefelte Produkte (z. B. Trockenfrüchte).

Verfärbungen am Liner sind kein Anlass zur Reklamation.

#### **INFORMATION**

- Bereits getragene Liner fühlen sich meist weicher an als neue Liner.
- Aufgrund der längeren Trocknungszeit von Polyurethan-Linern ist ein Liner zum Wechseln empfehlenswert.
- Neue Liner vor dem ersten Gebrauch reinigen.

#### **INFORMATION**

Derma Prevent kann die Außen- und Innenbeschichtung von Polyurethan-Linern beschädigen.

## **6.1 An- und Ausziehen des Liners**

### **Anziehen**

- 1) Den Liner auf Schäden überprüfen. Wenn ein Pin montiert ist, dann auch den Pin auf Schäden überprüfen.
- 2) Den Liner aufrollen und am Stumpfende ansetzen.  
**HINWEIS! Ein distales Verbindungselement (z. B. Pin, Metallkappe) in Stumpflängsachse ausrichten.**
- 3) Den Liner faltenfrei, ohne Weichteilverschiebungen oder Luftein schlüsse, auf den Stumpf abrollen.
- 4) Den Sitz und die Ausrichtung des Liners überprüfen.

**INFORMATION: Den Liner nicht über den Prothesenschaft umschlagen (Ausnahme: 6Y100).**

### **Ausziehen**

- 1) Den Liner vom offenen zum geschlossenen Ende aufrollen und vom Stumpf abnehmen.
- 2) **Empfehlung:** Den Liner gemäß dem Kapitel „Reinigung und Pflege“ reinigen.

## **6.2 Reinigung und Pflege**

#### **HINWEIS**

#### **Verwendung falscher Reinigungsmittel**

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel

- Reinigen Sie das Produkt nur mit den zugelassenen Reinigungsmitteln.

## **INFORMATION**

Bei erhöhter Schweißbildung den Liner und die Haut öfter reinigen. Das Tragen eines Liners erfordert täglich intensive Hautpflege. Dazu empfiehlt Ottobock das Derma-Pflegesystem.

- 1) Die Innenseite des Liners nach außen wenden.
- 2) Den Liner von Hand in warmem Wasser (**30°C**) mit neutraler Seife (z. B. Ottobock Derma Clean 453H10=1) waschen.
- 3) Den Liner mit klarem Wasser gründlich ausspülen.
- 4) Ein Handtuch in den Liner stecken und den Liner flach liegend auf einem Wäscheständer trocknen. Alternativ einen Trockenständer (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2) verwenden.

## **7 Rechtliche Hinweise**

Alle rechtlichen Bedingungen unterliegen dem jeweiligen Landesrecht des Verwenderlandes und können dementsprechend variieren.

### **7.1 Haftung**

Der Hersteller haftet, wenn das Produkt gemäß den Beschreibungen und Anweisungen in diesem Dokument verwendet wird. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Dokuments, insbesondere durch unsachgemäße Verwendung oder unerlaubte Veränderung des Produkts verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

### **7.2 CE-Konformität**

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Aufgrund der Klassifizierungskriterien nach Anhang IX dieser Richtlinie wurde das Produkt in die Klasse I eingestuft. Die Konformitätserklärung wurde deshalb vom Hersteller in alleiniger Verantwortung gemäß Anhang VII der Richtlinie erstellt.

### **7.3 Garantie**

Der Hersteller gewährt auf das Produkt eine Garantie ab Versorgungsdatum. Von der Garantie sind Mängel umfasst, die nachweislich auf Material-, Fertigungs- oder Konstruktionsfehlern beruhen und innerhalb des Garantiezeitraums dem Hersteller gegenüber geltend gemacht werden.

Nähere Informationen zu den Garantiebedingungen erteilt die zuständige Vertriebsgesellschaft des Herstellers.

# 1 Product description

English

## INFORMATION

Last update: 2016-10-11

- ▶ Please read this document carefully before using the product.
- ▶ Follow the safety instructions to avoid injuries and damage to the product.
- ▶ Instruct the user in the proper and safe use of the product.
- ▶ Please keep this document in a safe place.

## INFORMATION

- ▶ The patient must be fitted with the liner no later than the date printed on the inside of the packaging or on the label (MHD/BBD).

## 1.1 Function

In combination with an appropriate suspension solution, liners increase wearer comfort and improve the suspension of the prosthesis. Together, they reduce the forces that affect the residual limb.

These instructions for use apply to the following liners:

TF fitting	
Material	Reference number
Silicone (Skeo liners)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT fitting	
Material	Reference number
Silicone (Skeo liners)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolymer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyurethane	6Y60
Hybrid	6Y100

## Silicone (Skeo liners)

Skeo liners are made of silicone. They improve shock absorption and wearer comfort.

Ottobock recommends a specific weight-bearing prosthetic socket with distal end contact and the use of a shuttle lock for TT prostheses.

Ottobock recommends using a shuttle lock, KISS lanyard system or ProSeal system for TF prostheses.

## **Copolymer (Caleo liners)**

Caleo liners are made of TPE gel (a thermoplastic elastomer). They effectively reduce shear forces and contribute to skin care by releasing a medical grade mineral oil.

The plaster cast technique can be selected freely. The liner used determines the appropriate suspension system.

## **Polyurethane (Uneo liners)**

Uneo liners are made of a polyurethane gel. The material is viscoelastic. It adapts very well to the form and structure of the residual limb and protects very well against impact forces.

Ottobock recommends a total surface weight-bearing socket (the "Harmony" principle) with a harmony system or an exhaust valve.

## **Hybrid**

Hybrid liners consist of polyurethane gel and silicone so that properties of both materials can be used.

Ottobock recommends a total surface weight-bearing socket (the "Harmony" principle) with a vacuum system (for instance, the AeroLink system).

## **1.2 Combination possibilities**

This prosthetic component is part of the Ottobock modular system and can be combined with other products of this modular system.

## **2 Intended use**

### **2.1 Indications for use**

The product is to be used solely for lower limb prosthetic fittings.

### **2.2 Service Life**

The product is a wear part, which means it is subject to normal wear and tear.

## **3 Safety**

### **3.1 Explanation of warning symbols**

<b>WARNING</b>	Warning regarding possible serious risks of accident or injury.
<b>CAUTION</b>	Warning regarding possible risks of accident or injury.
<b>NOTICE</b>	Warning regarding possible technical damage.

### **3.2 General safety instructions**

#### **⚠ WARNING**

##### **Product is pulled over mouth and nose**

Danger of suffocation due to lack of oxygen supply

- ▶ Store the product away from the reach of children.

#### **⚠ CAUTION**

##### **Contact with cold, heat, embers or fire**

Injuries (e.g. burns) caused by melting of the material and damage to the product

- ▶ Keep the product away from open flames, embers and other sources of heat.
- ▶ Do not expose the product to temperatures above +80 °C or below -20 °C.

#### **⚠ CAUTION**

##### **Reuse on other persons and improper cleaning**

Skin irritation, formation of eczema or infections due to contamination with germs

- ▶ The product may be used by one person only.
- ▶ Clean the product regularly.

#### **⚠ CAUTION**

##### **Incorrect or excessively tight application of the product to the body**

Risk of pressure points and constriction of blood vessels and nerves due to improper application

- ▶ Ensure that the product is applied properly and fits correctly.
- ▶ Do not continue to use the product if there are problems with the correct fit.

#### **⚠ CAUTION**

##### **Use of the product on damaged skin**

Skin irritation, formation of eczema or infections due to contamination with germs

- ▶ Only use the product on healthy skin.

## 4 Scope of delivery

Quantity	Designation	Reference number
1	Instructions for use	-
1	Liner	-

## 5 Preparation for use

The following technical information is available if needed:

Skeo TT liners	646T2=1.6, 646T2112
Hybrid liners	646T217
Copolymer liners	646T215
Polyurethane liners	646T2=1.8
Skeo TF liners	647G932

### 5.1 Adapting the liner

#### INFORMATION

Liners with a threaded connection have an integrated matrix. The matrix prevents excessive expansion of the material. The length of the matrix is based on the liner's domain of application. In TF liners, the matrix runs the entire length of the liner. In TT liners, the matrix is usually 10 cm long.

#### INFORMATION

Copolymer liners are thermoformable. For this purpose, pull the liner over a dry plaster positive and optionally wrap it in an elastic bandage.

- ▶ **6Y90, 6Y92, 6Y94:** convection oven, 70° C, 2 h
- ▶ **6Y93:** convection oven, 65° C, 15 min

- > **Recommended tools for liners with textile cover:** 719S7 trimming scissors or 719S20 scissors for synthetic fibres
- > **Recommended tools for liners without textile cover:** 756L9 trimming device, 756L10 liner trimmer or conventional straight edge scissors
- ▶ **NOTICE! Do not use wave edge scissors.**  
Cut the liner horizontally at the required length. Ensure to obtain a smooth cutting edge to prevent the material from tearing.

### 5.2 Optional: attaching the pin

#### INFORMATION

The shape of the prosthetic socket must allow load on the end of the residual limb.

The pin to connect the liner to the shuttle lock is screwed into the thread at the distal end of the liner.

> **Required tools and materials:**

Torque wrench (adjustable to 3 Nm), 636K13 Loctite®

1) Apply Loctite® to the thread.

2) **NOTICE! Do not shorten flexible pins and pins with exhaust valve.**

Screw the pin into the thread and tighten it (installation torque: **3 Nm**).

## 6 Use

### CAUTION

#### **Use of powder (e.g. baby powder or talcum)**

Skin irritation on the residual limb and loss of function of prosthetic components due to clogging with particles or deprivation of lubricant

- Keep the product away from powders.

### **NOTICE**

#### **Mechanical overload**

Impaired functionality due to mechanical damage

- Check the product for damage prior to each use.
- Do not use the product if its functionality has been impaired.
- Take any necessary measures (e.g. repair, replacement, inspection by the manufacturer's customer service, etc.).

### **INFORMATION**

Some liners are treated with the Skinguard Technology additive. Skinguard Technology has an antibacterial effect and prevents the formation of unpleasant odours.

Substances in sweat containing sulphur may cause discolouration. This discolouration has no effect on the function or durability of the liner but cannot be removed. Sulphur may enter sweat through food, for example, protein products, cabbage, nuts, legumes and sulphured products (e.g. dried fruit).

Discolouration of the liner does not justify customer complaint claims.

### **INFORMATION**

- Liners that have already been worn generally feel softer than new liners.

- ▶ Because of the relatively long drying times of polyurethane liners, a spare liner is recommended.
- ▶ Clean new liners before using for the first time.

#### **INFORMATION**

Derma Prevent may damage the outer and inner coating of polyurethane liners.

## **6.1 Putting on and taking off the liner**

### **Donning**

- 1) Check the liner for damage. If a pin is attached, also check the pin for damage.
- 2) Roll up the liner and place it on the end of the residual limb.  
**NOTICE! Align a distal connecting element (e.g. pin, metal cap) with the longitudinal axis of the residual limb.**
- 3) Unroll the liner onto the residual limb so that it has no wrinkles or air inclusions, without shifting the soft tissue.
- 4) Check the fit and the alignment of the liner.  
**INFORMATION: Do not wrap the liner over the prosthetic socket (exception: 6Y100).**

### **Doffing**

- 1) Roll up the liner from the open end to the closed end and remove it from the residual limb.
- 2) **Recommendation:** clean the liner according to the "Cleaning and care" section.

## **6.2 Cleaning and Care**

#### **NOTICE**

#### **Use of improper cleaning agents**

Damage to the product due to use of improper cleaning agents

- ▶ Only clean the product with the approved cleaning agents.

#### **INFORMATION**

Clean the liner and skin more frequently in case of increased perspiration. Wearing a liner requires daily intensive skin care. Ottobock recommends the use of the Derma skin care system.

- 1) Turn the liner inside out.

- 2) Hand wash the liner in warm water (**30 °C**) using neutral detergent (e. g. Ottobock 453H10=1 Derma Clean).
- 3) Thoroughly rinse the liner with clear water.
- 4) Put a hand towel into the liner and leave the liner to dry lying flat on a drying rack. Alternatively, use a drying stand (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Legal information

All legal conditions are subject to the respective national laws of the country of use and may vary accordingly.

### 7.1 Liability

The manufacturer will only assume liability if the product is used in accordance with the descriptions and instructions provided in this document. The manufacturer will not assume liability for damage caused by disregard of this document, particularly due to improper use or unauthorised modification of the product.

### 7.2 CE Conformity

This product meets the requirements of the European Directive 93/42/EEC for medical devices. This product has been classified as a class I device according to the classification criteria outlined in Annex IX of the directive. The declaration of conformity was therefore created by the manufacturer with sole responsibility according to Annex VII of the directive.

### 7.3 Warranty

The manufacturer warrants this device from the date of fitting. The warranty covers defects that can be proven to be a direct result of flaws in the material, production or construction and that are reported to the manufacturer within the warranty period.

Further information on the warranty terms and conditions can be obtained from the competent manufacturer distribution company.

---

## 1 Description du produit

Français

### INFORMATION

Date de la dernière mise à jour : 2016-10-11

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant d'utiliser le produit.
- Respectez les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure et endommagement du produit.

- ▶ Apprenez à l'utilisateur à bien utiliser son produit et informez-le des consignes de sécurité.
- ▶ Conservez ce document.

## **INFORMATION**

- ▶ L'appareillage du patient avec le manchon doit commencer au plus tard à la date imprimée sur le côté intérieur de l'emballage ou sur l'étiquette (DLUO).

### **1.1 Fonctionnement**

Utilisés avec une solution d'adhérence appropriée, les manchons augmentent le confort de l'utilisateur et améliorent l'adhérence de la prothèse. Ensemble, ils réduisent les forces exercées sur le moignon.

Les présentes instructions d'utilisation s'appliquent aux manchons suivants :

<b>Appareillage TF</b>	
<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
Silicone (manchon Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

<b>Appareillage TT</b>	
<b>Matériau</b>	<b>Référence</b>
Silicone (manchon Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolymère	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuréthane	6Y60
Hybride	6Y100

#### **Silicone (manchon Skeo)**

Les manchons Skeo sont fabriqués en silicium. Ils augmentent l'amortissement des chocs et le confort de l'utilisateur.

Pour les prothèses transtibiales, Ottobock recommande une emboîture à la forme appropriée et permettant un contact distal avec l'extrémité du moignon ainsi que l'utilisation d'une prise rapide.

Pour les prothèses transfémorales, Ottobock recommande l'utilisation d'une prise rapide, d'un système KISS Lanyard ou d'un système ProSeal.

#### **Copolymère (manchon Caleo)**

Les manchons Caleo sont réalisés avec un gel TPE (élastomère thermoplastique). Ils réduisent les cisaillements de manière effective et contribuent au soin de la peau en diffusant une huile blanche médicale.

La technique de prise d'empreintes peut être choisie librement. Le système d'adhérence approprié est déterminé par le manchon utilisé.

## **Polyuréthane (manchon Uneo)**

Les manchons Uneo sont réalisés avec un gel en polyuréthane. Le matériau est viscoélastique. Il s'adapte très bien à la forme et à la structure du moignon tout en protégeant des forces d'impact.

Ottobock recommande une emboîture à pleine charge (principe « Harmony ») avec un système Harmony ou une soupape de purge.

## **Hybride**

Les manchons hybrides sont composés de gel polyuréthane et de silicium. Cela permet ainsi de bénéficier des propriétés de ces deux matériaux.

Ottobock recommande une emboîture à pleine charge (principe « Harmony ») avec un système à dépression (par ex. le système AeroLink).

## **1.2 Combinaisons possibles**

Ce composant prothétique fait partie du système modulaire d'Ottobock et peut être combiné avec d'autres produits du système modulaire.

## **2 Utilisation conforme**

### **2.1 Usage prévu**

Le produit est exclusivement destiné à l'appareillage prothétique des membres inférieurs.

### **2.2 Durée d'utilisation**

Le produit est une pièce d'usure soumise à une usure habituelle.

## **3 Sécurité**

### **3.1 Signification des symboles de mise en garde**

<b>AVERTISSEMENT</b>	Mise en garde contre les éventuels risques d'accidents et de blessures graves.
<b>PRUDENCE</b>	Mise en garde contre les éventuels risques d'accidents et de blessures.
<b>AVIS</b>	Mise en garde contre les éventuels dommages techniques.

### **3.2 Consignes générales de sécurité**

#### **AVERTISSEMENT**

**N'enfilez pas le produit sur la tête en obstruant la bouche et le nez**

Risque d'étouffement dû à un manque d'approvisionnement en oxygène

- Gardez le produit hors de portée des enfants.

### **△ PRUDENCE**

#### **Contact avec le froid, la chaleur, la braise ou une flamme**

Blessures (par ex. des brûlures) causées par la fusion du matériau et la dégradation du produit

- Tenez le produit éloigné des flammes, de la braise ou d'autres sources de chaleur.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à +80 °C ou inférieures à -20 °C.

### **△ PRUDENCE**

#### **Réutilisation sur d'autres personnes et nettoyage insuffisant**

Irritations cutanées et formation d'eczémas ou d'infections dues à une contamination par germes

- Le produit ne doit être utilisé que pour une seule personne.
- Nettoyez le produit à intervalles réguliers.

### **△ PRUDENCE**

#### **Mise en place incorrecte ou trop serrée du produit**

Pressions et compression des vaisseaux sanguins et des nerfs causées par une mise en place incorrecte

- Assurez-vous que le produit est mis en place correctement et qu'il est bien ajusté.
- Cessez d'utiliser le produit en cas de problèmes d'adaptation de la forme.

### **△ PRUDENCE**

#### **Utilisation du produit sur une peau fragilisée**

Irritations cutanées et formation d'eczémas ou d'infections dues à une contamination par germes

- Veuillez n'utiliser le produit que sur une peau intacte.

## **4 Contenu de la livraison**

<b>Quantité</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
1	Instructions d'utilisation	-
1	Manchon	-

## 5 Préparation à l'utilisation

Les informations techniques suivantes sont disponibles en cas de besoin :

Manchon TT Skeo	646T2=1.6, 646T2112
Manchon hybride	646T217
Manchon en copolymère	646T215
Manchon en polyuréthane	646T2=1.8
Manchon TF Skeo	647G932

### 5.1 Ajustement du manchon

#### INFORMATION

Les manchons munis d'un raccord fileté possèdent une matrice intégrée. La matrice empêche une extension excessive du matériau. La longueur de la matrice est adaptée au domaine d'application du manchon. Pour les manchons TF, la matrice suit toute la longueur du manchon. Pour les manchons TT, la matrice a généralement une longueur de 10 cm.

#### INFORMATION

Les manchons en copolymère sont thermoformables. Enfilez le manchon sur un positif en plâtre sec et enveloppez-le éventuellement avec un bandage élastique.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94** : four à circulation d'air 70 °C, 2 h
- **6Y93** : four à circulation d'air 65 °C, 15 min

- > **Outils recommandés pour les manchons avec textile extérieur** : ciseaux de coupe 719S7 ou ciseaux à fibres synthétiques 719S20
- > **Outils recommandés pour manchons sans textile extérieur** : appareil de découpe 756L9, ébarbeuse de manchon 756L10 ou des ciseaux traditionnels à lames lisses
- > **AVIS! N'utilisez pas de ciseaux crantés.**

Découpez le manchon à l'horizontale à la longueur désirée. Veillez alors à ce que le bord de coupe soit lisse afin d'éviter que le matériau ne se déchire.

### 5.2 En option : montage du plongeur

#### INFORMATION

La forme de l'emboîture de prothèse doit permettre la charge de l'extrémité du moignon.

Le plongeur remettant de raccorder le manchon à la prise rapide se visse dans le filet de l'extrémité distale du manchon.

> **Outils et matériel nécessaires :**

Clé dynamométrique (réglable sur 3 Nm), Loctite® 636K13

1) Appliquez de la Loctite® sur le filet.

2) **AVIS! Ne raccourcissez pas les plongeurs flexibles et les plongeurs munis de soupape de purge.**

Posez et serrez le plongeur dans le filetage (couple de serrage de montage : **3 Nm**).

## 6 Utilisation

### PRUDENCE

#### **Utilisation de poudre (par ex. poudre pour bébé, talc)**

Irritations cutanées au niveau du moignon et perte de fonctionnalité des composants de la prothèse occasionnées par une obturation due aux particules ou à l'élimination de lubrifiant

► Tenez le produit éloigné de la poudre.

### AVIS

#### **Surcharge mécanique**

Fonctions limitées en raison d'un endommagement mécanique

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas le produit si ses fonctions sont limitées.
- Si besoin, prenez les mesures nécessaires (par ex. réparation, remplacement, contrôle par le service après-vente du fabricant, etc.).

### INFORMATION

Certains manchons sont traités avec l'additif Skinguard Technology. Skinguard Technology a une fonction antibactérienne et permet d'éviter la formation d'odeurs désagréables.

Les composés soufrés présents dans la sueur de l'utilisateur peuvent entraîner une décoloration. Cette décoloration n'a pas d'influence sur la fonction et la durabilité du manchon, mais il n'est pas possible de l'effacer. Le soufre peut pénétrer dans la sueur par les aliments, tels que les produits protéinés, le chou, les noix, les légumes secs ainsi que les produits soufrés (tels que les fruits secs).

La décoloration du manchon ne constitue pas de raison suffisante justifiant une réclamation.

## **INFORMATION**

- Les manchons ayant déjà servi sont en général plus souples que les manchons neufs.
- En raison de la durée prolongée de séchage des manchons à polyuréthane, il est recommandé d'avoir un manchon de rechange.
- Nettoyez les nouveaux manchons avant de les utiliser pour la première fois.

## **INFORMATION**

Derma Prevent peut endommager le revêtement externe et interne des manchons en polyuréthane.

## **6.1 Mise en place et retrait du manchon**

### **Mise en place**

- 1) Vérifiez que le manchon n'est pas endommagé. Lorsqu'un plongeur est monté, vérifiez également que le plongeur n'est pas endommagé.
- 2) Retroussiez le manchon et placez-le au niveau de l'extrémité du moignon.  
**AVIS! Orientez un élément de raccordement distal (par ex. plongeur, ) dans l'axe longitudinal du moignon.**
- 3) Déroulez le manchon sur le moignon sans faire de plis ni déplacer de parties molles et en évitant la formation de poches d'air.
- 4) Vérifiez que la position et l'orientation du manchon sont correctes.

**INFORMATION: Ne rabattez pas le manchon sur l'emboîture de prothèse (exception : 6Y100).**

### **Retrait**

- 1) Enroulez le manchon de l'extrémité ouverte vers l'extrémité fermée et retirez-le du moignon.
- 2) **Recommandation :** nettoyez le manchon comme indiqué au chapitre « Nettoyage et entretien ».

## **6.2 Nettoyage et entretien**

### **AVIS**

#### **Utilisation de détergents inadaptés**

Dégénération du produit occasionnée par l'utilisation d'un détergent inadapté

- Nettoyez le produit uniquement avec les détergents autorisés.

## **INFORMATION**

En cas de transpiration importante, nettoyez plus fréquemment le manchon et la peau. L'utilisation d'un manchon requiert quotidiennement un soin intensif de la peau. Ottobock recommande pour cela le système de protection de la peau Derma.

- 1) Tournez le côté intérieur du manchon vers l'extérieur.
- 2) Lavez le manchon à la main dans de l'eau tiède (**30 °C**) avec du savon neutre (par ex. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Rincez abondamment le manchon à l'eau claire.
- 4) Insérez une serviette dans le manchon et faites sécher le manchon à plat sur un séchoir à linge. Vous pouvez également utiliser un séchoir Ottobock (TT : 5Y100=1 TF : 5Y100=2).

## **7 Informations légales**

Toutes les conditions légales sont soumises à la législation nationale du pays d'utilisation concerné et peuvent donc présenter des variations en conséquence.

### **7.1 Responsabilité**

Le fabricant est responsable si le produit est utilisé conformément aux descriptions et instructions de ce document. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant d'un non-respect de ce document, notamment d'une utilisation non conforme ou d'une modification non autorisée du produit.

### **7.2 Conformité CE**

Ce produit répond aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Le produit a été classé dans la classe I sur la base des critères de classification d'après l'annexe IX de cette directive. La déclaration de conformité a donc été établie par le fabricant sous sa propre responsabilité, conformément à l'annexe VII de la directive.

### **7.3 Garantie commerciale**

Le fabricant accorde pour ce produit une garantie commerciale à partir de la date d'appareillage. La garantie commerciale couvre les vices avérés découlant d'un défaut de matériau, de fabrication ou de construction. Ces vices doivent être signalés au fabricant pendant la période de validité de la garantie commerciale.

La société de distribution du fabricant compétente dans votre pays vous donnera de plus amples informations sur les conditions de la garantie commerciale.

## 1 Descrizione del prodotto

Italiano

### INFORMAZIONE

Data dell'ultimo aggiornamento: 2016-10-11

- ▶ Leggere attentamente il presente documento prima di utilizzare il prodotto.
- ▶ Attenersi alle indicazioni di sicurezza per evitare lesioni e danni al prodotto.
- ▶ Istruire l'utente sull'utilizzo corretto e sicuro del prodotto.
- ▶ Conservare il presente documento.

### INFORMAZIONE

- ▶ L'applicazione del liner sul paziente deve iniziare al più tardi entro la data stampata sul lato interno dell'imballaggio o sull'etichetta (MHD/BBD).

### 1.1 Funzionamento

I liner, in abbinamento con una soluzione di aderenza adeguata, aumentano il comfort di utilizzo e migliorano l'aderenza delle protesi. Insieme riducono le forze che agiscono sul moncone.

Queste istruzioni per l'uso sono valide per i seguenti liner:

#### Protesizzazione TF

Materiale	Codice
Silicone (liner Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

#### Protesizzazione TT

Materiale	Codice
Silicone (liner Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolimero	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretano	6Y60
Ibrido	6Y100

### **Silicone (liner Skeo)**

I liner Skeo sono realizzati in silicone. Migliorano l'ammortizzazione degli urti e il comfort di utilizzo.

Ottobock raccomanda per le protesi TT un'invasatura della protesi adeguatamente modellata con attacco distale in combinazione con l'utilizzo di uno Shuttle Lock.

Per le protesi TF Ottobock raccomanda l'utilizzo di uno Shuttle Lock, di un sistema KISS Lanyard o di un sistema ProSeal.

### **Copolimero (liner Caleor)**

I liner Caleo sono realizzati in gel TPE (elastomero termoplastico). Riducono efficacemente le forze di taglio e contribuiscono, grazie al rilascio di un olio bianco medicinale, alla cura della pelle.

La tecnica di realizzazione del calco in gesso può essere scelta liberamente. Il liner utilizzato determina il sistema adeguato di aderenza.

### **Poliuretano (liner Uneo)**

I liner Uneo sono realizzati in uno speciale gel di poliuretano. Il materiale è viscoelastico. Si adatta molto bene alla forma e alla struttura del moncone e lo protegge particolarmente dalle forze d'urto.

Ottobock raccomanda un'invasatura a supporto totale (principio "Harmony") con un sistema Harmony o una valvola di espulsione.

### **Ibrido**

I liner ibridi sono costituito da gel di poliuretano e silicone. In questo modo è possibile sfruttare le proprietà di entrambi i materiali.

Ottobock raccomanda un'invasatura a supporto totale (principio "Harmony") con sistema con vuoto assistito (ad es. il sistema AeroLink).

## **1.2 Possibilità di combinazione**

Questo componente protesico è parte del sistema modulare Ottobock e può essere combinato con altri prodotti del sistema modulare.

## **2 Uso conforme**

### **2.1 Uso previsto**

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per la protesizzazione di arto inferiore.

### **2.2 Durata di utilizzo**

Il prodotto è soggetto ad usura che rientra nei limiti del normale consumo.

## 3 Sicurezza

### 3.1 Significato dei simboli utilizzati

<b>AVVERTENZA</b>	Avvertenza relativa a possibili gravi pericoli di incidente e lesioni.
<b>CAUTELA</b>	Avvertenza relativa a possibili pericoli di incidente e lesioni.
<b>AVVISO</b>	Avvertenza relativa a possibili guasti tecnici.

### 3.2 Indicazioni generali per la sicurezza

#### **AVVERTENZA**

##### **Il prodotto copre bocca e naso**

Pericolo di soffocamento per carenza di ossigeno

- Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

#### **CAUTELA**

##### **Contatto con freddo, fonti di calore, brace o fuoco**

Lesioni (per es. ustioni) dovute alla fusione del materiale e danni al prodotto

- Non esporre il prodotto a fuoco, brace o ad altre fonti di calore.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a +80 °C o inferiori a -20 °C.

#### **CAUTELA**

##### **Utilizzo su un'altra persona e pulizia insufficiente**

Rischio di irritazioni cutanee, formazione di eczemi o infezioni dovute a contaminazione da germi

- Il prodotto può essere utilizzato soltanto su una persona.
- Pulire il prodotto regolarmente.

#### **CAUTELA**

##### **Applicazione errata o compressione elevata del prodotto sul corpo**

Se il prodotto è applicato in modo errato possono comparire punti di pressione e può comprimere vasi sanguigni e nervi

- Accertarsi che il prodotto sia stato applicato e rimanga posizionato in modo corretto.
- Non utilizzare più il prodotto in caso di problemi di forma.

### **CAUTELA**

#### **Utilizzo del prodotto su pelle non sana**

Rischio di irritazioni cutanee, formazione di eczemi o infezioni dovute a contaminazione da germi

- Utilizzare il prodotto solo sulla pelle sana e non irritata.

## **4 Fornitura**

Quantità	Denominazione	Codice
1	Istruzioni per l'uso	-
1	Liner	-

## **5 Preparazione all'uso**

All'occorrenza sono disponibili le seguenti informazioni tecniche:

Liner Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Liner ibrido	646T217
Liner in copolimero	646T215
Liner in poliuretano	646T2=1.8
Liner Skeo TF	647G932

### **5.1 Adattamento del liner**

#### **INFORMAZIONE**

I liner con attacco filettato dispongono di una matrice integrata. La matrice impedisce un'eccessiva dilatazione del materiale. La lunghezza della matrice varia in base al campo di impiego del liner. Nei liner TF la matrice si estende per tutta la lunghezza del liner. Nei liner TT la matrice generalmente misura 10 cm in lunghezza.

#### **INFORMAZIONE**

I liner copolimerici sono termomodellabili. Calzare il liner su un gesso positivo asciutto ed eventualmente avvolgerlo con una fascia elastica.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** forno ventilato 70 °C, 2 h
- **6Y93:** forno ventilato 65 °C, 15 min

- > **Utensili consigliati per liner con tessuto esterno:** forbici da taglio 719S7 o forbici per fibre sintetiche 719S20
- > **Utensili consigliati per liner senza tessuto esterno:** dispositivo di taglio 756L9, trimmer per liner 756L10 o una forbice tradizionale con lame lisce
- ▶ **AVVISO! Non utilizzare forbici con lame ondulate.**  
Tagliare il liner alla lunghezza desiderata in orizzontale. Assicurarsi che il tagliente sia liscio in modo da evitare che il materiale si strappi.

## 5.2 Opzionale: montaggio del perno

### INFORMAZIONE

La forma dell'invasatura della protesi deve consentire un carico sull'estremità del moncone.

Il perno per il collegamento del liner con lo shuttle lock viene avvitato nella filettatura all'estremità distale del liner.

- > **Utensili e materiali necessari:**  
chiave dinamometrica (regolabile su 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Applicare Loctite® sulla filettatura.
- 2) **AVVISO! Non accorciare i perni flessibili e i perni con valvola di espulsione.**  
Avvitare il perno nella filettatura e stringerlo (coppia di serraggio: **3 Nm**).

## 6 Utilizzo

### CAUTELA

#### Utilizzo di prodotti in polvere (ad es. talco per bambini o talco)

Irritazioni della pelle del moncone e perdita di funzionalità dei componenti della protesi dovuta a ostruzione con particelle di polvere o assorbimento del lubrificante

- ▶ Non esporre il prodotto alla polvere.

### AVVISO

#### Sovraccarico meccanico

Limitazioni funzionali dovute a danno meccanico

- ▶ Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto non presenti danni.
- ▶ Non utilizzare più il prodotto in caso di limitazioni funzionali.
- ▶ Se necessario, prendere provvedimenti adeguati (ad es. riparazione, sostituzione, controllo da parte del servizio assistenza al cliente del produttore, ecc.).

## **INFORMAZIONE**

Alcuni liner sono trattati con l'additivo Skinguard Technology. I prodotti Skinguard Technology hanno una funzione antibatterica e impediscono la formazione di odori sgradevoli.

Le sostanze sulfuree contenute nel sudore possono causare scolorimenti. Questi scolorimenti non hanno alcun effetto sul funzionamento e sulla durata del liner, tuttavia non possono essere rimossi. Lo zolfo può arrivare al sudore attraverso l'alimentazione, ad es. attraverso prodotti proteici, cavolo, noci, frutta a guscio e altri prodotti solforati (ad es. frutta secca).

Gli scolorimenti sul liner non possono essere oggetto di reclamo.

## **INFORMAZIONE**

- ▶ I liner già indossati sono di norma più morbidi rispetto a quelli nuovi.
- ▶ Per via dei lunghi tempi di asciugatura dei liner in poliuretano, si consiglia un liner di ricambio.
- ▶ Pulire i liner nuovi prima del primo utilizzo.

## **INFORMAZIONE**

Il prodotto Derma Prevent può danneggiare il rivestimento esterno ed interno dei liner in poliuretano.

## **6.1 Applicazione e rimozione del liner**

### **Applicazione**

- 1) Verificare l'eventuale presenza di danni sul liner. Se è montato un perno, verificare anche l'eventuale presenza di danni sul perno.
- 2) Arrotolare il liner e collocarlo sull'estremità del moncone.  
**AVVISO! Allineare all'asse longitudinale del moncone un elemento di collegamento distale (p. es. perno, cappuccio in metallo).**
- 3) Srotolare il liner sopra il moncone senza creare pieghe, spostare le parti molli o incorporare aria.
- 4) Verificare la posizione e l'allineamento del liner.

**INFORMAZIONE: Non ripiegare il liner sull'invasatura della protesi (eccezione: 6Y100).**

## Rimozione

- 1) Arrotolare il liner dall'estremità aperta all'estremità chiusa e rimuoverlo dal moncone.
- 2) **Suggerimento:** lavare il liner come descritto nel capitolo "Pulizia e cura".

## 6.2 Pulizia e cura

### AVVISO

#### Utilizzo di detergenti inappropriati

Danni al prodotto dovuti a detergenti inappropriati

- Pulire il prodotto usando esclusivamente i detergenti autorizzati.

### INFORMAZIONE

In caso di forte sudorazione pulire spesso il liner e la pelle. Se si indossa un liner è necessario provvedere quotidianamente alla cura della pelle. Ottobock consiglia di utilizzare il sistema di cura Derma.

- 1) Rivoltare all'esterno il lato interno del liner.
- 2) Lavare il liner a mano in acqua tiepida (**30 °C**) utilizzando del sapone neutro (ad es. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Sciacquare abbondantemente il liner con acqua pulita.
- 4) Inserire un asciugamano nel liner e collocarlo in posizione orizzontale su uno stenditoio per lasciarlo asciugare. In alternativa utilizzare un essiccatore (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Note legali

Tutte le condizioni legali sono soggette alla legislazione del rispettivo paese di appartenenza dell'utente e possono quindi essere soggette a modifiche.

### 7.1 Responsabilità

Il produttore risponde se il prodotto è utilizzato in conformità alle descrizioni e alle istruzioni riportate in questo documento. Il produttore non risponde in caso di danni derivanti dal mancato rispetto di quanto contenuto in questo documento, in particolare in caso di utilizzo improprio o modifiche non permette del prodotto.

### 7.2 Conformità CE

Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva europea 93/42/CEE relativa ai prodotti medicali. In virtù dei criteri di classificazione ai sensi dell'allegato IX della direttiva di cui sopra, il prodotto è stato classificato sotto la classe I. La dichiarazione di conformità è stata pertanto emessa dal

produttore, sotto la propria unica responsabilità, ai sensi dell'allegato VII della direttiva.

### 7.3 Garanzia commerciale

Su questo prodotto, il produttore concede una garanzia a decorrere dalla data di applicazione. La garanzia copre imperfezioni inequivocabilmente attribuibili a difetti di materiale, produzione o costruzione e deve essere fatta valere nei confronti del produttore entro il periodo di garanzia commerciale. Informazioni più dettagliate sulle condizioni di garanzia vengono fornite dalla società di distribuzione del produttore nel relativo paese.

## 1 Descripción del producto

Español

### INFORMACIÓN

Fecha de la última actualización: 2016-10-11

- ▶ Lea este documento atentamente y en su totalidad antes de utilizar el producto.
- ▶ Siga las indicaciones de seguridad para evitar lesiones y daños en el producto.
- ▶ Explique al usuario cómo utilizar el producto de forma correcta y segura.
- ▶ Conserve este documento.

### INFORMACIÓN

- ▶ El paciente debe empezar a usar el liner a más tardar en la fecha impresa en la parte interior del envase o en la etiqueta (MHD/BBD).

### 1.1 Función

Elevar el liner y, en combinación con una solución de adherencia adecuada, mejorar la comodidad de uso y la adherencia de la prótesis. Juntos reducen las fuerzas que actúan sobre el muñón.

Estas instrucciones de uso son válidas para los siguientes liners:

#### Tratamiento ortoprotésico transfemoral

Material	Referencia
Silicona (liner Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

#### Tratamiento ortoprotésico transtibial

Material	Referencia
Silicona (liner Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78

Tratamiento ortoprotésico transtibial	
Material	Referencia
Copolímero	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretano	6Y60
Híbrido	6Y100

### **Silicona (liner Skeo)**

Los liners Skeo están hechos de silicona. Ellos mejoran la amortiguación y la comodidad de uso.

Para prótesis transtibiales, Ottobock recomienda emplear un encaje protésico adaptado con contacto en el extremo distal y una lanzadera de bloqueo.

Para prótesis transfemorales, Ottobock recomienda emplear una lanzadera de bloqueo, un sistema KISS Lanyard o un sistema ProSeal.

### **Copolímero (liner Caleo)**

Los liners Caleo están hechos de gel de TPE (elastómero termoplástico). Ellos disminuyen eficazmente las fuerzas de cizallamiento y contribuyen al cuidado de la piel ya que desprenden un aceite blanco medicinal.

Se puede elegir cualquier técnica de impresión en yeso. El liner utilizado es el factor determinante a la hora de seleccionar el sistema de adherencia adecuado.

### **Poliuretano (liner Uneo)**

Los liners Uneo están hechos de gel de poliuretano. El material es viscoelástico. Se adapta muy bien a la forma y la estructura del muñón y protege especialmente de las fuerzas de impacto.

Ottobock recomienda utilizar un encaje de carga total (principio "Harmony") con un sistema Harmony o una válvula de expulsión.

### **Híbrido**

Los liners híbridos están hechos de gel de poliuretano y silicona. Así se pueden aprovechar las propiedades de ambos materiales.

Ottobock recomienda utilizar un encaje de carga total (principio "Harmony") con un sistema de vacío (p. ej., sistema AeroLink).

## **1.2 Posibilidades de combinación**

Este componente protésico forma parte del sistema modular de Ottobock y puede combinarse con otros productos de dicho sistema.

## **2 Uso previsto**

### **2.1 Uso previsto**

El producto está exclusivamente indicado para protetizaciones de extremidad inferior.

## **2.2 Vida útil**

El producto es una pieza de desgaste susceptible a sufrir un deterioro normal.

## **3 Seguridad**

### **3.1 Significado de los símbolos de advertencia**

<b>ADVERTENCIA</b>	Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes y lesiones graves.
<b>PRECAUCIÓN</b>	Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes y lesiones.
<b>AVISO</b>	Advertencias sobre posibles daños técnicos.

### **3.2 Indicaciones generales de seguridad**

#### **ADVERTENCIA**

##### **Boca y nariz cubiertas por el producto**

Riesgo de asfixia por falta de oxígeno

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

#### **PRECAUCIÓN**

##### **Contacto con frío, calor, brasas o fuego**

Lesiones (p. ej., quemaduras) debidas a un derretimiento del material y daños en el producto

- Mantenga el producto alejado del fuego directo, brasas u otras fuentes de calor.
- No exponga el producto a temperaturas superiores a +80 °C ni inferiores a -20 °C.

#### **PRECAUCIÓN**

##### **Reutilización en otras personas y limpieza deficiente**

Irritaciones cutáneas, aparición de eccemas o infecciones debidas a una contaminación con gérmenes

- El producto debe utilizarse únicamente en una persona.
- Limpie el producto con regularidad.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Colocación incorrecta o demasiado apretada del producto sobre el cuerpo**

Presiones locales y compresión de los vasos sanguíneos o de los nervios debidas a una colocación incorrecta

- ▶ Compruebe que el producto esté correctamente colocado.
- ▶ En caso de notar problemas de ajuste, no siga utilizando el producto.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Uso del producto sobre piel no intacta**

Irritaciones cutáneas, aparición de eccemas o infecciones debidas a una contaminación con gérmenes

- ▶ Utilice el producto únicamente sobre piel intacta.

## **4 Componentes incluidos en el suministro**

Cantidad	Denominación	Referencia
1	Instrucciones de uso	–
1	Liner	–

## **5 Preparación para el uso**

En caso necesario, hay disponibles los siguientes folletos de información técnica:

Liner transtibial Skeo	646T2=1.6, 646T2112
Liner híbrido	646T217
Liner de copolímero	646T215
Liner de poliuretano	646T2=1.8
Liner transfemoral Skeo	647G932

### **5.1 Ajuste del liner**

#### **INFORMACIÓN**

Los liners con conexión a rosca disponen de una matriz integrada. La matriz impide que el material se dilate en exceso. La longitud de la matriz depende del ámbito de aplicación del liner. En los liners transfemorales, la matriz ocupa la totalidad de la longitud del liner. En los liners transtibiales, la matriz suele tener una longitud de 10 cm.

## INFORMACIÓN

Los liners de copolímero son termodeformables. Para ello, coloque el liner sobre un positivo de yeso seco y cúbralo opcionalmente con una venda elástica.

- ▶ **6Y90, 6Y92, 6Y94:** horno de aire a 70 °C, 2 h
- ▶ **6Y93:** horno de aire a 65 °C, 15 min

- > **Herramientas recomendadas para liners con tejido exterior:** tijeras de recorte 719S7 o tijeras para fibra sintética 719S20
- > **Herramientas recomendadas para liners sin tejido exterior:** herramienta de corte 756L9, recortadora para liner 756L10 o unas tijeras comunes con afilado liso
- ▶ **¡AVISO! No use unas tijeras de afilado ondulado.**

Recorte el liner horizontalmente a la longitud necesaria. Al hacerlo, preste atención a un borde de corte liso para que el material no se desgarre.

## 5.2 Opcional: montaje del pin

### INFORMACIÓN

La forma del encaje protésico debe permitir que se cargue el extremo del muñón.

El pin de unión entre el liner y la lanzadera de bloqueo va atornillado a la rosca del extremo distal del liner.

- > **Herramientas y materiales necesarios:**  
Llave dinamométrica (ajustable a 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Aplique Loctite® en la rosca.
- 2) **¡AVISO! No acorte los pins flexibles ni los pins con válvula de expulsión.**  
Enrosque y apriete el pin en la rosca (par de apriete de montaje: **3 Nm**).

## 6 Uso

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### **Uso de polvos (p. ej., polvos para bebés o polvos de talco)**

Irritaciones cutáneas en el muñón y pérdida de funcionalidad de los componentes de la prótesis por obstrucción con partículas o por desaparición del lubricante

- ▶ Mantenga el producto alejado de cualquier tipo de polvo.

## AVISO

### Sobrecarga mecánica

Funcionalidad limitada debida a daños mecánicos

- Compruebe si el producto presenta daños antes de cada uso.
- No utilice el producto en caso de que presente una funcionalidad limitada.
- Tome las medidas pertinentes en caso necesario (p. ej., reparación, recambio, envío del producto al servicio técnico del fabricante para su revisión, etc.).

## INFORMACIÓN

Algunos liners están tratados con el aditivo Skinguard Technology. Skin-guard Technology tiene un efecto antibacteriano y evita la aparición de malos olores.

Puede manchar debido a las sustancias sulfurosas del sudor. Estas manchas no afectan a la función ni a la vida útil del liner, pero no se pueden eliminar. El azufre va a parar al sudor a través de los alimentos, p. ej., mediante productos que contengan albúmina, col, nueces, legumbres o productos sulfurados (p. ej., frutas deshidratadas).

La aparición de manchas en el liner no son motivo de reclamación.

## INFORMACIÓN

- Normalmente, los liners ya usados suelen dar la sensación de ser más blandos que los nuevos.
- Ya que los liners de poliuretano necesitan mucho tiempo para secarse, se recomienda tener siempre uno de repuesto.
- Limpie los liners nuevos antes de usarlos por primera vez.

## INFORMACIÓN

Derma Prevent puede dañar el revestimiento exterior e interior de los liners de poliuretano.

## 6.1 Colocación y extracción del liner

### Colocación

- 1) Compruebe si el liner presenta daños. Si hay un pin montado, compruebe también si el pin presenta daños.
- 2) Enrolle el liner y sitúelo en el extremo del muñón.
- 3) Desenrolle el liner sobre el muñón sin que se formen arrugas ni burbujas de aire, y sin que se desplacen las partes blandas.
- 4) Compruebe si el liner está bien colocado y alineado.

**INFORMACIÓN: No doble el liner por el borde del encaje protésico (excepción: 6Y100).**

### Extracción

- 1) Enrolle el liner desde el extremo abierto hasta el extremo cerrado y retírelo del muñón.
- 2) **Recomendación:** limpie el liner según las indicaciones del capítulo "Limpieza y cuidados".

## 6.2 Limpieza y cuidados

### AVISO

#### Empleo de productos de limpieza inadecuados

Daños en el producto causados por productos de limpieza inadecuados

- Limpie el producto únicamente con los productos de limpieza permitidos.

### INFORMACIÓN

En caso de sudoración abundante, limpie el liner y la piel más a menudo. Llevar el liner exige un cuidado cutáneo diario intensivo. Para ello, Ottobock recomienda el sistema de cuidado Derma.

- 1) Dele la vuelta al liner dejando la cara interior hacia fuera.
- 2) Lave el liner a mano con agua tibia (**30 °C**) y un jabón neutro (p. ej., DermaClean 453H10=1 de Ottobock).
- 3) Enjuague bien el liner con agua limpia.
- 4) Introduzca una toalla en el liner y deje el liner tumbado en un tendedero para que se seque. También puede emplear un escurridor (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Aviso legal**

Todas las disposiciones legales se someten al derecho imperativo del país correspondiente al usuario y pueden variar conforme al mismo.

### **7.1 Responsabilidad**

El fabricante se hace responsable si este producto es utilizado conforme a lo descrito e indicado en este documento. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados debido al incumplimiento de este documento y, en especial, por los daños derivados de un uso indebido o una modificación no autorizada del producto.

### **7.2 Conformidad CE**

El producto cumple las exigencias de la Directiva europea 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. Sobre la base de los criterios de clasificación según el anexo IX de la directiva, el producto se ha clasificado en la clase I. La declaración de conformidad ha sido elaborada por el fabricante bajo su propia responsabilidad según el anexo VII de la directiva.

### **7.3 Garantía**

El fabricante ofrece una garantía para este producto a partir de la fecha de entrega. Esta garantía abarca cualquier defecto cuya causa demostrable se deba a deficiencias del material, de la fabricación o del diseño del producto, y se podrá hacer valer frente al fabricante mientras perdure el plazo de vigencia de la garantía.

Para obtener información más detallada sobre las condiciones de garantía consulte a la empresa de distribución del fabricante.

## **1 Descrição do produto**

Português

### **INFORMAÇÃO**

Data da última atualização: 2016-10-11

- Leia este documento atentamente antes de utilizar o produto.
- Observe as indicações de segurança para evitar lesões e danos ao produto.
- Instrua o usuário sobre a utilização correta e segura do produto.
- Guarde este documento.

## **INFORMAÇÃO**

- A protetização do paciente com o liner deve começar, no mais tardar, na data impressa no lado de dentro da embalagem ou na etiqueta (MHD/BBD).

### **1.1 Funcionamento**

Em combinação com uma solução de aderência adequada, os liners aumentam o conforto de uso e melhoram a aderência da prótese. Juntos, reduzem as forças que atuam sobre o coto.

Este manual de utilização vale para os seguintes liners:

<b>Protetização TF</b>	
<b>Material</b>	<b>Código</b>
Silicone (liner Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

<b>Protetização TT</b>	
<b>Material</b>	<b>Código</b>
Silicone (liner Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolímero	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretano	6Y60
Híbrido	6Y100

### **Silicone (liner Skeo)**

Os liners Skeo são fabricados em silicone. Eles melhoram o amortecimento e o conforto de uso.

Para as próteses TT, a Ottobock recomenda um encaixe protético adaptado com contato da extremidade distal e a utilização de um shuttle lock.

Para próteses TF, a Ottobock recomenda a utilização de um shuttle lock, um sistema KISS Lanyard ou um sistema ProSeal.

### **Copolímero (liner Caleo)**

Os liners Caleo são fabricados em gel TPE (elastômero termoplástico). Eles reduzem eficazmente as forças de cisalhamento e contribuem para o cuidado da pele, liberando um óleo mineral branco medicinal.

A técnica de moldagem de gesso pode ser escolhida livremente. O liner utilizado determina o sistema de aderência adequado.

## **Poliuretano (liner Uneo)**

Os liners Uneo são fabricados em gel de poliuretano. Esse material é visco-elástico e adapta-se muito bem à forma e à estrutura do coto, protegendo-o especialmente contra impactos.

A Ottobock recomenda um encaixe com apoio sobre a superfície total do coto (princípio "Harmony") com um sistema Harmony ou uma válvula de descarga.

## **Híbrido**

Os liners híbridos são compostos de gel de poliuretano e silicone, o que permite utilizar as propriedades de ambos os materiais.

A Ottobock recomenda um encaixe com apoio sobre a superfície total do coto (princípio "Harmony") com um sistema de vácuo (p. ex., sistema Aero-Link).

## **1.2 Possibilidades de combinação**

Este componente protético é parte integrante do sistema modular Ottobock e pode ser combinado com outros produtos desse sistema modular.

## **2 Uso previsto**

### **2.1 Finalidade**

Este produto destina-se exclusivamente à protetização das extremidades inferiores.

### **2.2 Vida útil**

Este produto é uma peça sujeita ao desgaste normal pelo uso.

## **3 Segurança**

### **3.1 Significado dos símbolos de advertência**

<b>ADVERTÊNCIA</b>	Aviso sobre potenciais riscos de acidentes e lesões graves.
<b>CUIDADO</b>	Aviso sobre potenciais riscos de acidentes e lesões.
<b>INDICAÇÃO</b>	Aviso sobre potenciais danos técnicos.

### **3.2 Indicações gerais de segurança**

#### **ADVERTÊNCIA**

#### **O produto é colocado por cima da boca e do nariz**

Risco de asfixia devido à falta de oxigênio

- Guarde o produto fora do alcance de crianças.

### **△ CUIDADO**

#### **Contato com frio, calor, brasa ou fogo**

Lesões (p. ex., queimaduras) devido ao derretimento do material e danos ao produto

- Mantenha o produto longe de fogo desprotegido, brasa e outras fontes de calor.
- Não exponha o produto a temperaturas superiores a +80 °C ou inferiores a -20 °C.

### **△ CUIDADO**

#### **Reutilização em outras pessoas e limpeza deficiente**

Irritações cutâneas, formação de eczemas ou infecções por contaminação microbiana

- O produto só pode ser utilizado em uma pessoa.
- Limpe o produto regularmente.

### **△ CUIDADO**

#### **Colocação errada ou muito apertada do produto no corpo**

Fenômenos compressivos bem como compressões de vasos sanguíneos e nervos devido à colocação incorreta

- Assegurar a colocação e a posição correta do produto.
- Não continue a usar o produto em caso de problemas de ajuste.

### **△ CUIDADO**

#### **Uso do produto em caso de pele lesionada**

Irritações cutâneas, formação de eczemas ou infecções por contaminação microbiana

- Use o produto somente em contato com pele não lesionada.

## **4 Material fornecido**

<b>Qtde.</b>	<b>Denominação</b>	<b>Código</b>
1	Manual de utilização	-
1	Liner	-

## 5 Estabelecimento da operacionalidade

Em caso de necessidade, as seguintes Informações Técnicas estão disponíveis:

Liner Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Liner híbrido	646T217
Liners de copolímero	646T215
Liners de poliuretano	646T2=1.8
Liner Skeo TF	647G932

### 5.1 Adaptação do liner

#### INFORMAÇÃO

Os liners com conexão rosada possuem uma matriz integrada, que impede uma distensão excessiva do material. O comprimento da matriz orienta-se pela área de aplicação do liner. Nos liners TF, a matriz tem o mesmo comprimento do liner. Nos liners TT, a matriz possui geralmente um comprimento de 10 cm.

#### INFORMAÇÃO

Os liners de copolímero podem ser moldados termoplásticamente. Para isso, colocar o liner sobre um positivo de gesso seco e, opcionalmente, envolvê-lo com uma faixa elástica.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** forno de convecção a 70° C, 2 h
- **6Y93:** forno de convecção a 65° C, 15 min.

- > **Ferramentas recomendadas para liners com revestimento têxtil externo:** tesoura de corte 719S7 ou tesoura de fibra sintética 719S20
- > **Ferramentas recomendadas para liners sem revestimento têxtil externo:** cortador 756L9, aparador de liners 756L10 ou uma tesoura convencional de fio liso
- **INDICAÇÃO! Não utilizar tesouras de lâminas onduladas.**  
Cortar o liner horizontalmente no comprimento necessário, atentando para uma borda de corte lisa para que o material não rasgue.

### 5.2 Opcional: Montagem do pino

#### INFORMAÇÃO

A forma do encaixe protético deve possibilitar uma carga sobre a extremidade do coto.

O pino para a ligação do liner com o fecho de pressão é aparafusado na rosca na extremidade distal do liner.

> **Ferramentas e materiais necessários:**

Chave dinamométrica (ajustável a 3 Nm), Loctite® 636K13

1) Aplicar Loctite® na rosca.

2) **INDICAÇÃO! Não encurtar os pinos flexíveis nem os pinos com válvula de descarga.**

Aparafusar e apertar o pino na rosca (torque de aperto da montagem: 3 Nm).

## 6 Uso

### CUIDADO

#### **Uso de produtos em pó (por ex., talco infantil, talco)**

Irritações cutâneas no coto e perda do funcionamento de componentes protéticos devido à obstrução por partículas ou à remoção do lubrificante

► Mantenha o produto longe de pós.

### INDICAÇÃO

#### **Sobrecarga mecânica**

Restrições funcionais devido a danos mecânicos

- Examine o produto antes de cada uso quanto a danos.
- Não use o produto em caso de limitações do funcionamento.
- Se necessário, tome as medidas adequadas (por ex., reparo, substituição, revisão pelo serviço de assistência do fabricante, etc.).

### INFORMAÇÃO

Alguns liners foram tratados com o aditivo Skinguard Technology. Skin-guard Technology tem um efeito antibacteriano e impede a formação de odores desagradáveis.

É possível o surgimento de descolorações devido a substâncias sulfurosas. Tais descolorações não têm qualquer efeito sobre o funcionamento e a durabilidade do liner, mas não podem ser removidas. O enxofre pode estar presente no suor através dos alimentos, como produtos proteicos, repolho, frutos secos, frutas de casca rija, bem como de produtos sulfurados (p. ex., frutas desidratadas).

As descolorações no liner não são motivo para reclamação.

## **INFORMAÇÃO**

- Normalmente, os liners usados são mais suaves ao tato do que os novos.
- Devido ao tempo de secagem mais longo dos liners de poliuretano, é recomendável ter um liner de reserva.
- Limpar os liners novos antes de usar pela primeira vez.

## **INFORMAÇÃO**

O Derma Prevent pode danificar os revestimentos externo e interno dos liners de poliuretano.

### **6.1 Colocando e retirando o liner**

#### **Colocar**

- 1) Verificar o liner quanto à presença de danos. Se um pino estiver montado, verificá-lo também quanto à presença de danos.
- 2) Enrolar o liner e colocá-lo junto à extremidade do coto.  
**INDICAÇÃO!** Alinhar um elemento de conexão distal (p. ex., pino, tampa de metal) ao eixo longitudinal do coto.
- 3) Desenrolar o liner sobre o coto sem dobras, sem deslocamento das partes moles e sem inclusões de ar.
- 4) Verificar o ajuste e o alinhamento do liner.

**INFORMAÇÃO:** Não dobrar o liner sobre o encaixe protético (exceção: 6Y100).

#### **Retirar**

- 1) Enrolar o liner da extremidade aberta para a fechada e retirá-lo do coto.
- 2) **Recomendação:** Limpar o liner de acordo com o capítulo „Limpeza e cuidados“.

### **6.2 Limpeza e cuidados**

## **INDICAÇÃO**

### **Utilização de detergentes inadequados**

Danificação do produto devido a detergentes inadequados

- Limpe o produto apenas com os produtos de limpeza autorizados.

## **INFORMAÇÃO**

Em caso de sudorese intensa, limpar o liner e a pele mais frequentemente. O uso de um liner exige cuidados diários intensivos da pele. Para tanto, a Ottobock recomenda o sistema de cuidados Derma.

- 1) Virar o liner pelo avesso.
- 2) Lavar o liner à mão em água quente (**30 °C**) com sabão neutro (p. ex., Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Enxaguar bem o liner com água limpa.
- 4) Introduzir uma toalha no liner e deixá-lo secar deitado sobre um varal. Como alternativa, utilizar uma estante para secagem (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Notas legais**

Todas as condições legais estão sujeitas ao respectivo direito em vigor no país em que o produto for utilizado e podem variar correspondentemente.

### **7.1 Responsabilidade**

O fabricante se responsabiliza, se o produto for utilizado de acordo com as descrições e instruções contidas neste documento. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela não observância deste documento, especialmente aqueles devido à utilização inadequada ou à modificação do produto sem permissão.

### **7.2 Conformidade CE**

Este produto preenche os requisitos da Diretiva europeia 93/42/CEE para dispositivos médicos. Com base nos critérios de classificação dispostos no anexo IX desta Diretiva, o produto foi classificado como pertencente à Classe I. A Declaração de Conformidade, portanto, foi elaborada pelo fabricante, sob responsabilidade exclusiva, de acordo com o anexo VII da Diretiva.

### **7.3 Garantia contratual**

O fabricante concede uma garantia contratual sobre o produto a partir da data de protetização. Esta garantia contratual abrange defeitos comprovadamente causados por erros de material, fabricação ou construção e reclamados ao fabricante dentro do prazo de garantia.

A sociedade distribuidora responsável do fabricante poderá dar mais informações sobre as condições de garantia contratual.

# 1 Productbeschrijving

Nederlands

## INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2016-10-11

- ▶ Lees dit document aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt.
- ▶ Neem de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
- ▶ Leer de gebruiker hoe hij correct en veilig met het product moet omgaan.
- ▶ Bewaar dit document.

## INFORMATIE

- ▶ De verzorging van de patiënt met de liner moet uiterlijk beginnen op de datum die staat vermeld aan de binnenkant van de verpakking of op het etiket (MHD/BBD).

## 1.1 Functie

In combinatie met een geschikte hechtoplossing verhogen liners het draagcomfort en verbeteren ze de hechting van de prothese. Samen reduceren ze de krachten die inwerken op de stump.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende liners:

TF-prothesen	
Materiaal	Artikelnummer
Silicone (Skeo liners)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT-prothesen	
Materiaal	Artikelnummer
Silicone (Skeo liners)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolymeer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyurethaan	6Y60
Hybride	6Y100

## Silicone (Skeo liners)

Skeo liners zijn gemaakt van silicone. Ze verbeteren de schokdemping en het draagcomfort.

Ottobock adviseert voor TT-prothesen een speciaal gevormde prothesekoker met distaal eindcontact en raadt bovendien aan een shuttle lock te gebruiken.

Ottobock adviseert voor TF-prothesen een shuttle lock, een KISS Lanyard systeem of een ProSeal systeem te gebruiken.

### **Copolymeer (Caleo liners)**

Caleo liners zijn gemaakt van een TPE-gel (thermoplastisch elastomeer). Ze zorgen voor een effectieve reductie van schuifkrachten en dragen door de afgifte van een medische witte olie bij tot de verzorging van de huid.

De keuze van de gipsafdruktechniek is vrij. De gebruikte liner bepaalt welk hechtsysteem geschikt is.

### **Polyurethaan (Uneo liners)**

Uneo liners zijn gemaakt van een polyurethaangel. Het materiaal is visco-elastisch. Het past zich zeer goed aan de vorm en structuur van de stomp aan en biedt vooral bescherming tegen stootkrachten.

Ottobock adviseert een volcontactkoker (principe "Harmony") met een Harmony-systeem of een uitstootventiel.

### **Hybride**

Hybrideliners zijn gemaakt van polyurethaangel en silicone. Zo kunnen de eigenschappen van beide materialen worden benut.

Ottobock adviseert een volcontactkoker (principe "Harmony") met een onderdruksysteem (bijv. het AeroLink-systeem).

## **1.2 Combinatiemogelijkheden**

Deze prothesecomponent maakt deel uit van het Ottobock modulaire systeem en kan worden gecombineerd met andere producten van het modulaire systeem.

## **2 Gebruiksdoel**

### **2.1 Gebruiksdoel**

Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van prothesen voor de onderste ledematen.

### **2.2 Gebruiksduur**

Het product is slijtagegevoelig en gaat daardoor maar een beperkte tijd mee.

## **3 Veiligheid**

### **3.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen**



Waarschuwing voor mogelijke ernstige ongeval- en letselrisico's.

**△ VOORZICHTIG**

Waarschuwing voor mogelijke ongevallen- en letselrisico's.

**LET OP**

Waarschuwing voor mogelijke technische schade.

### 3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

**△ WAARSCHUWING****Product wordt over mond en neus getrokken**

Verstikkingsgevaar door te weinig zuurstoftoevoer

- ▶ Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.

**△ VOORZICHTIG****Contact met kou, hitte, gloed of vuur**

Verwondingen (bijv. brandwonden) door smelten van het materiaal en schade aan het product

- ▶ Houd het product uit de buurt van open vuur, gloed en andere hittebronnen.
- ▶ Stel het product niet bloot aan temperaturen hoger dan +80 °C of lager dan -20 °C.

**△ VOORZICHTIG****Hergebruik voor andere personen en gebrekige reiniging**

Huidirritaties, ontstaan van eczeem of infecties door contaminatie met ziektekiemen

- ▶ Het product mag maar worden gebruikt voor één persoon.
- ▶ Reinig het product regelmatig.

**△ VOORZICHTIG****Onjuist of te strak aanbrengen van het product aan het lichaam**

Drukverschijnselen en afknellen van bloedvaten en zenuwen door verkeerd aanbrengen

- ▶ Zorg ervoor dat het product correct wordt aangebracht en goed op zijn plaats komt te zitten.
- ▶ Bij problemen met de pasvorm mag u het product niet langer gebruiken.

## **△ VOORZICHTIG**

### **Gebruik van het product op niet-intacte huid**

Huidirritaties, ontstaan van eczeem of infecties door contaminatie met ziektekiemen

- Gebruik het product uitsluitend op een intacte huid.

## **4 Inhoud van de levering**

Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
1	gebruiksaanwijzing	-
1	liner	-

## **5 Gebruiksbaar maken**

Indien nodig zijn de volgende technische informatiebladen beschikbaar:

Skeo TT-liners	646T2=1.6, 646T2112
Hybrideliners	646T217
Copolymeerliners	646T215
Polyurethaanliners	646T2=1.8
Skeo TF-liners	647G932

### **5.1 Liner aanpassen**

#### **INFORMATIE**

Liners met schroefdraadaansluiting hebben een geïntegreerde matrix. Deze matrix voorkomt dat het materiaal te veel uitrekt. De lengte van de matrix is afhankelijk van de toepassing van de liner. Bij TF-liners loopt de matrix over de gehele lengte van de liner. Bij TT-liners is de matrix meestal 10 cm lang.

#### **INFORMATIE**

Copolymeerliners zijn thermoplastisch vervormbaar. Trek de liner hiervoor over een droog gipspositief en omwikkel hem eventueel met een elastische zwachtel.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** circulatieoven 70 °C, 2 h
- **6Y93:** circulatieoven 65 °C, 15 min

- > **Aanbevolen gereedschap voor liners met textiel aan de buitenzijde:** kleermakersschaar 719S7 of kunstvezelschaar 719S20
- > **Aanbevolen gereedschap voor liners zonder textiel aan de buitenzijde:** snijapparaat 756L9, liner-trimmer 756L10 of een traditionele schaar met gladde slijtkanten
- **LET OP! Gebruik geen kartelschaar.**  
Snijd de liner horizontaal op de vereiste lengte. Zorg er daarbij voor dat de knip- of snijrand glad wordt, zodat het materiaal niet inscheurt.

## 5.2 Optioneel: pen monteren

### INFORMATIE

De vorm van de prothesekoker moet belasting van het uiteinde van de stump mogelijk maken.

De pen waarmee de liner wordt verbonden met de shuttle lock, wordt in de schroefdraad aan het distale uiteinde van de liner geschroefd.

- > **Benodigd gereedschap en materiaal:**  
momentsleutel (instelbaar op 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Bestrijk de schroefdraad met Loctite®.
- 2) **LET OP! Maak flexibele pennen en pennen met uitstootventiel niet korter.**  
Schroef de pen in de schroefdraad en draai hem aan (aanhaalmoment: **3 Nm**).

## 6 Gebruik

### △ VOORZICHTIG

#### Gebruik van poeder (bijv. babypoeder of talkpoeder)

Huidirritaties op de stump en functieverlies van prothesecomponenten door verstopping met vuildeeltjes of het onttrekken van smeermiddel

- Zorg ervoor dat er geen poeder op of in het product terechtkomt.

### LET OP

#### Mechanische overbelasting

Functiebeperkingen door mechanische beschadiging

- Controleer het product telkens vóór gebruik op beschadigingen.
- Gebruik het product niet, wanneer het functiebeperkingen heeft.
- Zorg er zo nodig voor dat er adequate maatregelen worden getroffen (bijv. reparatie, vervanging, controle door de klantenservice van de fabrikant, enz.).

## **INFORMATIE**

Sommige liners zijn behandeld met de hulpstof Skinguard Technology. Skinguard Technology heeft een antibacteriële werking en voorkomt dat er onaangename geurtjes ontstaan.

Door zwavelhoudende stoffen in het transpiratievocht kunnen er verkleuringen optreden. Deze verkleuringen hebben geen invloed op de functionaliteit en de houdbaarheid van de liner, maar ze kunnen niet worden verwijderd. De zwavel kan in het transpiratievocht terechtkomen via de voeding, bijv. door het eten van eiwitproducten, kool, noten, peulvruchten en gezwavelde producten (bijv. gedroogde vruchten).

Verkleuring van de liner is geen reden tot reclamatie.

## **INFORMATIE**

- ▶ Liners die al gedragen zijn, voelen meestal zachter aan dan nieuwe liners.
- ▶ Vanwege de langere droogtijd van polyurethaanliners verdient het aanbeveling twee liners aan te schaffen, die dan om en om kunnen worden gedragen.
- ▶ Nieuwe liners moeten vóór gebruik worden gereinigd.

## **INFORMATIE**

Derma Prevent kan de buiten- en binnencoating van polyurethaanliners beschadigen.

## **6.1 Liner aan- en uittrekken**

### **Aantrekken**

- 1) Controleer de liner op beschadigingen. Wanneer er een pen is gemonteerd, controleer dan ook de pen op beschadigingen.
- 2) Rol de liner op en zet hem tegen het uiteinde van de stomp.  
**LET OP! Breng een distaal verbindselement (bijv. een pen of metalen kap) in één lijn met de lengteas van de stomp.**
- 3) Rol de liner over de stomp. Zorg er daarbij voor dat er geen plooien in de liner komen te zitten, dat de weke delen van de stomp niet verschuiven en dat er geen lucht tussen de liner en de stomp zit.
- 4) Controleer of de liner goed op zijn plaats zit.

**INFORMATIE: Sla de liner niet om over de prothesekoker (behalve bij de 6Y100).**

## **Uittrekken**

- 1) Rol de liner vanaf het open uiteinde richting het gesloten uiteinde op en haal hem van de stomp af.
- 2) **Advies:** reinig de liner zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

## **6.2 Reiniging en dagelijks onderhoud**

### **LET OP**

#### **Gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen**

Beschadiging van het product door verkeerde reinigingsmiddelen

- Reinig het product uitsluitend met de toegestane reinigingsmiddelen.

### **INFORMATIE**

Bij versterkte transpiratie moet u de liner en de huid regelmatig reinigen.

Als u een liner draagt, moet u uw huid dagelijks intensief verzorgen.

Ottobock adviseert hiervoor het Derma verzorgingssysteem.

- 1) Keer de liner binnenstebuiten.
- 2) Was de liner op de hand in warm water (**30 °C**) met neutrale zeep (bijv. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Spoel de liner met schoon water goed uit.
- 4) Stop een handdoek in de liner, leg de liner plat neer op een wasrek en laat hem drogen. Gebruik als alternatief een droogstandaard (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Juridische informatie**

Op alle juridische bepalingen is het recht van het land van gebruik van toepassing. Daarom kunnen deze bepalingen van land tot land variëren.

### **7.1 Aansprakelijkheid**

De fabrikant is aansprakelijk, wanneer het product wordt gebruikt volgens de beschrijvingen en aanwijzingen in dit document. Voor schade die wordt veroorzaakt door niet-naleving van de aanwijzingen in dit document, in het bijzonder door een verkeerd gebruik of het aanbrengen van niet-toegestane veranderingen aan het product, is de fabrikant niet aansprakelijk.

### **7.2 CE-conformiteit**

Het product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de classificatiecriteria volgens bijlage IX van deze richtlijn is het product ingedeeld in klasse I. De

verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder eigen verantwoordelijkheid opgemaakt volgens bijlage VII van de richtlijn.

### 7.3 Fabrieksgarantie

De fabrikant verleent garantie op het product vanaf de datum waarop het de gebruiker ter beschikking wordt gesteld. Deze garantie is van toepassing op gebreken die aantoonbaar berusten op materiaal-, productie- of constructiefouten en binnen de garantieperiode kenbaar worden gemaakt aan de fabrikant.

Voor nadere informatie over de garantievoorraarden kunt u contact opnemen met het verkoopkantoor van de fabrikant voor uw land.

## 1 Produktbeskrivning

Svenska

### INFORMATION

Datum för senaste uppdatering: 2016-10-11

- ▶ Läs igenom detta dokument noggrant innan användningen av produkten.
- ▶ Beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika person- och produktskador.
- ▶ Instruera brukaren om korrekt och ofarlig användning av produkten.
- ▶ Förvara detta dokument.

### INFORMATION

- ▶ Brukaren måste börja försörjas med linern senast det datum som är tryckt på insidan av förpackningen eller på etiketten (MHD/BBD).

### 1.1 Funktion

En liner ökar bärkomforten tillsammans med en anpassad fästlösning och gör att protesen sitter fast bättre. Tillsammans minskar de krafterna som verkar på stumpen.

Den här bruksanvisningen gäller för följande liners:

TF-försörjning	
Material	Artikelnummer
Silikon (Skeo-liner)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

  

TT-försörjning	
Material	Artikelnummer
Silikon (Skeo-liner)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78

TT-försörjning	
Material	Artikelnummer
Sampolymer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuretan	6Y60
Hybrid	6Y100

### **Silikon (Skeo-liner)**

Skeo-liners är tillverkade av silikon. De förbättrar stötdämpningen och ökar bärkomforten.

För TT-proteser rekommenderar Ottobock en ändamålsenligt modellerad proteshylsa med distal ändkontakt samt en ShuttleLock.

För TF-proteser rekommenderar Ottobock att ett ShuttleLock, ett KISS Lanyard System eller ett ProSeal System används.

### **Sampolymer (Caleo-liner)**

Caleo-liners är gjorda av en TPE-gel (termoplastisk elastomer). De minskar effektivt skjukvrafter och avger en medicinsk olja som vårdar huden.

Gipsavtryckstekniken är valfri. Den liner som används avgör lämpligt fästsysteem.

### **Polyuretan (Uneo-liner)**

Uneo-liners är gjorda av en polyuretangel. Materialet är viskoelastiskt. Det anpassar sig väl till stumpens form och struktur och skyddar särskilt mot stötar.

Ottobock rekommenderar en fullbelastningshylsa (enligt principen "Harmony") med ett Harmony-system eller en utstötningsventil.

### **Hybrid**

Hybridliners består av polyuretangel och silikon. På så sätt kan egenskaperna hos båda materialen utnyttjas.

Ottobock rekommenderar en fullbelastningshylsa (enligt principen "Harmony") med ett undertryckssystem (t.ex. AeroLink System).

## **1.2 Kombinationsmöjligheter**

Denna proteskomponent ingår i Ottobocks modulsystem och kan kombineras med andra produkter ur modulsystemet.

## **2 Ändamålsenlig användning**

### **2.1 Avsedd användning**

Produkten är uteslutande avsedd för protesförsörjning av de nedre extremiterna.

## **2.2 Produktens livslängd**

Produkten är en slittel som utsätts för normalt slitage.

## **3 Säkerhet**

### **3.1 Varningssymbolernas betydelse**

**△ WARNING** Varning för möjliga allvarliga olycks- och skaderisker.

**△ OBSERVERA** Varning för möjliga olycks- och skaderisker.

**ANVISNING** Varning för möjliga tekniska skador.

### **3.2 Allmänna säkerhetsanvisningar**

#### **△ WARNING**

##### **Produkten dras över näsan och munnen**

Risk för kvävning på grund av syrebrist

- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

#### **△ OBSERVERA**

##### **Kontakt med kyla, värme, glöd eller eld**

Risk för personskador (t.ex. brännskador) från smält material och skador på produkten

- Håll produkten på avstånd från öppen eld, glöd eller andra starka värmeällor.
- Utsätt inte produkten för temperaturer över +80 °C eller under -20 °C.

#### **△ OBSERVERA**

##### **Återanvändning på andra personer och bristfällig rengöring**

Hudirritationer, uppkomst av eksem eller infektioner till följd av bakteriekontaminering

- Produkten får bara användas på en person.
- Rengör produkten regelbundet.

#### **△ OBSERVERA**

##### **Felaktig eller för tät passform mellan produkten och kroppen**

Tryckfenomen och hämmad blodcirculation i blodkärl och nerver p.g.a. felaktig passform

- Kontrollera att produkten har tagits på korrekt och sitter på rätt sätt.
- Använd inte produkten om det är problem med passformen.

## **△ OBSERVERA**

### **Användning av produkten på skadad hud**

Hudirritationer, uppkomst av eksem eller infektioner till följd av bakteriekontaminering

- Använd produkten endast på oskadad hud.

## **4 I leveransen**

Kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	Bruksanvisning	-
1	Liner	-

## **5 Idrifttagning**

Vid behov finns följande tekniska uppgifter tillgängliga:

Skeo TT-liner	646T2=1.6, 646T2112
Hybrid-liner	646T217
Sampolymerliner	646T215
Polyuretanliner	646T2=1.8
Skeo TF-liner	647G932

### **5.1 Anpassa linern**

#### **INFORMATION**

Liners med gänganslutning har ett inbyggt nät. Nätet hindrar att materialet tänjs ut alltför mycket. Nätets längd beror på linerns användningsområde. På en TF-liner löper nätet över linerns hela längd. På en TT-liner är nätet oftast 10 cm långt.

#### **INFORMATION**

En sampolymerliner kan omformas termoplastiskt. Dra linern över ett torrt gipspositiv. Linda eventuellt elastisk binda runt om.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Varmluftsugn 70 °C, 2 tim
- **6Y93:** Varmluftsugn 65 °C, 15 min

- > **Rekommenderade verktyg för liner med textilbeläggning:** sax 719S7 eller plastsax 719S20
- > **Rekommenderade verktyg för liner utan textilbeläggning:** sax 756L9, liner-skärare 756L10 eller en vanlig sax med slät kant
- **ANVISNING! Använd inte vågig sax.**  
Klipp linern horisontellt till önskad längd. Se till att snittytan blir jämn så att materialet inte går sönder.

## 5.2 Valfritt: Montera pinnen

### INFORMATION

Proteshylsans form måste möjliggöra belastning på stumpänden.

Pinnen som förbinder linern med Shuttle Lock skruvas in i gängan vid den distala änden av linern.

- > **Verktyg och material som behövs:**

Momentnyckel (kan ställas in på 3 Nm), Loctite® 636K13

- 1) Stryk Loctite® på gängan.
- 2) **ANVISNING! Korta inte av pinnar eller pinnar med utstötningsventil.**  
Skruva in pinnen i gängan och dra åt (åtdragningsmoment för montering: **3 Nm**).

## 6 Användning

### ⚠ OBSERVERA

#### Användning av puder (t.ex. babypuder eller talk)

Hudirritationer på stumpen, funktionsförlust hos proteskomponenter på grund av att partiklar täpper till eller att smörjmedel försvinner

- Undvik att produkten kommer i kontakt med puder.

### ANVISNING

#### Mekanisk överbelastning

Funktionsbegränsningar till följd av mekaniska skador

- Kontrollera alltid att produkten inte är skadad innan den används.
- Använd inte produkten om dess funktion är begränsad.
- Vidta vid behov lämpliga åtgärder (t.ex. reparation, byte eller kontroll hos tillverkarens kundtjänst).

## **INFORMATION**

En del liners är behandlade med tillsatsen Skinguard Technology. Skinguard Technology har antibakteriell verkan och förhindrar att dålig lukt uppstår.

Färgförändringar kan inträffa på grund av svavelhaltiga ämnen i svett. Dessa färgförändringar påverkar inte linerns funktion eller hållbarhet, men det går inte att ta bort dem. Svavlet kan komma från föda, t.ex. produkter som innehåller äggvita, kål, nötter, baljväxter eller produkter som behandlats med svavel (t.ex. torkad frukt).

Färgförändringar på linern är inte en godkänd orsak för reklamation.

## **INFORMATION**

- ▶ En liner som har använts känns mjukare än en ny liner.
- ▶ Vi rekommenderar en extra liner för byte, eftersom polyuretanliners torkar långsamt.
- ▶ Rengör en ny liner innan den används för första gången.

## **INFORMATION**

Derma Prevent kan skada det yttre och inre ytskiktet på en polyuretanliner.

## **6.1 Sätta på och ta av linern**

### **Påtagning**

- 1) Kontrollera att linern inte uppvisar skador. Kontrollera att en eventuellt monterad pinne är oskadad.
- 2) Rulla upp linern och sätt den på stumpänden.  
**ANVISNING!** **Rikta in en distal fästdel (t.ex. pinne, metallhätta) i stumpens längdaxel.**
- 3) Rulla linern över stumpen så att den är fri från veck, inte pressar på mjuk vävnad eller har luftinneslutningar.
- 4) Kontrollera att linern sitter ordentligt och att inriktningen stämmer.

**INFORMATION:** **Vik inte linern över proteshylsan (undantag: 6Y100).**

### **Avtagning**

- 1) Rulla upp linern från den öppna änden mot den slutna. Ta av linern från stumpen.
- 2) **Rekommendation:** Rengör linern enligt anvisningarna i kapitlet "Rengöring och skötsel".

## **6.2 Rengöring och skötsel**

### **ANVISNING**

#### **Användning av olämpliga rengöringsmedel**

Risk för skador på produkten till följd av olämpliga rengöringsmedel

- Rengör produkten endast med godkända rengöringsmedel.

### **INFORMATION**

Rengör linern och huden oftare om du svettas mycket. Huden måste vårdas noggrant varje dag om du använder liner. För detta rekommenderar Ottobock Derma-vårdssystemet.

- 1) Vänd linerns insida utåt.
- 2) Tvätta linern för hand i varmt vatten (**30 °C**) med ett neutralt tvättmedel (t. ex. Ottobock Derma Clean 453H10=).
- 3) Skölj linern noga med rent vatten.
- 4) Lägg en handduk i linern. Låt linern plantorka på ett torkstativ. Du kan också använda ett torkställ (TT: 5Y100=1, TF: 5Y100=2).

## **7 Juridisk information**

Alla juridiska villkor är underställda lagstiftningen i det land där produkten används och kan därför variera.

### **7.1 Ansvar**

Tillverkaren ansvarar om produkten används enligt beskrivningarna och anvisningarna i detta dokument. För skador som uppstår till följd av att detta dokument inte beaktats ansvarar tillverkaren inte.

### **7.2 CE-överensstämmelse**

Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter i EG-direktivet 93/42/EEG. På grund av klassificeringskriterierna enligt bilaga IX i direktivet har produkten placerats i klass I. Förklaringen om överensstämmelse har därför skapats av tillverkaren som enskilt ansvar enligt bilaga VII i direktivet.

### **7.3 Garanti**

Tillverkarens garanti för produkten gäller från och med försörjningsdatumet. Garantin omfattar defekter som bevisligen kan härledas till material-, tillverknings- eller konstruktionsfel och som anmäls inom den garantitid som tillverkaren har angivit.

Närmare information om garantikraven kan fås från tillverkarens ansvariga representant.

# 1 Produktbeskrivelse

Dansk

## INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2016-10-11

- ▶ Læs dette dokument opmærksomt igennem før produktet tages i brug.
- ▶ Følg sikkerhedsanvisningerne for at undgå person- og produktkader.
- ▶ Instruer brugeren i, hvordan man anvender produktet korrekt og risikofrit.
- ▶ Opbevar dette dokument til senere brug.

## INFORMATION

- ▶ Forsyningen af patienten med lineren skal begynde senest på det tidspunkt, der står påtrykt på indersiden af emballagen eller på etiketten (MHD/BBD).

## 1.1 Funktion

Linere øger bærekomforten og forbedrer protesens vedhæftning, hvis de kombineres med en egnet hæftemetode. I fællesskab reduceres de kræfter, som virker på stumpen.

Denne brugsanvisning gælder for følgende linere:

### TF-forsyning

Materiale	Identifikation
Silikone (Skeo-liner)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

### TT-forsyning

Materiale	Identifikation
Silikone (Skeo-liner)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolymer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyurethan	6Y60
Hybrid	6Y100

### Silikone (Skeo-liner)

Skeo-linere er fremstillet af silikone. De forbedrer støddæmpningen og bærekomforten.

Til TT-proteser anbefaler Ottobock et formålstilpasset protesehylster med distal kontakt og anvendelse af en ShuttleLock.

Til TF-proteser anbefaler Ottobock anvendelse af en ShuttleLock, et KISS Lanyard-system eller et ProSeal-system.

### **Copolymer (Caleo-liner)**

Caleo-linere er fremstillet af TPE-gel (termoplastisk elastomer). Disse linere reducerer forskydningskraften effektivt og bidrager samtidig til den daglige hudpleje, idet de afgiver en medicinsk hvid olie.

Teknikken til gipsafttryk kan frit vælges. Den anvendte liner afgør hvilket hæf-tesystem, der er egnet.

### **Polyurethan (Uneo-liner)**

Uneo-linere er fremstillet af polyurethan-gel. Materialet er viskoelastisk. Det tilpasser sig glimrende stumpens form og struktur og beskytter især mod stød.

Ottobock anbefaler et hylster til fuld belastning (efter "Harmony"-princippet) med et Harmony-system eller en envejsventil.

### **Hybrid**

Hybridlinere består af polyurethan-gel og silikone. Således kan man udnytte begge materialers egenskaber.

Ottobock anbefaler et hylster til fuld belastning (efter "Harmony"-princippet) med et undertryksystem (f.eks. AeroLink system).

## **1.2 Kombinationsmuligheder**

Denne protesekomponent er en del af det modulære system fra Ottobock og kan kombineres med andre produkter af det modulære system.

## **2 Formålsbestemt anvendelse**

### **2.1 Anvendelsesformål**

Produktet må kun anvendes til protesebehandling af de nedre ekstremiteter.

### **2.2 Brugstid**

Produktet er en sliddel, som er utsat for almindelig slitage.

## **3 Sikkerhed**

### **3.1 Advarselsymbolernes betydning**

<b>ADVARSEL</b>	Advarsel om risiko for alvorlig ulykke og personskade.
<b>FORSIGTIG</b>	Advarsel om risiko for ulykke og personskade.
<b>BEMÆRK</b>	Advarsel om mulige tekniske skader.

### **3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger**

#### **△ ADVARSEL**

##### **Produkt trækkes hen over mund og næse**

Fare for kvælning som følge af manglende ilttilførsel

- Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.

#### **△ FORSIGTIG**

##### **Kontakt med kulde, stærk varme, gløder eller ild**

Risiko for personskade (f.eks. forbrændinger), hvis materialet smelter samt risiko for skader på produktet

- Produktet må ikke komme i kontakt med åben ild, gløder eller andre varmekilder.
- Udsæt ikke produktet for temperaturer over +80 °C eller under -20 °C.

#### **△ FORSIGTIG**

##### **Genanvendelse på andre personer og mangelfuld rengøring**

Hudirritationer, dannelse af eksem eller infektioner, forårsaget af bakteriesmitte

- Produktet må kun anvendes på en person.
- Rengør produktet jævnligt.

#### **△ FORSIGTIG**

##### **Forkert eller for fast anbringelse af produktet mod kroppen**

Hvis produktet sidder forkert, kan det medføre tryksymptomer og indsnævredede blodkar og nerver

- Kontroller, at produktet er påsat rigtigt og sidder korrekt.
- Hold op med at anvende produktet, hvis der opstår problemer med pasformen.

#### **△ FORSIGTIG**

##### **Anvendelse af produktet på ikke intakt hud**

Hudirritationer, dannelse af eksem eller infektioner forårsaget af bakteriesmitte

- Anvend kun produktet på intakt hud.

## 4 Leveringsomfang

Mængde	Betegnelse	Identifikation
1	Brugsanvisning	-
1	Liner	-

## 5 Indretning til brug

Efter behov kan følgende tekniske informationer rekvisiteres:

Skeo TT-liner	646T2=1.6, 646T2112
Hybrid-liner	646T217
Copolymer-liner	646T215
Polyurethan-Liner	646T2=1.8
Skeo TF-liner	647G932

### 5.1 Tilpasning af lineren

#### INFORMATION

Linere med gevindtilslutning har en integreret matrix. Matrixen forhindrer en overdreven udvidelse af materialet. Matrixens længde retter sig efter linerens anvendelsesformål. På TF-linere løber matrixen over hele linerens længde. På TT-linere er matrixen for det meste 10 cm lang.

#### INFORMATION

Copolymer-linere kan formes termoplastisk. Hertil trækkes lineren over et tørt gipsaftryk og herom vikles, som en valgmulighed, et elastisk bind.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** varmluftovn 70 °C, 2 h
- **6Y93:** varmluftovn 65 °C, 15 min

- > **Anbefalet værktøj til linerne med udvendigt stof:** Tilskæringsaks 719S7 eller kunstfibersaks 719S20
- > **Anbefalet værktøj til linerne uden udvendigt stof:** Tilskæringsapparat 756L9, liner-trimmer 756L10 eller en almindelig saks med glat skær.
- **BEMÆRK! Brug ingen saks med takket skær.**  
Skær liner til vandret i den ønskede længde. Sørg for at lave et glat snit, så materialet ikke kan rives.

### 5.2 Som option: Montering af pinden

#### INFORMATION

Protesehylsterets form skal muliggøre en aflastning af stumpens ende.

Pinden skrues i gevindet på den distale ende på Lineren for at forbinde Lineren med Shuttle Lock.

> **Nødvendigt værktøj og materialer:**

Momentnøgle (justerbar til 3 Nm), Loctite® 636K13

1) Der påføres Loctite® på gevindet.

2) **BEMÆRK! Fleksible pinde og pinde med envejsventiler må ikke afkortes.**

Pinden skrues i gevindet og fastspændes (tilspændingsmoment for montering: **3 Nm**).

## 6 Anvendelse

### FORSIGTIG

#### Anvendelse af pudder (f.eks. babypudder eller talkum)

Hudirritationer på stumpen og funktionstab af protesekomponenter på grund af tilstoppelse med partikler, eller fordi de er drænet for smøringsolie

► Produktet må ikke komme i kontakt med pudder.

### **BEMÆRK**

#### Mekanisk overbelastning

Funktionsbegrænsninger pga. mekanisk beskadigelse

- Kontroller produktet for beskadigelser, hver gang det tages i brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis der foreligger funktionsbegrænsninger.
- Sørg efter behov for egnede foranstaltninger (f.eks. reparation, udskifting, kontrol hos producentens kundeservice osv.).

### **INFORMATION**

Nogle linere er behandlet med SkinGuard Technology. Skinguard Technology virker antibakterielt og forhindrer, at der dannes ubehagelige lugte.

Svedens svovlholdige substanser kan give misfarvninger. Disse misfarvninger har ingen indflydelse på linerens funktion og holdbarhed, men kan dog ikke fjernes. Visse levnedsmidler kan være medvirkende til, at der opstår svovl i sveden, f.eks. proteinprodukter, kål, nødder, svovlbehandlede frugter (f.eks. tørrede frugter).

Misfarvninger på lineren kan ikke reklameres.

## INFORMATION

- Brugte linere føles blødere end nye linere.
- Da polyurethan-linere har en længere tørringstid, anbefales det at have en liner til at skifte med.
- Rengør nye linere før de anvendes første gang.

## INFORMATION

Derma Prevent kan ødelægge det indvendige lag i polyurethan-linerne.

## 6.1 Af- og påtagning af lineren

### Påtagning

- 1) Kontroller lineren for beskadigelser. Hvis der er monteret en pind, skal også pinden kontrolleres for beskadigelser.
- 2) Rul lineren ud og læg den til enden af stumpen.

**BEMÆRK! Et distalt forbindelseselement (f.eks. pind, metalhætte) placeres i stumpens længdeakse.**

- 3) Rul lineren på stumpen, uden at der kommer folder, uden at bloddele forskydes, og uden at der opstår luftlommer.
- 4) Kontroller placeringen af lineren.

**INFORMATION: Lineren må ikke krænges over protesehylsteret (undtagelse: 6Y100).**

### Aftagning

- 1) Rul lineren ned fra den åbne til den lukkede ende og tag den af stumpen.
- 2) **Anbefaling:** Rengør lineren iht. kapitel „Rengøring og pleje“.

## 6.2 Rengøring og pleje

### BEMÆRK

#### Anvendelse af forkerte rengøringsmidler

Beskadigelse af produktet på grund af forkerte rengøringsmidler

- Produktet må kun rengøres med de godkendte rengøringsmidler.

## INFORMATION

Ved øget sveddannelse skal lineren og huden rengøres oftere. Såfremt lineren anvendes hver dag, er det nødvendigt med intensiv hudpleje. Ottobock anbefaler hertil Derma hudplejesystem.

- 1) Den indvendige side på lineren vendes udad.

- 2) Vask lineren i hånden i **30°C** varmt vand med neutral sæbe (f.eks. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Lineren skyldes grundigt i rent vand.
- 4) Lineren tørres ved at lægge et håndklæde ind i den og derefter lægge lineren på et tørrestativ. Alternativt anvendes et tørrestativ (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Juridiske oplysninger

Alle retlige betingelser er undergivet det pågældende brugerlands lovbestemmelser og kan variere tilsvarende.

### 7.1 Ansvar

Producenten påtager sig kun ansvar, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med beskrivelserne og anvisningerne i dette dokument. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået ved tilsidesættelse af dette dokument og især forårsaget af ukorrekt anvendelse eller ikke tilladt ændring af produktet.

### 7.2 CE-overensstemmelse

Produktet opfylder kravene i det europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i klasse I på baggrund af klassificeringskriterierne i henhold til dette direktivs bilag IX. Derfor har producenten eneansvarligt udarbejdet overensstemmelseserklæringen i henhold til direktivets bilag VII.

### 7.3 Garanti

Producenten yder garanti på dette produkt fra og med forsyningsdatoen. Garantien dækker mangler, der påviseligt skyldes materiale-, fremstillings- eller konstruktionsfejl, og som gøres gældende over for producenten inden for denne garantiperiode.

Yderligere oplysninger om garantibetingelserne kan fås hos producentens ansvarlige distributør.

## 1 Produktbeskrivelse

Norsk

### INFORMASJON

Dato for siste oppdatering: 2016-10-11

- Les nøye gjennom dette dokumentet før du tar i bruk produktet.
- Vennligst overhold sikkerhetsanvisningene for å unngå personskader og skader på produktet.
- Instruer brukeren i riktig og farefri bruk av produktet.

- Ta vare på dette dokumentet.

## INFORMASJON

- Brukeren må utstyres med hylseforing senest fra og med den datoен som står på emballasjeinnsiden eller på etiketten (MHD/BBD).

### 1.1 Funksjon

I kombinasjon med en egnet hefteløsning øker hylseforinger komforten og forbedrer protesens hefteevne. Sammen reduserer de kretene som innvirker på stumpen.

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende hylseforinger:

TF-utrustning	
Materiale	Merking
Silikon (Skeo-hylseforing)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT-utrustning	
Materiale	Merking
Silikon (Skeo-hylseforing)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolymerer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuretan	6Y60
Hybrid	6Y100

### Silikon (Skeo-hylseforing)

Skeo-hylseforinger er laget av silikon. De forbedrer støtdempingen og øker komforten.

Til TT-proteser anbefaler Ottobock en formålsmodellert protesehylse med distal endekontakt og bruk av en ShuttleLock.

Til TF-proteser anbefaler Ottobock å bruke en ShuttleLock, et KISS Lanyard-system eller et ProSeal-system.

### Kopolymerer (Caleo-hylseforing)

Caleo-hylseforinger er produsert av en TPE-gel (termoplastisk elastomer). De reduserer effektivt skjærekrefter og bidrar til hudpleie ved å utskille en medisinsk hvitolje.

Teknikken for gipsavtrykk kan velges fritt. Den aktuelle hylseforingen avgjør hvilket heftesystem som er egnet.

## **Polyuretan (Uneo-hylseforing)**

Uneo-hylseforinger er laget av en polyuretan-gel. Materialet er viskoelastisk. Det tilpasser seg svært godt stumpens form og struktur, og beskytter spesielt mot støtkrefter.

Ottobock anbefaler en fullbelastningshylse ("Harmony"-prinsippet) med et Harmony-system eller en utstøtingsventil.

## **Hybrid**

Hybridhylseforinger består av polyuretan-gel og silikon. Slik kan egenskaperne i begge materialer utnyttes.

Ottobock anbefaler en fullbelastningshylse ("Harmony"-prinsippet) med undertrykkssystem (f.eks. AeroLink-systemet).

## **1.2 Kombinasjonsmuligheter**

Denne protesekomponenten er en del av Ottobocks modulsystem og kan kombineres med andre produkter i modulsystemet.

## **2 Forskriftsmessig bruk**

### **2.1 Bruksformål**

Produktet skal utelukkende brukes til proteseutrustning av nedre ekstremitet.

### **2.2 Brukstid**

Produktet er en slitedel som er gjenstand for normal slitasje.

## **3 Sikkerhet**

### **3.1 Varselsymbolenes betydning**

<b>△ ADVARSEL</b>	Advarsel mot mulig fare for alvorlige ulykker og personskader.
<b>△ FORSIKTIG</b>	Advarsel mot mulige ulykker og personskader.
<b>LES DETTE</b>	Advarsel om mulige tekniske skader.

### **3.2 Generelle sikkerhetsanvisninger**

#### **△ ADVARSEL**

##### **Produktet trekkes over munn og nese**

Fare for kvelning på grunn av manglende oksygentilførsel

- Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

## **⚠ FORSIKTIG**

### **Kontakt med kulde, varme, glør eller ild**

Persons kader (f.eks. forbrenninger) grunnet at materialet smelter og skader på produktet

- ▶ Hold produktet unna åpen ild, glør og andre varmekilder.
- ▶ Ikke utsett produktet for temperaturer på over +80 °C eller under -20 °C.

## **⚠ FORSIKTIG**

### **Gjenbruk på andre personer og mangelfull rengjøring**

Hudirritasjoner, eksem dannelse eller infeksjoner på grunn av kontaminasjon med bakterier

- ▶ Produktet skal bare brukes på én person.
- ▶ Rengjør produktet regelmessig.

## **⚠ FORSIKTIG**

### **Feil eller for stram pålegging av produktet på kroppen**

Trykksteder og innsnevringer på blodkar og nerver på grunn av feil pålegging

- ▶ Sørg for at produktet settes på korrekt og sitter riktig.
- ▶ Produktet må ikke lenger brukes ved problemer med passformen.

## **⚠ FORSIKTIG**

### **Bruk av produktet på hud som ikke er intakt**

Hudirritasjoner, eksem dannelse eller infeksjoner på grunn av kontaminasjon med bakterier

- ▶ Bruk produktet kun på intakt hud.

## **4 Leveringsomfang**

Mengde	Betegnelse	Merking
1	Bruksanvisning	-
1	Hylseforing	-

## **5 Klargjøring til bruk**

Ved behov er følgende teknisk informasjon tilgjengelig:

Skeo TT-hylseforing	646T2=1.6, 646T2112
Hybrid-hylseforing	646T217

Kopolymer-hylseforing	646T215
Polyuretan-hylseforing	646T2=1.8
Skeo TF-hylseforing	647G932

## 5.1 Tilpasning av hylseforingen

### INFORMASJON

Hylseforinger med gjenget port har en integrert matrise. Matrisen hindrer en overdreven utvidelse av materialet. Lengden på matrisen er avhengig av hvor hylseforingen skal brukes. Hos TF-hylseforinger ligger matrisen over hele lengden til hylseforingen. Hos TT-hylseforinger er matrisen stort sett 10 cm lang.

### INFORMASJON

Kopolymer-hylseforinger kan formes termoplastisk. For å gjøre dette trekkes hylseforingen over en tørr gipspositiv. Vikle eventuelt et elastisk bind rundt.

- ▶ **6Y90, 6Y92, 6Y94:** varmluftovn 70 °C, 2 t
- ▶ **6Y93:** varmluftovn 65 °C, 15 min

- > **Anbefalt verktøy for hylseforinger med utvendig tekstil:** tilskjærings-saks 719S7 eller saks til syntetiske fibre 719S20
- > **Anbefalt verktøy for hylseforinger uten utvendig tekstil:** tilskjærings-apparat 756L9, hylseforing-trimmer 756L10 eller en vanlig, glatt saks
- ▶ **LES DETTE! Ikke bruk en bølgeslipt saks.**  
Klippe til hylseforingen i nødvendig lengde horisontalt. Pass på å kippe en glatt kant, slik at materialet ikke revner.

## 5.2 Valgfritt: Montering av tappen

### INFORMASJON

Formen på protesehylsen må muliggjøre belastning av stumpenden.

Tappen for tilkobling mellom foringen og Shuttle Lock skrus inn i gjengene i den distale enden av foringen.

- > **Nødvendig verktøy og materialer:**  
Momentnøkkel (stillbar til 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Påfør Loctite® på gjengene.
- 2) **LES DETTE! Ikke forkort fleksible tapper og tapper med utstøtings-ventil.**  
Skru tappen inn i gjengene og stram den (monteringsstrammemoment: **3 Nm**).

## 6 Bruk

### FORSIKTIG

#### **Bruk av pudder (f.eks. babypudder eller talkum)**

Fare for hudirritasjoner på stumpen og funksjonstap for protesekomponenter på grunn av tetting med partikler eller fjerning av smøremiddel

- Hold produktet unna pudder.

### **LES DETTE**

#### **Mekanisk overbelastning**

Funksjonsbegrensning pga. mekanisk skade

- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Produktet skal ikke brukes ved funksjonsbegrensninger.
- Sørg for egnede tiltak ved behov (f.eks. reparasjon, utskiftning, kontroll utført av produsentens kundeservice osv.).

### **INFORMASJON**

Noen hylseforinger er behandlet med tilsetningsstoffet SkinGuard Technology. Skinguard Technology virker antibakterielt og hindrer dannelse av ubehagelige lukter.

Det kan oppstå misfarginger pga. svovelholdige substanser som finnes i svette. Misfargingene påvirker ikke funksjonen og holdbarheten til hylseforingen, men de kan ikke fjernes. Svovenen kan komme inn i svetten via mat, f.eks. via produkter med eggehvit, kål, nøtter, belgfrukter og produkter som er tilført svovel (f.eks. tørket frukt).

Misfarging på hylseforinger aksepteres ikke som grunn til reklamasjon.

### **INFORMASJON**

- En hylseforing som allerede har blitt brukt litt, føles som regel mykere enn en nyanskaffet hylseforing.
- Ettersom polyuretan-hylseforinger har lengre tørketid, anbefales det å ha en ekstra hylseforing å bytte med.
- Rengjør nye hylseforinger før første gangs bruk.

### **INFORMASJON**

Derma Prevent kan skade ytre og indre belegg på polyuretan-hylseforinger.

## 6.1 Ta hylseforingen på og av

### Ta på

- 1) Kontroller hylseforingen for skader. Hvis det er montert en tapp, må denne også sjekkes for skader.
- 2) Rull opp hylseforingen og plasser den ved enden av stumpen.  
**LES DETTE! Posisjoner et distalt forbindelseselement (f.eks. tapp, metallkappe) i stumpens lengdeakse.**
- 3) Rull hylseforingen foldefritt over stumpen uten å forskyve bløtevær eller danne luftlommer.
- 4) Kontroller at hylseforingen sitter godt og rett.

**INFORMASJON: Ikke brett hylseforingen over protesehylsen (unntak: 6Y100).**

### Ta av

- 1) Rull opp hylseforingen fra den åpne mot den lukkede enden og fjern den fra stumpen.
- 2) **Anbefaling:** Rengjør hylseforingen i samsvar med anvisningene i kapittelet "Rengjøring og pleie".

## 6.2 Rengjøring og pleie

### LES DETTE

#### Bruk av feil rengjøringsmiddel

- Skader på produktet på grunn av feil rengjøringsmiddel  
► Rengjør produktet kun med godkjente rengjøringsmidler.

### INFORMASJON

Hylseforingen og huden må rengjøres oftere ved økt svetteutsondring. Bruk av en hylseforing krever daglig, intensiv hudpleie. Ottobock anbefaler Derma-hudpleiesystemet til dette.

- 1) Vrenge hylseforingen.
- 2) Vask hylseforingen for hånd i varmt vann (**30 °C**) med nøytral såpe (f.eks. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Skyll hylseforingen grundig med rent vann.
- 4) Legg et håndkle inn i hylseforingen og tørk den flatt på et tørkestativ. Du kan også bruke et tilpasset tørkestativ (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Juridiske merknader

Alle juridiske vilkår er underlagt de aktuelle lovene i brukerlandet og kan variere deretter.

## **7.1 Ansvar**

Produsenten påtar seg ansvar når produktet blir brukt i samsvar med beskrivelsene og anvisningene i dette dokumentet. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av at anvisningene i dette dokumentet ikke har blitt fulgt, spesielt ved feil bruk eller ikke tillatte endringer på produktet.

## **7.2 CE-samsvar**

Produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Produktet er klassifisert i klasse I på bakgrunn av klassifiseringskriteriene i henhold til dette direktivets vedlegg IX. Samsvarserklæringen er derfor utstedt av produsenten med eneansvar i henhold til direktivets vedlegg VII.

## **7.3 Garanti**

Produsenten gir en garanti for dette produktet fra den datoен det tas i bruk. Garantien omfatter mangler som skyldes feil i materialer, produksjon eller konstruksjon, og som gjøres gjeldende overfor produsenten innen utløp av garantitiden.

Nærermere informasjon om garantivilkårene kan fås hos produsentens salgsfirma.

# **1 Tuotteen kuvaus**

Suomi

### **TIEDOT**

Viimeisimmän päivityksen pvm: 2016-10-11

- Lue tämä asiakirja huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä.
- Huomioi turvaohjeet välttääksesi tapaturmia ja tuotevahinkoja.
- Perehdytä käyttäjää tuotteen asianmukaiseen ja vaarattomaan käyttöön.
- Säilytä tämä asiakirja.

### **TIEDOT**

- Potilaan tuppihoidon tulee alkaa viimeistään pakkauksen sisäpuolelle tai etikettiin merkittynä parasta ennen -päivänä (MHD/BBD).

## **1.1 Toiminta**

Tupet lisäävät yhdessä tarkoitukseen sopivan kiinnitysratkaisun kanssa käytönmukavuutta ja parantavat proteesin pitoa. Yhdessä ne vähentävät tynkäään vaikuttavia voimia.

Tämä käyttöohje koskee seuraavia tuppeja:

TF-sovitukset	
Materiaali	Koodi
Silikoni (Skeo-tuppi)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L
TT-sovitukset	
Materiaali	Koodi
Silikoni (Skeo-tuppi)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolymeeri	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuretaani	6Y60
Hybridti	6Y100

### **Silikoni (Skeo-tuppi)**

Skeo-tupit on valmistettu silikonista. Ne parantavat iskunvaimennusta ja käytönmukavuutta.

Ottobock suosittelee TT-proteeseihin käyttötarkoitukseen muotoiltua holkkia, jossa on distaalinen kontakti, ja ShuttleLock-lukituksen käyttöä.

Ottobock suosittelee, että TF-proteeseissa käytetään ShuttleLock-lukitusta, KISS-vetonauhaa tai ProSeal-järjestelmää.

### **Kopolymeeri (Caleo-tuppi)**

Caleo-tupet on valmistettu TPE-geelistä (termoplastisesta elastomeerista). Ne vähentävät tehokkaasti leikkausvoimia, ja niiden sisältämä lääkinnällinen valkoöljy auttaa ihonhoidossa.

Kipsijäljennösteekniikka on vapaasti valittavissa. Käytetty tuppi määräää tarkoitukseen sopivan kiinnitysjärjestelmän.

### **Polyuretaani (Uneo-tuppi)**

Uneo-tupet on valmistettu polyuretaanigeelistä. Materiaali on viskoelastinen. Se mukautuu erittäin hyvin tyngän muotoon ja rakenteeseen ja suojaaa varsinkin iskuvoimilta.

Ottobock suosittelee täyskuormitusholkkia ("Harmony"-periaate), jossa on Harmony-järjestelmä tai työntöventtiili.

### **Hybridti**

Hybriditupet koostuvat polyuretaanigeelistä ja silikonista. Näin voidaan hyödyntää molempien materiaalien ominaisuuksia.

Ottobock suosittelee täyskuormitusholkkia ("Harmony"-periaate), jossa on alipainejärjestelmä (esim. AeroLink-järjestelmä).

## **1.2 Yhdistelmämähdollisuudet**

Tämä proteesikomponentti on osa Ottobockin modulaarista järjestelmää ja yhdisteltävissä modulaarisen järjestelmän muiden tuotteiden kanssa.

## **2 Määräystenmukainen käyttö**

### **2.1 Käyttötarkoitus**

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan alaraajien protetisoinnissa.

### **2.2 Käyttöikä**

Tuote on kuluva osa, joka altistuu normaalille kulumiselle.

## **3 Turvallisuus**

### **3.1 Käyttöohjeen varoitussymbolien selitys**

<b>△ VAROITUS</b>	Mahdollisia vakavia tapaturman- ja loukkaantumisvaaroja koskeva varoitus.
<b>△ HUOMIO</b>	Mahdollisia tapaturman- ja loukkaantumisvaaroja koskeva varoitus.
<b>HUOMAUTUS</b>	Mahdollisia teknisiä vaurioita koskeva varoitus.

### **3.2 Yleiset turvaohjeet**

#### **△ VAROITUS**

##### **Tuotteen vetäminen suun ja nenän päälle**

Puutteellisen hapensyötön aiheuttama tukehtumisvaara

- Säilytä tuotetta lasten ulottumattomissa.

#### **△ HUOMIO**

##### **Kosketus kylmyyden, kuumuuden, hiilokseen tai tulen kanssa**

Materiaalin sulamisen aiheuttamat vammat (esim. palovammat) ja tuotteen vauriot

- Pidä tuote loitolla avotulesta, hiiloksesta tai muista lämmönlähteistä.
- Älä altista tuotetta yli +80 °C:n tai alle -20 °C:n lämpötiloille.

#### **△ HUOMIO**

##### **Luovuttaminen muiden potilaiden käyttöön ja puutteellinen puhdistus**

Bakteeritartunnan aiheuttamat ihon ärsytykset, ihottumien tai tulehdusten muodostuminen

- Tuotetta saa käyttää vain yhdellä potilaalla.
- Puhdista tuote säännöllisesti.

## **△ HUOMIO**

### **Tuote on väärin tai liian tiukasti kehoa vasten**

Väärennäisen tai liian tiukan pukemisen aiheuttamat verisuonten ja hermojen puristumat ja ahtaumat

- ▶ Varmista, että tuote puetaan oikein ja että se istuu hyvin.
- ▶ Älä käytä tuotetta enää, jos sen istuvuudessa esiintyy ongelmia.

## **△ HUOMIO**

### **Tuotteen käyttö vaurioituneella iholla**

Bakteeritartunnan aiheuttamat ihmisen ärsytykset, ihottumien tai tulehdusten muodostuminen

- ▶ Käytä tuotetta vain vahingoittumattomalla iholla.

## **4 Toimituspaketti**

Määrä	Nimi	Koodi
1	Käyttöohje	-
1	Tuppi	-

## **5 Saattaminen käyttökuntaan**

Seuraavat tekniset tiedot ovat saatavissa tarvittaessa:

Skeo TT-tuppi	646T2=1.6, 646T2112
Hybridituppi	646T217
Kopolymeerituppi	646T215
Polyuretaani-tuppi	646T2=1.8
Skeo TF-tuppi	647G932

## **5.1 Tupen sovittaminen**

### **TIEDOT**

Kierreliäntäisissä tupeissa on integroitu matriksi. Matriksi estää materiaalin liiallisen laajenemisen. Matriksin pituus riippuu tupen käyttötarkoituksesta. TF-tupeissa matriksi kulkee koko tupen pituudelta. TT-tupeissa matriksi on yleensä 10 cm pitkä.

### **TIEDOT**

Kopolymeerituppeja voidaan muotoilla termoplastisesti. Vedä sitä varten tuppi kuivan kipsipositiivin päälle ja kiedo sen ympärille valinnaisesti elastinen side.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** kiertoilmauuni 70 °C, 2 h
- **6Y93:** kiertoilmauuni 65 °C, 15 min

- > **Suositeltava työkalut tipeille, joissa on päälystekstiili:** leikkuusakset 719S7 tai tekokuitusakset 719S20
- > **Suositeltavat työkalut tipeille, joissa ei ole päälystekstiiliä:** leikkulaite 756L9, tupen sahausleikkuri 756L10 tai tavanomaiset sakset, joissa on sileä reuna
- **HUOMAUTUS! Älä käytä sahalaitaisia saksia.**  
Leikkaa tuppi tarvittavaan pituuteen vaakatasossa. Huomioi sileä leikkuureuna, jotta materiaali ei repeydy.

## 5.2 Vaihtoehtoisesti: karan asennus

### TIEDOT

Proteesin holkin muodon tätyy mahdollistaa tyngän kuormittaminen.

Tupen yhdistämiseksi Shuttle Lock -komponenttiin ruuvataan kara kiinni tupen distaalisen pään kierteeseen.

- > **Tarvittavat työkalut ja materiaalit:**  
momenttiavain (säädetäväissä arvoon 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Levitä Loctite®-kierrelukitetta kierteille.
- 2) **HUOMAUTUS! Älä lyhennä joustavia karoja äläkä karoja, joisa on työntöventtiili.**  
Ruuva kara kiinni kierteisiin ja kiristä se (asennuksen kiristysmomentti: **3 Nm**).

## 6 Käyttö

### △ HUOMIO

Puuterin (esim. vauvapuuterin, talkin) käyttö

Ihoärsykyiset tyngässä sekä proteesin osien heikentynty toiminta hiukkasten aiheuttaman tukkeutumisen tai voiteluaineen poistamisen seurauksena

- Pidä tuote loitolla puuterista.

### HUOMAUTUS

**Mekaaninen yliratasitus**

Toimintojen rajoitukset mekaanisen vaurion seurauksena

- Tarkasta tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos sen toiminnot ovat rajoittuneet.

- Huolehdi tarvittaessa asiaankuuluvista toimenpiteistä (esim. korjaus, vaihto, valmistajan asiakaspalvelun suorittama tarkastus jne.).

#### **TIEDOT**

Jotkut tupet on käsitelty Skinguard Technology -lisääaineella. Skinguard Technology vaikuttaa antibakteerisesti ja estää epämukavien hajujen muodostumisen.

Hien rikkiä sisältävät aineet voivat aiheuttaa värijäytymiä. Värijäytymillä ei ole vaikutusta toimintaan eikä tupen kestävyyteen, mutta niitä ei voi kuitenkaan poistaa. Rikki voi päästää hikkeen elintarvikkeista, esim. proteiinituotteista, kaalista, pähkinöistä, palkokasveista sekä rikitetyistä tuotteista (esim. kuivatuista hedelmistä).

Tupen värijäytymät eivät oikeuta reklamaatioon.

#### **TIEDOT**

- Käytetyt tupet tuntuват yleensä pehmeämmiltä kuin uudet tupet.
- Vaihotuppi on suositeltava polyuretaanituppien pitemmän kuivumisajan vuoksi.
- Puhdista uudet tupet ennen ensimmäistä käyttöä.

#### **TIEDOT**

Derma Prevent voi vahingoittaa polyureetaanituppien ulko- ja sisäpäälystettä.

## **6.1 Tupen pukeminen ja riisuminen**

### **Pukeminen**

- 1) Tarkista, ettei tupessa ole vaurioita. Jos siihen on asennettu kara, tarkista, ettei karassa ole vaurioita.
- 2) Kääri tuppi ja aseta se tyngän päähän.  
**HUOMAUTUS!** Aseta distaalinen liitoselementti (esim. tappi, metallinen suojuus) tyngän pituusakselin suuntaisesti.
- 3) Vedä tuppi tyngän pääälle poimuttomasti pehmytosia siirtämättä ja ilman sisään jäävää ilmaa.
- 4) Tarkista, että tuppi istuu hyvin ja on suunnattu oikein.  
**TIEDOT:** Älä käännä tuppea proteesin holkin päälle (poikkeus: 6Y100).

## Riisuminen

- 1) Kääri tuppi kokoon edeten avoimesta suljettuun päähän ja poista se tyn-gän päältä.
- 2) **Suoitus:** puhdista tuppi luvun "Puhdistus ja hoito" mukaisesti.

## 6.2 Puhdistus ja hoito

### HUOMAUTUS

#### Vääränlaisten puhdistusaineiden käyttö

Vääränlaisten puhdistusaineiden aiheuttamat tuotteen vauriot

- Puhdista tuote vain sallituilla puhdistusaineilla.

### TIEDOT

Jos hiekä muodostuu enemmän, puhdista tuppi ja iho useammin. Tupen käyttäminen vaatii päivittäin perusteellista ihonhoitoa. Ottobock suosittelee siihin Derma-hoitojärjestelmää.

- 1) Käännä tupen sisäpuoli ulospäin.
- 2) Pese tuppi käsin lämpimässä vedessä (**30 °C**) neutraalilla saippualla (esim . Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Huuhtele tuppi huolellisesti kirkkaalla vedellä.
- 4) Laita pyyhe tupin sisään ja kuivata tuppi levitetynä pyykinkuivaustelineen päällä. Käytä vaihtoehtoisesti kuivatustelinettä (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Oikeudelliset ohjeet

Kaikki oikeudelliset ehdot ovat kyseisen käyttäjämaan omien lakiens alaisia ja voivat vaihdella niiden mukaisesti.

### 7.1 Vastuu

Valmistaja on vastuussa, jos tuotetta käytetään tähän asiakirjaan sisältyvien kuvausten ja ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan noudattamatta jättämisestä, varsinkin epäasianmukaisesta käytöstä tai tuotteen luvattomasta muuttamisesta.

### 7.2 CE-yhdenmukaisuus

Tuote on lääkinnällisistä laitteista annetun eurooppalaisen direktiivin 93/42/ETY vaatimusten mukainen. Tämän direktiivin liitteen IX mukaisten luokituskriteerien perusteella tuote on luokiteltu kuuluvaksi luokkaan I. Valmistaja on sen vuoksi laatinut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yksin vastuullisena direktiivin liitteen VII mukaisesti.

## 7.3 Takuu

Valmistaja myöntää tälle tuotteelle takuun hoidon aloituspäivästä alkaen. Takuu kattaa todistettavasti materiaali-, valmistus- tai suunnitteluvirheistä aiheutuvat viat, joita koskevaa korvausta vaaditaan valmistajalta takuun voimassaoloajan kuluessa.

Valmistajan vastaava myyntiyhtiö antaa yksityiskohtaisempia tietoja takuehdosta.

## 1 Opis produktu

Polski

### INFORMACJA

Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-11

- ▶ Należy uważnie przeczytać niniejszy dokument przed użyciem omawianego produktu.
- ▶ Należy zwrócić uwagę na wskazówki odnośnie bezpieczeństwa, aby zapobiec urazom i uszkodzeniom produktu.
- ▶ Należy poinstruować użytkownika na temat prawidłowego i bezpiecznego sposobu stosowania produktu.
- ▶ Należy przechować niniejszy dokument.

### INFORMACJA

- ▶ Zaopatrzenie pacjenta w lej należy rozpocząć najpóźniej w terminie, nadrukowanym na stronie wewnętrznej opakowania lub na etykietce (MHD/BBD).

### 1.1 Funkcja

Liny, w połączeniu z odpowiednim rozwiązaniem odnośnie przyczepności, zwiększą komfort noszenia i poprawią przyczepność protezy. Razem redukują one siły, działające na kikut.

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy następujących linerów:

Zaopatrzenie uda	
Materiał	Symbol
Silikon (liner Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

Zaopatrzenie podudzia	
Materiał	Symbol
Silikon (liner Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolimer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95

Zaopatrzenie podudzia	
Materiał	Symbol
Poliuretan	6Y60
Hybryd	6Y100

### **Silikon (liner Skeo)**

Linery Skeo są wykonane z silikonu. Poprawiają one tłumienie uderzeń i komfort noszenia.

Ottobock zaleca dla protez podudzia lej protezowy, wymodelowany zgodnie z jego przeznaczeniem, z kontaktem w obrębie dalszym i zastosowanie zamka ShuttleLock.

W przypadku protez uda Ottobock zaleca zastosowanie zamka ShuttleLock, systemu KISS Lanyard lub systemu ProSeal.

### **Kopolimer (liner kopolimerowy)**

Linery Caleo są wykonane z żelu TPE (termoplastyczny elastomer). Efektywnie redukują siły tnące i pielęgnują skórę, poprzez wydzielanie medycznego, białego oleju.

Rodzaj techniki wykonania gipsu można dobrowolnie wybrać. Stosowany lej określa odpowiedni system przyczepności.

### **Poliuretan (liner Uneo)**

Linery Uneo są wykonane z żelu poliuretanowego. Materiał ten charakteryzuje się lepkospłynistością. Omawiany materiał bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu i struktury kikutu i szczególnie chroni przed siłami uderzeń.

Ottobock zaleca lej pełnoobciążeniowy (zasada "Harmony") z systemem Harmony lub z wentylem jednokierunkowym.

### **Hybryd**

Lej hybrydowy składa się z żelu poliuretanowego i silikonu. W ten sposób właściwości obydwu materiałów mogą zostać wykorzystane.

Ottobock zaleca lej pełnoobciążeniowy (zasada "Harmony") z systemem podciśnienia (n p. z systemem AeroLink).

## **1.2 Możliwości zestawień**

Omawiane podzespoły protezowe są częścią systemu modułarnego Ottobock i mogą zostać zestawione z innymi produktami systemu modułarnego.

## **2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem**

### **2.1 Cel zastosowania**

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do protetycznego zaopatrzenia kończyń dolnych.

## **2.2 Okres użytkowania**

Omawiany produkt jest częścią zużywalną, która ulega normalnemu zużyciu.

## **3 Bezpieczeństwo**

### **3.1 Oznaczenie symboli ostrzegawczych**

<b>△ OSTRZEŻENIE</b>	Ostrzeżenie przed możliwymi niebezpieczeństwami ciężkiego wypadku i urazu.
<b>△ PRZESTROGA</b>	Ostrzeżenie przed możliwymi niebezpieczeństwami wypadku i urazu.
<b>NOTYFIKACJA</b>	Ostrzeżenie przed możliwością powstania uszkodzeń technicznych.

### **3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa**

<b>△ OSTRZEŻENIE</b>	<b>Produkt jest zakładany przez usta i nos</b> Niebezpieczeństwo uduszenia wskutek niewystarczającego dopływu tlenu ► Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
<b>△ PRZESTROGA</b>	<b>Kontakt z zimnym, gorącym, żarem lub ogniem</b> Obrażenia (np. poparzenia) wskutek topienia materiału i uszkodzenia produktu ► Produkt należy chronić przed otwartym ogniem, żarem i innymi źródłami gorąca. ► Nie narażać produktu na działanie temperatur ponad +80 °C wzgl. poniżej -20 °C.
<b>△ PRZESTROGA</b>	<b>Ponowne zastosowanie na innej osobie i nieprawidłowe czyszczenie.</b> Podrażnienia skóry, wypryski lub infekcje wskutek zakażenia zarazkami ► Produkt może być użytkowany tylko przez jedną osobę. ► Produkt należy regularnie czyścić.

## **△ PRZESTROGA**

### **Nieprawidłowe lub za ciasne zakładanie produktu na ciało**

Miejscowe objawy ucisku i zwężenia naczyń krwionośnych i nerwów wskutek nieprawidłowego zakładania

- ▶ Należy prawidłowo zakładać produkt i sprawdzić jego prawidłowe dopasowanie.
- ▶ W przypadku problemów związanych z dopasowaniem, należy zrezygnować ze stosowania produktu.

## **△ PRZESTROGA**

### **Stosowanie produktu na uszkodzonej skórze**

Podrażnienia skóry, tworzenie się wyprysków lub infekcji wskutek zakażenia zarazkami

- ▶ Produkt należy stosować tylko na nieuszkodzonej skórze.

## **4 Zakres dostawy**

Ilość	Nazwa	Symbol
1	Instrukcja użytkowania	-
1	Liner	-

## **5 Przygotowanie do użytku**

W razie konieczności dostępne są następujące informacje techniczne:

Liner podudzia Skeo	646T2=1.6, 646T2112
Liner hybrydowy	646T217
Liner kopolimerowy	646T215
Liner poliuretanowy	646T2=1.8
Liner uda Skeo	647G932

## **5.1 Dopasowanie leja**

### **INFORMACJA**

Leje ze złączem gwintowanym posiadają zintegrowaną matrycę. Matryca zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu materiału. Długość matrycy zależy od zakresu zastosowania leja. W przypadku lejów uda, matryca przebiega wzdułż całej długości leja. W przypadku lejów podudzia długość matrycy wynosi najczęściej 10 cm.

## **INFORMACJA**

Liny kopolimerowe nadają się do odkształcania termoplastycznego. W tym celu liner należy naciągnąć na suchy pozytyw gipsowy i opcjonalnie owinać za pomocą elastycznej opaski.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Szafa grzewcza z termoobiegiem 70° C, 2 h
- **6Y93:** Szafa grzewcza z termoobiegiem 65° C, 15 min

- > **Zalecane narzędzia dla linerów z tekstylnym pokryciem zewnętrzny:** nożyce 719S7, lub nożyce do włókien sztucznych 719S20
- > **Zalecane narzędzia dla linerów bez tekstylnego pokrycia zewnętrzne:** urządzenie tnące do linerów komfortowych 756L9, przycinacz do linerów 756L10 lub konwencjonalne nożyce z płaskim ostrzem
- **NOTYFIKACJA! Prosimy nie stosować nożyc z ostrzem falistym.**  
Liner należy przyciąć w poziomie na wymaganą długość. Należy przy tym zwrócić uwagę na płaską krawędź cięcia, aby materiał nie został nadewany.

## **5.2 Opcjonalnie: montaż trzpienia**

### **INFORMACJA**

Kształt leja protezowego musi umożliwić obciążenie końcowe kikuta.

Pin do połączenia lineru z zamkiem Shuttle, zostaje wkręcony do gwintu w obrębie dalszym lineru.

- > **Wymagane narzędzia i materiały:**

Klucz dynamometryczny (zakres pomiarowy 3 Nm), Loctite® 636K13

- 1) Loctite® należy nanieść na gwint.
- 2) **NOTYFIKACJA! Prosimy nie skracić trzpieni elastycznych i trzpieni z wentylem jednokierunkowym.**  
Trzpień należy wkręcić do gwinta i dokręcić (montażowy moment dokręcenia: **3 Nm**).

## **6 Użytkowanie**

### **PRZESTROGA**

#### **Stosowanie pudru (np. pudru dla niemowląt lub talku)**

Podrażnienia skóry kikuta jak i utrata funkcji podzespołów protezy wskutek zapchania częstekami pudru lub usunięcia środka smarnego

- Nie należy dopuścić do kontaktu produktu z pudrem.

## **NOTYFIKACJA**

### **Przeciążenie mechaniczne**

Ograniczenie funkcji wskutek przeciążenia mechanicznego

- Przed każdym zastosowaniem należy dokonać kontroli produktu pod kątem uszkodzeń.
- Produktu nie stosować w przypadku ograniczeń w funkcjonowaniu.
- W razie konieczności należy podjąć odpowiednie kroki (np. naprawa, wymiana, kontrola przez serwis producenta, itp.).

## **INFORMACJA**

Niektoře leje są pokryte dodatkowym środkiem Skinguard Technology. Skinguard Technology działa antybakterialnie i zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnego zapachu.

Odbarwienia, które mogą pojawić się w pocie, powstają wskutek substancji zawierających siarkę. Odbarwienia te nie mają żadnego wpływu na funkcję i trwałość leja, nie można ich jednak usunąć. Siarka może dostać się do potu przez żywotność, np. przez produkty zawierające biało, kapustę, orzechy, rośliny strączkowe jak i produkty siarkowane (np. suszone owoce).

Odbarwienia leja nie są objęte reklamacją.

## **INFORMACJA**

- Noszone leje są najczęściej bardziej miękkie, niż leje nowe.
- Zalecamy zamówienie leja na zmianę, ze względu na dłuższy czas suszenia lejów poliuretanowych.
- Nowe leje należy wyczyścić przed pierwszym stosowaniem.

## **INFORMACJA**

Derma Prevent może uszkodzić zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie lejów poliuretanowych.

## **6.1 Zakładanie i zdejmowanie leja**

### **Zakładanie**

- 1) Liner należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Należy również przeprowadzić kontrolę trzpienia pod kątem uszkodzeń, jeśli jest zamontowany.
- 2) Liner należy zwinąć i przyłożyć do szczytu kikuta.

**NOTYFIKACJA! Element łączący w obrębie dalszym (np. trzpień, kapa metalowa) należy ustawić w osi podłużnej kikuta.**

- 3) Liner należy rozwiniąć na kikucie bez tworzenia fałd, bez przesunięcia tkanki miękkiej lub dopływu powietrza.
- 4) Liner należy sprawdzić pod kątem dopasowania i ustawienia.

**INFORMACJA:** Liner nie powinien zostać zawinięty na leju protezowym (wyjątek: 6Y100).

### Zdejmowanie

- 1) Lej należy zwinąć od strony otwartej w kierunku do zamkniętego końca i zdjąć z kikuta.
- 2) **Zalecenie:** Lej należy czyścić zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i pielęgnacja“.

## 6.2 Czyszczenie i pielęgnacja

### NOTYFIKACJA

#### Stosowanie niewłaściwych środków czyszczących

Uszkodzenie produktu wskutek niewłaściwych środków czyszczących

- Produkt należy czyścić tylko za pomocą dopuszczonych środków czyszczących.

### INFORMACJA

Lej i skórę należy częściej czyścić, w przypadku zwiększonej potliwości. Noszenie leja wymaga codziennej, intensywnej pielęgnacji skóry. W tym celu Ottobock zaleca system środków pielęgnacyjnych Derma.

- 1) Stronę wewnętrzną leja należy odwrócić na zewnątrz.
- 2) Lej należy prać ręcznie w ciepłej wodzie (**30 °C**) neutralnym mydłem (n.p. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Lej należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie.
- 4) Należy włożyć do leja ręcznik i lej płasko położyć na stojącej suszarce. Alternatywnie można stosować suszarkę stojącą (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Wskazówki prawne

Wszystkie warunki prawne podlegają prawu krajowemu kraju stosującego i stąd mogą się różnić.

### 7.1 Odpowiedzialność

Producent ponosi odpowiedzialność w przypadku, jeśli produkt jest stosowany zgodnie z opisami i wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania niniejszego dokumentu,

szczególnie spowodowane wskutek nieprawidłowego stosowania lub niedozwolonej zmiany produktu, producent nie odpowiada.

## 7.2 Zgodność z CE

Produkt spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 93/42/EWG dla produktów medycznych. Na podstawie kryteriów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem IX dyrektywy produkt został przyporządkowany do klasy I. Dlatego deklaracja zgodności została sporządzona przez producenta na własną odpowiedzialność zgodnie z załącznikiem VII dyrektywy.

## 7.3 Gwarancja

Producent udziela gwarancji na produkt od daty zaopatrzenia. Gwarancją objęte są wady, wynikające z udowodnionych wad materiałowych, produkcyjnych lub konstrukcyjnych, na które dochodzono roszczeń wobec producenta w okresie gwarancyjnym.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków gwarancji udziela spółka dystrybucyjna producenta.

# 1 Termékleírás

magyar

## TÁJÉKOZTATÁS

Az utolsó frissítés időpontja: 2016-10-11

- ▶ A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.
- ▶ A sérülések és a termék károsodásának megelőzése végett tartsa be a biztonsági tanácsokat.
- ▶ A felhasználót tanítsa meg a termék szakszerű és veszélytelen használata.
- ▶ Őrizze meg ezt a dokumentumot.

## TÁJÉKOZTATÁS

- ▶ A páciens linerrel ellátását kezdje el legkésőbb a csomagolás belső oldalára vagy a címkére van nyomatott napján (MHD/BBD).

## 1.1 Működése

A bélés, együtt egy alkalmas tapadó oldattal, megnöveli a viselési komfortérzetet és a protézis tapadását. Együtt csökkentik a csonkra ható erőket.

Ez a használati utasítás a következő bélésre érvényes:

TF ellátás	
Anyaga	Megjelölés
Szilikon (Skeo Liner)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT ellátás	
Anyaga	Megjelölés
Szilikon (Skeo Liner)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolimer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretán	6Y60
Hibrid	6Y100

### **Szilikon (Skeo Liner)**

A Skeo Liner szilikonból készült. Megnöveli az lökéscsillapítást és a viselési komfortérzetet.

Az Ottobock a térd alatti protézisek számára a célra tervezett testtől távoli végén végérintkezővel ellátott protézistokot és ShuttleLock használatát javasolja.

Az Ottobock a térd feletti protézisekhez ShuttleLock, KISS Lanyard, vagy egy ProSeal rendszer használatát javasolja.

### **Kopolimer-liner (Caleo Liner)**

A Caleo Liner TPE zseléből (hőre lágyuló elasztomer) készülnek. Hatékonyan csökkentik a nyíró erőket, és terápiás vazelin kibocsátásával hozzájárulnak a bőr ápolásához.

A gipsz lenyomat technikáját szabadon választhatja meg. Az alkalmazni szándékozott bélés határozza meg az alkalmas tapadó rendszert.

### **Poliuretán (Uneo Liner)**

Az Uneo Liner-ek poliuretán zseléből készülnek. Az anyag viszkózusan rugalmas. Nagyon jól illeszkedik a csonk alakjához és szerkezetéhez, és különösen védi az ütőerőktől.

Az Ottobock ("Harmony" elvű) teljes felületen teherviselő tok használatát javasolja Harmony rendszerrel, vagy kifúvószeleppel.

### **Hibrid**

A hibrid linerek poliuretán zseléből és szilikonból állnak. Így minden két anyag tulajdonságait hasznosítják.

Az Ottobock ("Harmony" elvű) teljes felületen teherviselő tok használatát javasolja vákuumrendszerrel (pl. az AeroLink rendszerrel).

## **1.2 Kombinációs lehetőségek**

Ez a protézis-komponenes az Ottobock moduláris rendszer része és a moduláris rendszer más termékeivel kombinálható.

## **2 Rendeltetésszerű használat**

### **2.1 Rendeltetés**

A termék kizárolag az alsó végtag protetikai ellátására alkalmazható.

### **2.2 A használat időtartama**

A termék kopó alkatrész, mely a szokásos mértékű elhasználódásnak van kitéve.

## **3 Biztonság**

### **3.1 Jelmagyarázat**

<b>△ FIGYELMEZTETÉS</b>	Figyelmeztetés lehetséges súlyos baleset és sérülés veszélyére
<b>△ VIGYÁZAT</b>	Figyelmeztetés lehetséges baleset és sérülés veszélyére
<b>ERTESÍTÉS</b>	Figyelmeztetések esetleges műszaki hibákra.

### **3.2 Általános biztonsági tudnivalók**

#### **△ FIGYELMEZTETÉS**

##### **A terméket az orron és szájban keresztül húzza fel**

Az elégletes oxigénnellátás miatt fulladásveszély áll fenn

- A terméket tárolja gyermekektől távol.

#### **△ VIGYÁZAT**

##### **Érintkezés hideggel, magas hőmérséklettel, parázzsal vagy nyílt lánggal**

Sérülések (pl. égési sérülés) az anyag megolvadása és a termék megrongálódása miatt

- A terméket tartsa távol lángtól, parázstól vagy egyéb hőforrástól.
- Ne tegye ki a terméket -20 °C-nál alacsonyabb ill. +80 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

#### **△ VIGYÁZAT**

##### **Ismételt használatba adás más személyeknek és elégletes tisztítás**

A csírákkal érintkezés bőrirritációkat, ekcémák képződését vagy fertőzéseket okoz

- A terméket csak egy személyen szabad használni.
- Rendszeresen tisztítsa a terméket.

### **△ VIGYÁZAT**

#### **A termék rosszul fekszik fel a testre vagy túlságosan szoros**

Nyomási jelenségek és az ott futó erek elszorítása a hibás felhelyezés miatt

- Gondoskodjon a termék helyes felhelyezéséről és pontos elhelyezkedéséről.
- Ne használja tovább a terméket, ha nem illeszkedik.

### **△ VIGYÁZAT**

#### **A termék használata nem ép bőrfelületen**

Bőrirritációk, ekcéma vagy a kórokozókkal érintkezés fertőzéseket okoz

- A terméket kizárolag ép bőrfelületen használja.

## **4 A szállítmány tartalma**

Mennyiség	Megnevezés	Címkezés
1	Használati utasítás	-
1	Liner	-

## **5 Használatba vétel**

Szükség esetén a következő Műszaki tájékoztatókat olvashatja:

Skeo TT Liner	646T2=1.6, 646T2112
Hibrid bélés	646T217
Kopolimer bélés	646T215
Poliuretán bélés	646T2=1.8
Skeo TF Liner	647G932

### **5.1 A liner beigazítása**

#### **TÁJÉKOZTATÁS**

A menetes csatlakozós béléseknek beépített mátrixa van. A mátrix megakadályozza az anyag túlzott kitágulását. A mátrix hossza a bélés alkalmazási területétől függ. Térd feletti béléseknél a mátrix a bélés teljes hosszában végighúzódik. Térd alatti béléseknél a mátrix leggyakrabban 10 cm hosszú.

#### **TÁJÉKOZTATÁS**

A kopolimer bélések hőre lágyulóan formázhatók. Ehhez húzza fel a bélést egy száraz gipsz pozitívra és adott esetben göngyölje be egy rugalmas pólával.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** légkeringtetett kemence, 70° C, 2 h

► **6Y93:** Légkeringtetett kemencében 65° C, 15 perc

- > **A külső textiles bélésekhez ajánlott szerszámok:** 719S7 olló, vagy 719S20 műszál-olló
- > **A külső textil nélküli bélésekhez ajánlott szerszámok:** 756L9 bevágó készülék, 756L10 Liner-Trimmer, vagy egy sima élű, hagyományos olíó

► **ÉRTESENÍTÉS!** Ne használjon hullámos élű ollót.

Vízszintesen vágja el a bélést a szükséges hosszra. Közben ügyeljen a sima vágás-szélre, hogy az anyag ne szakadjon be.

## 5.2 Opció: A tüske szerelése

### TÁJÉKOZTATÁS

A protézistok alakja tegye lehetővé a csonk megterhelését.

A bélés és Schuttle Lock összeköttetését szolgáló tüskét a liner testközéptől távoli végén lévő menetbe kell behajtani.

> **A szükséges szerszámok és anyagok:**

Nyomatékkulcs (3 Nm-re beállítható), Loctite® 636K13

1) Vigye fel a Locktite®-ot a menetre.

2) **ÉRTESENÍTÉS! Ne vágja rövidre a kifúró szelepes rugalmas tüskét.**

Hajtsa be a tüskét a menetbe és húzza meg (meghúzó nyomaték **3 Nm**).

## 6 Használat

### ⚠️ VIGYÁZAT

#### **Hintőpor (pl. babahintőpor vagy talkum) használata**

Bőrirritációk a csonkon, és protézis alkatrészek funkcióvesztése a szemcsék okozta dugulás vagy kenőanyaghiány miatt

► Tartsa távol a hintőport a terméktől.

### ÉRTESENÍTÉS

#### **Mechanikus túlterhelés**

Funkcióműlás mechanikus rongálódás miatt

- A termék épségét minden használat előtt vizsgálja meg.
- A funkció romlásakor a termék nem használható.
- Szükség esetén hozza meg a megfelelő intézkedéseket (pl. javítás, cseré, ellenőrzés a gyártó szakszervizében, stb.).

## **TÁJÉKOZTATÁS**

Néhány linert Skinguard Technology adalékanyaggal kezeltek. A Skinguard Technology antibakteriális hatású, és megakadályozza a kellemetlen szagok létrejöttét.

A izzadtság kéntartalmú anyagai miatt elszíneződhet. Ezek az elszíneződések nem befolyásolják a liner működését és tartósságát, de nem távolíthatók el. A kén az élelmiszerekből kerülhet az izzadtságba. pl l. fehérjékből, káposztából, diófélékből, hüvelyes terményekből, és kénezett termékekből (pl l. szárított gyümölcsök).

A liner elszíneződése nem ad okot a reklamációra.

## **TÁJÉKOZTATÁS**

- ▶ A már hordott linerek rendszerint puhább tapintásúak mint az újak.
- ▶ A poliuretán linerek hosszabb száradási ideje miatt ajánlott csere-liner készenlétben tartása.
- ▶ Az első használat előtt tisztítsa meg a linert.

## **TÁJÉKOZTATÁS**

A "Derma Prevent" károsíthatja a poliuretán linerek külső és belső bevona-tát.

## **6.1 A liner felhúzása és levétele**

### **Felhúzás**

- 1) Ellenőrizze a bélés épsegét. Ha van tüske felszerelve, akkor ellenőrizze a tüske épsegét is.
- 2) Göngyölje fel a bélést, és tegye a csonk végére.  
**ÉRTESENÍTÉS! A csonk hossztengelyébe igazítson be egy tesstől távoli összekötő elemet (pl. tüske, fémsapka).**
- 3) A bélést ráncmentesen, légzárványok vagy lágyrészek megnyomása nélkül göngyölje fel a csonakra.
- 4) Ellenőrizze a bélés elhelyezkedését.

**TÁJÉKOZTATÁS: A bélést ne tűrje ki a protézistokra. (Kivétel: 6Y100).**

## **Levélet**

- 1) A linert nyitott végétől a zárt vége felé sodorva kell levenni a csonkról.
- 2) **Javaslat:** A linert a "Tisztítás és ápolás" című fejezetben leírtaknak megfelelően kell tisztítani.

## **6.2 Tisztítás és ápolás**

### **ÉRTESENÍTÉS**

#### **Nem megfelelő tisztítószerek használata**

A termék nem megfelelő tisztítószer használata következtében megrongálódhat.

- A terméket csak az engedélyezett tisztítószerekkel szabad tisztítani.

### **TÁJÉKOZTATÁS**

Erősebb izzadás esetén a linert és bőrt gyakrabban kell tisztítani. A liner viselés napi intenzív bőrátültetést igényel. Erre a cébra az Ottobock a Derma ápolórendszer ajánlja.

- 1) A bélést fordítsa a visszajárára.
- 2) A bélést (**30 °C**-os) vízben, semleges szappannal, kézzel mosza ki (pl. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) A bélést tiszta vízzel alaposan öblítse ki.
- 4) Dugjon egy törölközöt a bélésbe és ruhaszárítón kifektetve szárítsa meg. Alternatívaként használjon szárítóállványt (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Jogi tudnivalók**

Valamennyi jogi feltétel a mindenkorai alkalmazó ország joga alá rendelt, ennek megfelelően változhat.

### **7.1 Felelősség**

A gyártó abban az esetben vállal felelősséget, ha termék használata a jelen dokumentumban szereplő leírásoknak és utasításoknak megfelel. A gyártó nem felel azokért a károkért, melyek a jelen dokumentum figyelmen kívül hagyása, főképp a termék szakszerűtlen használata vagy meg nem engedett átalakítása nyomán következnek be.

### **7.2 CE-jelzés**

A termék megfelel az orvosi termékekre vonatkozó 93/42/EGK Európai Direktíva rendelkezéseinek. E Direktíva IX. Függelékében az orvosi termékekre vonatkozó osztályozási kategóriák alapján ezt a terméket az I. osztályba sorolták be. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárlagos felelőssége alapján került kiállításra a Direktíva VII. Függelékének megfelelően.

## 7.3 Garancia

A gyártó az ellátás dátumától kezdve vállal garanciát a termékre. A garancia azokra a hiányosságokra terjed ki, melyek igazolhatóan anyag- és gyártási, ill. konstrukciós hibákra vezethetők vissza és a garancia érvényességi ideje alatt a gyártóval szemben érvényesíthetők.

A garanciális feltételekre vonatkozó közelebbi információkkal szolgál a gyártó illetékes forgalmazó vállalata.

## 1 Popis produktu

Česky

### INFORMACE

Datum poslední aktualizace: 2016-10-11

- ▶ Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento dokument.
- ▶ Dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů, aby se zabránilo poranění a poškození produktu.
- ▶ Poučte uživatele ohledně správného a bezpečného používání produktu.
- ▶ Uschovejte si tento dokument.

### INFORMACE

- ▶ Vybavení pacienta linerem musí začít nejpozději k datu, které je vytisklé na vnitřní straně obalu nebo na štítku (datum minimální trvanlivosti/datum použitelnosti).

## 1.1 Funkce

Linery, ve spojení s vhodným ulpivacím řešením, zvyšují komfort nošení a zlepšují ulpění protézy. Společně redukují síly, které působí na pahýl.

Tento návod k použití platí pro následující linery:

TF vybavení	
Materiál	Označení
Silikon (Skeo linery)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT vybavení	
Materiál	Označení
Silikon (Skeo linery)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolymer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuretan	6Y60
Hybridní	6Y100

## **Silikon (Skeo linery)**

Skeo linery jsou vyrobeny ze silikonu. Zlepšují tlumení rázů a komfort nošení. Ottobock doporučuje pro TT protézy účelově modelované pahýlové lůžko s distálním koncovým kontaktem a použití ShuttleLocku.

Ottobock doporučuje pro TF protézy použití ShuttleLocku, systému KISS Lanyard nebo systému ProSeal.

## **Kopolymer (Caleo linery)**

Caleo linery jsou vyrobeny z TPE gelu (termoplastický elastomer). Efektivně redukují stříhové síly a uvolňováním bílého medicinálního oleje přispívají k péči o pokožku.

Technika zhotovení sádrového otisku je volně volitelná. Vhodný ulpívací systém se určí podle použitého lineru.

## **Polyuretan (Uneo linery)**

Uleo linery jsou vyrobeny z polyuretanového gelu. Tento materiál je viskoelastický. Velmi dobře se přizpůsobí tvaru a struktuře pahýlu a chrání zejména před rázovými silami.

Ottobock doporučuje plně kontaktní lůžko (princip "Harmony") se systémem Harmony s jednocestným ventilem.

## **Hybridní**

Hybridní linery sestávají z polyuretanového gelu a silikonu. Tak lze využít vlastností obou materiálů.

Ottobock doporučuje plně kontaktní lůžko (princip "Harmony") s podtlakovým systémem (např. systém AeroLink).

## **1.2 Možnosti kombinace komponentů**

Tento protézový komponent je součástí modulárního systému Ottobock a lze jej kombinovat s dalšími produkty modulárního systému.

## **2 Použití k danému účelu**

### **2.1 Účel použití**

Tento produkt se používá výhradně k protetickému vybavení dolních končetin.

### **2.2 Doba použití**

Produkt představuje spotřební díl podléhající běžnému opotřebení.

## 3 Bezpečnost

### 3.1 Význam varovných symbolů

<b>△ VAROVÁNÍ</b>	Varování před možným nebezpečím vážné nehody s následkem těžké újmy na zdraví.
<b>△ POZOR</b>	Varování před možným nebezpečím nehody a poranění.
<b>UPOZORNĚNÍ</b>	Varování před možným technickým poškozením.

### 3.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

#### **△ VAROVÁNÍ**

##### **Produkt se nesmí natahovat přes ústa a nos**

Nebezpečí zadušení v důsledku nedostatečného přívodu kyslíku.

- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.

#### **△ POZOR**

##### **Kontakt s příliš studeným, horkým prostředím, žhavými předměty nebo ohněm**

Poranění (např. popálení) v důsledku roztavení materiálu a poškození produktu

- Chraňte produkt před působením otevřeného ohně, žhavých předmětů nebo jiných tepelných zdrojů.
- Nevystavujte produkt teplotám nad +80 °C resp. pod -20 °C.

#### **△ POZOR**

##### **Recirkulace produktu, použití na jiné osobě a nedostatečné čištění**

Podráždění pokožky, tvorba ekzémů nebo infekce v důsledku kontaminace choroboplodnými zárodky

- Produkt smí používat pouze na jedné osobě.
- Produkt pravidelně čistěte.

#### **△ POZOR**

##### **Špatné nebo příliš těsné nasazení produktu na těle**

Vznik otlaků a zúžení cév a nervů z důvodu špatného nasazení

- Zajistěte, aby byl produkt správně nasazený a aby správně dosedal.
- Při problémech s tvarovým obepnutím přestaňte produkt používat.

## **⚠ POZOR**

### **Používání produktu na narušené pokožce**

Podráždění pokožky, tvorba ekzémů nebo infekce v důsledku kontaminace choroboplodnými zárodky

- Používejte produkt pouze na nenarušné pokožce.

## **4 Rozsah dodávky**

Množství	Název	Označení
1	Návod k použití	-
1	Liner	-

## **5 Příprava k použití**

V případě potřeby jsou k dispozici následující Technické informace:

Skeo TT Liner	646T2=1.6, 646T2112
Hybridní liner	646T217
Kopolymerový liner	646T215
Polyuretanový liner	646T2=1.8
Skeo TF Liner	647G932

### **5.1 Přizpůsobení lineru**

#### **INFORMACE**

Linery se závitovým připojením mají zanitegrovanou matrici. Matrice zabíránuje nadměrnému roztažení materiálu. Délka matrice se řídí podle oblasti použití lineru. U TF linerů probíhá matrice po celé délce lineru. U TT linerů je matrice většinou dlouhá 10 cm.

#### **INFORMACE**

Kopolymerové linery jsou termoplasticky tvarovatelné. Za tím účelem natáhněte liner na suchý sádrový pozitiv a případně jej oviřte elastickým obindlem.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Teplovzdušná pec 70° C, 2 h
- **6Y93:** Teplovzdušná pec 65° C, 15 min

- > **Doporučené nástroje na linery s vnějším textilním potahem:** Přistřihovací nůžky 719S7 nebo nůžky na syntetická vlákna 719S20
- > **Doporučené nástroje na linery bez vnějšího textilního potahu:** Přistřihovací zařízení 756L9, řezačka na linery 756L10 nebo konvenční nůžky s hladkým ostřím
- **UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte nůžky s vlnkovým ostřím.**  
Přistříhněte liner horizontálně na potřebnou délku. Přitom dbejte na to, aby byl řez hladký a nedošlo k natření materiálu.

## 5.2 Varianta: Montáž pinu

### INFORMACE

Tvar pahýlového lůžka musí umožňovat zatížení na konci pahýlu.

Pin pro spojení lineru s Shuttle Lockem se našroubuje do závitu na distálním konci lineru.

- > **Potřebné nářadí a materiály:**

Momentový klíč (nastavitelný na 3 Nm), Loctite® 636K13

- 1) Potřete závit Loctitem®.
- 2) **UPOZORNĚNÍ! Flexibilní piny a piny s jednocestným ventilem nezkracujte.**  
Našroubujte pin do závitu a utáhněte jej (montážní utahovací moment: **3 Nm**).

## 6 Použití

### △ POZOR

#### **Použití pudru ( např. dětský zásyp nebo talek)**

Podráždění pokožky na pahýlu a také ztráta funkčnosti komponentů protézy způsobena zanesením částicemi nebo odstraněním maziva

- Chraňte produkt před pudrem.

### UPOZORNĚNÍ

#### **Mechanické přetížení**

Omezení funkce v důsledku mechanického poškození

- Před každým použitím zkонтrolujte, zda není produkt poškozený.
- V případě omezení funkčnosti produkt nepoužívejte.
- V případě potřeby provedte vhodná opatření (např. oprava, výměna, kontrola v servisu u výrobce atd.).

## **INFORMACE**

Některé linery jsou ošetřeny přísadou Skinguard Technology. Skinguard Technology působí antibakteriálně a zabraňuje tvorbě nepříjemného odéru. Vlivem sirných látek obsažených v potu může dojít ke změnám zbarvení. Tyto změny zbarvení nemají žádný vliv na funkci a trvanlivost lineru, nelze jej však odstranit. Síra se může dostat do potu prostřednictvím stravy, např. vlivem bílkovinných produktů, zelí, ořechů, luštěnin a také sýrených produktů (např. sušené ovoce).

Změna zbarvení u lineru není důvodem k reklamaci.

## **INFORMACE**

- ▶ Již používané linery bývají většinou měkkí než linery nové.
- ▶ Z důvodu delší doby sušení polyuretanových linerů doporučujeme mít jeden liner na výměnu.
- ▶ Nové linery před prvním použitím očistěte.

## **INFORMACE**

Derma Prevent může poškodit vnější a vnitřní povlak polyuretanových linerů.

## **6.1 Nasazování a snímání lineru**

### **Nasazování**

- 1) Zkontrolujte, zda není liner poškozený. Když je namontovaný pin, zkонтrolujte také, zda není pin poškozený.
- 2) Srolujte liner a nasadte jej na konec pahýlu.  
**UPOZORNĚNÍ! Přitom vyrovnejte distální spojovací element (např. pin, kovovou čepičku) v podélné ose pahýlu.**
- 3) Narolujte liner na pahýl tak, aby se přitom nevytvářely sklady, nedošlo k posunutí měkkých tkání nebo nevznikly vzduchové vměstky.
- 4) Zkontrolujte, zda liner dobře dosedá a je správně vyrovnaný.

**INFORMACE: Neohrnjte liner přes pahýlové lůžko (výjimka: 6Y100).**

### **Snímání**

- 1) Srolujte liner směrem od otevřeného konce k uzavřenému a sejměte liner z pahýlu.
- 2) **Doporučení:** Čistěte liner podle kapitoly „Čištění a péče“.

## 6.2 Čištění a péče

### UPOZORNĚNÍ

#### Použití špatných čisticích prostředků

Poškození produktu v důsledku použití špatných čisticích prostředků

- K čištění produktu používejte pouze schválené čisticí prostředky.

### INFORMACE

Při zvýšené tvorbě potu čistěte liner a pokožku častěji. Nošení lineru vyžaduje každodenní intenzivní péči o pokožku. K tomu Ottobock doporučuje používat sadu prostředků péče o pokožku Derma.

- 1) Obraťte vnitřní stranu lineru ven.
- 2) Liner perte ručně ve vlažné vodě (**30 °C**) pomocí neutrálního mýdla (např. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Řádně liner vypláchněte v čisté vodě.
- 4) Vložte do lineru ručník a sušte liner rozložený naplocho na stojanu na prádlo. Popřípadě použijte sušící stojan (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Právní ustanovení

Všechny právní podmínky podléhají právu daného státu uživatele a mohou se odpovídající měrou lišit.

### 7.1 Odpovědnost za výrobek

Výrobce nese odpovědnost za výrobek, pokud je používán dle postupů a pokynů uvedených v tomto dokumentu. Za škody způsobené nerespektováním tohoto dokumentu, zejména neodborným používáním nebo provedením nedovolených změn u výrobku, nenese výrobce žádnou odpovědnost.

### 7.2 CE shoda

Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky. Na základě klasifikačních kritérií dle Přílohy IX této směrnice byl tento produkt zařazen do Třídy I. Proto bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem ve výhradní odpovědnosti dle Přílohy VII této směrnice.

### 7.3 Záruka

Výrobce poskytuje na produkt záruku od data vybavení. Záruka se vztahuje na nedostatky, které byly prokazatelně způsobené vadou materiálu, chybami ve výrobě nebo konstrukcí a které jsou uplatněny vůči výrobci v rámci záruční doby.

Bližší informace ohledně záručních podmínek Vám poskytne příslušná prodejní společnost zastupující výrobce.

# 1 Descrierea produsului

Română

## INFORMAȚIE

Data ultimei actualizări: 2016-10-11

- Citiți cu atenție întregul document înainte de utilizarea produsului.
- Acordați atenție indicațiilor de siguranță pentru a evita vătămările și deteriorarea produsului.
- Instruiți utilizatorul în vederea unei folosiri corecte și fără pericol a produsului.
- Păstrați acest document.

## INFORMAȚIE

- Tratamentul pacientului cu acest liner va trebui să înceapă cel târziu la data imprimată pe partea interioară a ambalajului sau pe etichetă (MHD/BBD).

## 1.1 Funcție

Linerele, în combinație cu o soluție adecvată de aderență, măresc confortul la purtare și îmbunătățesc aderența protezei. Împreună reduc forțele care se exercită asupra bontului.

Acste instrucțiuni de utilizare se aplică următoarelor linere:

Tratament TF	
Material	Cod
Silicon (Linere Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

Tratament TT	
Material	Cod
Silicon (Linere Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Copolimer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretan	6Y60
Hibrid	6Y100

## Silicon (Linere Skeo)

Linerele Skeo sunt realizate din silicon. Ele ameliorează amortizarea șocurilor și confortul la purtare.

Ottobock recomandă pentru protezele TT o cupă protetică modelată conform cerințelor obiectivului cu contact final distal și utilizarea unui ShuttleLock.

Pentru protezele TF (transfemurale), Ottobock recomandă utilizarea unui ShuttleLock, a unui sistem KISS Lanyard, sau a unui sistem ProSeal.

### **Copolimer (Liner Caleo)**

Linerele Caleo sunt fabricate dintr-un gel de ETP (elastomer termoplast). Ele reduc efectiv forțele de forfecare și prin aplicarea unui ulei alb, de uz medicinal, ele contribuie la întreținerea pielii.

Tehnica de amprentare cu gips este la liberă alegere. Linerul utilizat determină sistemul de aderență adecvat.

### **Poliuretan (Liner Uneo)**

Linerele Uneo sunt fabricate dintr-un gel de poliuretan. Materialul este vâscoelastic. Ele se adaptează foarte bine la forma și structura bontului de amputație și protejează în special contra forțelor de impact.

Ottobock recomandă o cupă cu încărcare totală (principiul „Harmony“) cu un sistem Harmony sau cu o supapă de evacuare.

### **Hibrid**

Linerele hibrid sunt realizate din gel de poliuretan și silicon. În acest fel pot fi utilizate caracteristicile ambelor materiale.

Ottobock recomandă o cupă cu încărcare totală (principiul „Harmony“) cu un sistem de depresiune (de ex. sistem AeroLink).

## **1.2 Posibilități de combinare**

Această componentă protetică este parte a sistemului modular Ottobock și poate fi combinată cu alte produse ale sistemului modular.

## **2 Utilizare conform destinației**

### **2.1 Scopul utilizării**

Produsul este destinat exclusiv utilizării în tratamentul protetic al extremității inferioare.

### **2.2 Durata de utilizare**

Produsul constituie o componentă de uzură supusă unei uzuri obișnuite.

## **3 Siguranță**

### **3.1 Legendă simboluri de avertisment**

	<b>AVERTISMENT</b> Avertisment asupra unor posibile pericole de accidente sau rănire gravă.
	<b>ATENȚIE</b> Avertisment asupra unor posibile pericole de accidente sau rănire.

**INDICATIE**

Avertisment asupra unor posibile defecțiuni tehnice.

### 3.2 Indicații generale de siguranță

**AVERTISMENT****Tragerea produsului peste gură și nas**

Pericol de sufocare datorită lipsei de oxigen

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

**ATENȚIE****Contactul cu surse de frig, de căldură, obiecte incandescente sau foc**

Răniri (de ex. arsuri) cauzate de topirea materialului și deteriorări ale produsului

- Evitați contactul produsului cu focul deschis, obiecte incandescente sau alte surse de căldură.
- Nu expuneți produsul la temperaturi peste +80 °C respectiv sub -20 °C.

**ATENȚIE****Reutilizarea la alte persoane și curățarea necorespunzătoare**

Irritații cutanate, apariția de eczeme sau infecții prin contaminarea cu germeni

- Este permisă utilizarea produsului numai de către o persoană.
- Curățați produsul la intervale regulate.

**ATENȚIE****Aplicarea incorectă sau prea strânsă a produsului pe corp**

Apariția unor efecte ale presiunii și comprimarea vaselor sanguine și a nervilor din cauza aplicării incorecte

- Asigurați-vă că produsul este aplicat și poziționat corect.
- Nu folosiți produsul în continuare în cazul în care există probleme legate de aplicarea corectă și confortabilă.

**ATENȚIE****Utilizarea produsului pe pielea care prezintă leziuni**

Irritații cutanate, apariția de eczeme sau infecții prin contaminarea cu germeni

- Utilizați produsul numai pe pielea intactă.

## 4 Conținutul livrării

Cantitate	Denumire	Cod
1	Instrucțiuni de utilizare	-
1	Liner	-

## 5 Stabilirea capacitatei de utilizare

La nevoie sunt disponibile următoarele informații tehnice:

Liner Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Liner hibrid	646T217
Copolimer-Liner	646T215
Liner din poliuretan	646T2=1.8
Liner Skeo TF	647G932

### 5.1 Ajustarea linerului

#### INFORMATIE

Linerele cu racord filetat au o matrice integrată. Matricea împiedecă întinderea excesivă a materialului. Lungimea matricei este în funcție de domeniul de utilizare al linerului. În cazul linerelor TF (transfemurale), matricea se întinde pe întreaga lungime a linerului. În cazul linerelor TT (transtibiale) de cele mai multe ori matricea are lungimea de 10 cm.

#### INFORMATIE

Linerele din copolimer sunt deformabile termoplastice. În acest scop linerul trebuie tras pe un mulaj pozitiv uscat din gips și optional va trebui înfășurat cu un bandaj elastic.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Etuvă cu ventilație 70 °C, 2 h
- **6Y93:** Etuvă cu ventilație 65 °C, 15 min

- > **Scule recomandate pentru Liner cu material textil exterior:** foarfecă de croit 719S7 sau foarfecă de fibre sintetice 719S20
- > **Scule recomandate pentru liner fără material textil exterior:** foarfecă de croit 756L9, liner-trimmer 756L10 sau o foarfecă uzuală cu tăietură șlefuită
- > **INDICAȚIE! Nu se vor utiliza foarfece zimțate.**  
Linerul se va tăia orizontal la lungimea dorită. În acest proces acordați atenție unei muchii tăiate netede pentru ca materialul să nu se rupă.

## 5.2 Optional: Montarea știftului

### INFORMAȚIE

Forma cupei protetice trebuie să permită încărcare a capătului bontului de amputație.

Știftul pentru realizarea legăturii linerului cu Shuttle Lock se înșurubează în filetul de la capătul distal al linerului.

> **Scule și materiale necesare:**

Cheie dinamometrică (reglabilă pe 3 Nm), Loctite® 636K13

1) Aplicați Loctite® pe filet.

2) **INDICAȚIE! Știfturile flexibile și știfturile cu supapă de evacuare nu se vor scurta.**

Înșurubați știftul în filet și strângeți-l (moment de strângere de montaj: **3 Nm**).

## 6 Utilizarea

### ATENȚIE

#### Utilizarea de pudră (de ex. pudră pentru bebeluși sau pudră de talc)

Iritațiile pielii la nivelul bontului de amputație și pierderea funcției componentelor protezei prin obturarea cu particule sau reținerea de lubrifiant

► Evitați contactul produsului cu pudra.

### INDICAȚIE

#### Suprasolicitare mecanică

Limitări funcționale datorită deteriorării mecanice

- Înainte de fiecare utilizare verificați dacă produsul este deteriorat.
- Nu utilizați produsul când prezintă limitări funcționale.
- Dacă este necesar, asigurați adoptarea măsurilor adecvate (de ex. reparație, înlocuire, control de către service-ul pentru clienți al producătorului, etc.).

### INFORMAȚIE

Unele linere sunt tratate cu aditivul Skinguard Technology. Skinguard Technology are efect antibacterian și previne formarea de mirozuri neplăcute. Datorită compușilor cu sulf din transpirație pot apărea modificări ale culorii. Aceste modificări ale culorii nu au nici o influență asupra funcționării și durabilității linerului, dar nu pot fi îndepărtațe. Sulful poate ajunge în transpirație prin intermediul alimentelor, de ex. prin produsele proteice,

varză, nuci, leguminoase precum și prin produsele tratate cu sulf (de ex. fructe deshidratate).

Modificarea culorii linerului nu constituie motiv de reclamație.

#### **INFORMAȚIE**

- Linerele care au fost deja purtate se simt mai moi decât cele noi.
- Datorită timpului de uscare mai lung al linerelor din poliuretan se recomandă existența unui liner de schimb.
- Linerele noi vor trebui curățate înainte de prima utilizare.

#### **INFORMAȚIE**

Derma Prevent poate deteriora stratul de acoperire interior și exterior al linerelor din poliuretan.

## **6.1 Îmbrăcarea și dezbrăcarea linerului**

### **Îmbrăcarea**

- 1) Verificați dacă linerul nu prezintă deteriorări. Atunci când este montat un știft, verificați și dacă acesta nu prezintă deteriorări.
- 2) Desfășurați linerul și aplicați-l la capătul bontului de amputație.  
**INDICAȚIE!** Aliniați un element de legătură distal (de ex. știft, capac metalic) în axa longitudinală a bontului.
- 3) Înfășurați linerul pe bontul de amputație fără formarea de cute, fără deplasarea țesuturilor moi sau formarea de incluziuni de aer.
- 4) Verificați poziția și orientarea linerului.

**INFORMAȚIE:** Nu răsfrângeți linerul peste cupa protetică (cu excepția: 6Y100).

### **Dezbrăcarea**

- 1) Derulați linerul dinspre capătul deschis înspre cel închis, apoi luăți-l jos de pe bontul de amputație.
- 2) **Recomandare:** Curățați linerul conform indicațiilor din capitolul „Curățare și îngrijire“.

## **6.2 Curățare și îngrijire**

#### **INDICAȚIE**

#### **Utilizarea unor substanțe de curățat neadecvate**

Deteriorarea produsului prin utilizarea unor substanțe de curățat neadecvate

- Curățați produsul exclusiv cu substanțele de curățat aprobate.

## **INFORMATIE**

În cazul unei transpirații abundente curățați mai des linerul și pielea. Purtarea unui liner necesită îngrijirea zilnică și intensă a pielii. În acest scop Ottobock recomandă sistemul de îngrijire Derma.

- 1) Partea interioară a linerului se răsfrângă înspre exterior.
- 2) Spălați linerul cu mâna, cu apă caldă, (**30 °C**) cu săpun cu reacție neutră (de ex. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Clătiți bine linerul cu apă curată.
- 4) Introduceți un prosop în liner și uscați linerul întins pe lățime pe un uscător de rufe. Alternativ se poate utiliza un suport de uscare (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Informații juridice**

Toate condițiile juridice se supun legislației naționale a țării utilizatorului, din acest motiv putând fi diferite de la o țară la alta.

### **7.1 Răspunderea juridică**

Producătorul răspunde juridic în măsura în care produsul este utilizat conform descrierilor și instrucțiunilor din acest document. Producătorul nu răspunde juridic pentru daune cauzate prin nerespectarea acestui document, în mod special prin utilizarea necorespunzătoare sau modificarea nepermisă a produsului.

### **7.2 Conformitate CE**

Produsul corespunde cerințelor stipulate de Directiva europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale. În baza criteriilor de clasificare conform Anexei IX a acestei directive, produsul a fost încadrat în Clasa I. Din acest motiv, declarația de conformitate a fost elaborată de producător pe proprie răspundere, conform Anexei VII a Directivei.

### **7.3 Garanția acordată de producător**

Producătorul oferă pentru acest produs o garanție valabilă de la data achiziționării. Garanția include acele defecte care sunt provocate de o manieră demonstrabilă de defectele de material, fabricație sau construcție și care au fost semnalate producătorului în perioada de garanție.

Informații detaliate privind garanția acordată de producător primiți de la societatea de distribuție competentă a producătorului.

# 1 Opis proizvoda

Hrvatski

## INFORMACIJA

Datum posljednjeg ažuriranja: 2016-10-11

- ▶ Pažljivo pročitajte ovaj dokument prije uporabe proizvoda.
- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena kako biste izbjegli ozljede i oštećenja proizvod.
- ▶ Korisnika uputite u pravilnu i bezopasnu uporabu proizvoda.
- ▶ Sačuvajte ovaj dokument.

## INFORMACIJA

- ▶ Opskrba pacijenta navlakom za batrljak mora započeti najkasnije na datum otisnut s unutarnje strane ambalaže ili na etiketi (MHD/BBD).

## 1.1 Funkcija

U kombinaciji s prikladnim rješenjem prianjanja navlake za batrljak povećavaju udobnost pri nošenju i poboljšavaju prianjanje proteze. Zajedno smanjuju sile koje djeluju na batrljak.

Ove upute za uporabu vrijede za sljedeće navlake za batrljak:

### Zbrinjavanje TF

Materijal	Oznaka
Silikon (navlaka za batrljak Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

### Zbrinjavanje TT

Materijal	Oznaka
Silikon (navlaka za batrljak Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolimer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretan	6Y60
Hibridna navlaka	6Y100

### Silikon (navlaka za batrljak Skeo)

Navlake za batrljak Skeo izrađene su od silikona. Poboljšavaju amortizaciju udaraca i povećavaju udobnost pri nošenju.

Ottobock za proteze TT preporučuje ciljano oblikovan držak proteze s distalnim krajnjim kontaktom i primjenu bravice „shuttle“.

Ottobock za proteze TF preporučuje primjenu bravice „shuttle“ sustava KISS Lanyard ili sustava ProSeal.

### **Kopolimer (navlaka za batrljak Caleo)**

Navlake za batrljak Caleo proizvedene su od TPE-gela (termoplastični elastomer). Učinkovito smanjuju smične sile i oslobađanjem medicinskog bijelog ulja doprinose njezi kože.

Slobodno možete odabratiti tehniku odlijevanja gipsa. Upotrijebljena navlaka za batrljak određuje prikladan sustav pranja.

### **Poliuretan (navlaka za batrljak Uneo)**

Navlake Uneo proizvedene su od poliuretanskog gela. Materijal je visokoelastičan. Odlično se prilagođava obliku i strukturi batrljka i posebno štiti od sila udaraca.

Ottobock preporučuje držak za puno opterećenje (načelo „Harmony“) sa sustavom Harmony ili ispusnim ventilom.

### **Hibridna navlaka**

Hibridne navlake sastoje se od poliuretanskog gela i silikona. Mogu iskorištavati svojstva obaju materijala.

Ottobock preporučuje držak za puno opterećenje (načelo „Harmony“) sa sustavom podtlaka (npr. sustav AeroLink).

## **1.2 Mogućnosti kombiniranja**

Ova komponenta proteze dio je modularnog sustava proizvođača Ottobock i može se kombinirati s ostalim proizvodima modularnog sustava.

## **2 Namjenska uporaba**

### **2.1 Svrha uporabe**

Proizvod valja rabiti isključivo za protetsku opskrbu donjeg ekstremiteta.

### **2.2 Vijek uporabe**

Proizvod je potrošni dio koji je sklon uobičajenom trošenju.

## **3 Sigurnost**

### **3.1 Značenje simbola upozorenja**

<b>⚠️ UPOZORENJE</b>	Upozorenje na moguće opasnosti od teških nezgoda i ozljeđa.
<b>⚠️ OPREZ</b>	Upozorenje na moguće opasnosti od nezgoda i ozljeda.
<b>NAPOMENA</b>	Upozorenje na moguća tehnička oštećenja.

### 3.2 Opće sigurnosne napomene

#### **⚠️ UPOZORENJE**

##### **Proizvod se navlači preko usta i nosa**

Opasnost od gušenja zbog nedovoljnog dovoda kisika

- ▶ Proizvod čuvajte izvan dohvata djece.

#### **⚠️ OPREZ**

##### **Kontakt s hladnoćom, vrućinom, žarom ili vatrom**

Ozljede (npr. opekline) uslijed topljenja materijala ili oštećenja na proizvodu

- ▶ Proizvod držite podalje od otvorenog plamena, žara ili drugih izvora topline.
- ▶ Proizvod nemojte izlagati temperaturama višim od +80 °C odnosno nižim od -20 °C.

#### **⚠️ OPREZ**

##### **Ponovna uporaba na drugoj osobi i nedovoljno čišćenje**

Nadraženost kože, stvaranje ekcema ili infekcija uslijed kontaminacije klima

- ▶ Proizvod se smije rabiti samo na jednoj osobi.
- ▶ Redovito čistite proizvod.

#### **⚠️ OPREZ**

##### **Pogrešno ili prečvrsto nalijeganje proizvoda na tijelo**

Pojave tlaka i suženja krvnih žila i živaca uslijed pogrešnog nalijeganja

- ▶ Osigurajte pravilno nalijeganje i pravilan dosjed proizvoda.
- ▶ U slučaju problema s prianjanjem nemojte rabiti proizvod.

#### **⚠️ OPREZ**

##### **Primjena proizvoda na oštećenoj koži**

Nadraženost kože, stvaranje ekcema ili infekcija uslijed kontaminacije klima

- ▶ Proizvod rabite samo na neoštećenoj koži.

### 4 Sadržaj isporuke

Količina	Naziv	Oznaka
1	upute za uporabu	-

Količina	Naziv	Oznaka
1	navlaka za batrljak	-

## 5 Uspostavljanje uporabljivosti

Po potrebi su na raspolaganju sljedeće tehničke informacije:

Navlaka za batrljak Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Hibridna navlaka za batrljak	646T217
Kopolimerna navlaka za batrljak	646T215
Poliuretanska navlaka za batrljak	646T2=1.8
Navlaka za batrljak Skeo TF	647G932

### 5.1 Prilagodba navlake za batrljak

#### INFORMACIJA

Navlake s priključkom s navojem imaju integrirani matriks. Matrica sprečava prekomjerno rastezanje materijala. Duljina matrice ovisi o području primjene navlake za batrljak. Kod navlaka TF matrica se proteže cijelom duljinom navlake za batrljak. Kod navlaka TT matrica je uglavnom duga 10 cm.

#### INFORMACIJA

Kopolimerne navlake za batrljak mogu se termoplastično deformirati. Za to navlaku prevucite preko suhog gipsanog pozitiva i opcijski omotajte elastičnim zavojem.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** ventilacijska pećnica 70° C, 2 h
- **6Y93:** ventilacijska pećnica 65° C, 15 min

- > **Preporučeni alat za navlake za batrljak s vanjskim tekstilom:** škare 719S7 ili škare za umjetne vlakna 719S20
- > **Preporučeni alat za navlake bez vanjskog tekstila:** rezač 756L9, trimer za navlake 756L10 ili uobičajene škare glatkih oštrica
- **NAPOMENA! Nemojte upotrebljavati škare valovite oštrice.**  
Navlaku za batrljak vodoravno odrežite na potrebnoj duljini. Pritom pazite da odrezani rub bude gladak kako se materijal ne bi poderao.

### 5.2 Opcija: montaža spojnog čavla

#### INFORMACIJA

Oblik drška proteze mora omogućiti opterećenje kraja batrljka.

Spojni čavao za povezivanje navlake za batrljak s bravicom „shuttle“ postavlja se u navoj na distalnom kraju navlake.

- > **Potreban alat i materijal:**  
momentni ključ (namjestiv na 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Loctite® nanesite na navoj.
  - 2) **NAPOMENA! Nemojte skratiti fleksibilne spojne čavle i spojne čavle s ispusnim ventilom.**  
Spojni čavao postavite u navoj i pritegnite (zatezni moment za montažu: **3 Nm**).

## 6 Uporaba

### △ OPREZ

#### Primjena pudera (npr. dječji puder ili talk)

Nadraženost kože na batrljku te gubitak funkcije komponenti proteze uslijed začepljenja česticama ili nedostatka maziva

- Proizvod držite podalje od pudera.

### NAPOMENA

#### Mehaničko preopterećenje

Ograničenja funkcije uslijed mehaničkog oštećenja

- Prije svake primjene provjerite je li proizvod oštećen.
- Proizvodom se nemojte koristiti u slučaju ograničenja funkcije.
- U slučaju potrebe pobrinite se za prikladne mjere (npr. popravak, zamjenu, kontrolu u proizvođačevoj servisnoj službi itd.).

### INFORMACIJA

Neke navlake za bartljak obrađene su aditivom Skinguard Technology. Skinguard Technology djeluje antibakterijski i sprečava stvaranje neugodnih mirisa.

Tvari iz znoja, koje sadrže sumpor, mogu uzrokovati promjenu boje. Te promjene boje ne utječu na funkciju i trajnost navlake za bartljak, ali se ne mogu ukloniti. Sumpor može dosjeti u znoj kroz namirnice, npr. iz proizvoda s bjelančevinama, kelja, orašastih plodova, mahunarki te nasumporenih proizvoda (npr. sušeno voće).

Promjena boje na navlaci za bartljak stoga nije povod za reklamaciju.

### INFORMACIJA

- Već nošene navlake za bartljak uglavnom su na dodir mekše od novih navlaka.

- ▶ Zbog duljeg vremena sušenja poliuretanskih navlaka preporučujemo jednu navlaku za promjenu.
- ▶ Nove navlake za batrljak očistite prije prve uporabe.

#### **INFORMACIJA**

Derma Prevent može oštetiti vanjski i unutarnji sloj poliuretanskih navlaka za batrljak.

## **6.1 Navlačenje i skidanje navlake za batrljak**

### **Navlačenje**

- 1) Provjerite nije li navlaka za batrljak oštećena. Ako je montiran spojni čavao, provjerite nije li i on oštećen.
- 2) Navlaku za batrljak namotajte i postavite na kraj batrljka.  
**NAPOMENA! Distalni spojni element (npr. spojni čavao, metalni čep) centrirajte po uzdužnoj osi batrljka.**
- 3) Navlaku za batrljak odmotajte preko batrljka bez nabora, bez pomicanja mekog dijela ili ulaska mjehurića zraka.
- 4) Provjerite kako dosjeda navlaka za batrljak i kako je poravnata.

**INFORMACIJA: Navlaku nemojte navlačiti preko drška proteze (iznimka: 6Y100).**

### **Skidanje**

- 1) Navlaku za batrljak smotajte od otvorenog prema zatvorenom kraju i skidite s batrljka.
- 2) **Preporuka:** navlaku za batrljak čistite u skladu s napomenama u poglaviju „Čišćenje i njega“.

## **6.2 Čišćenje i njega**

#### **NAPOMENA**

### **Primjena pogrešnog sredstva za čišćenje**

Oštećenje proizvoda zbog primjene pogrešnog sredstva za čišćenje

- ▶ Proizvod čistite samo odobrenim sredstvima za čišćenje.

#### **INFORMACIJA**

Kod pojačanog znojenja navlaku za batrljak i kožu perite češće. Nošenje navlake za batrljak zahtijeva redovitu intenzivnu njegu kože. U tu svrhu tvrtka Ottobock preporučuje program za njegu Derma.

- 1) Unutarnju stranu navlake za batrljak okrenite prema van.

- 2) Navlaku za batrljak ručno operite u toploj vodi (**30 °C**) neutralnim sapunom (npr. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Navlaku za batrljak temeljito isperite čistom vodom.
- 4) U navlaku za batrljak stavite ručnik i ravno je položite na stalak za rublje te pustite da se osuši. Alternativno možete upotrijebiti stoeći stalak za sušenje (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Pravne napomene

Sve pravne situacije podliježu odgovarajućem pravu države u kojoj se koriste i mogu se zbog toga razlikovati.

### 7.1 Odgovornost

Proizvođač snosi odgovornost ako se proizvod upotrebljava u skladu s opisima i uputama iz ovog dokumenta. Proizvođač ne odgovara za štete nastale nepridržavanjem uputa iz ovog dokumenta, a pogotovo ne za one nastale ne-propisnom uporabom ili nedopuštenim izmjenama proizvoda.

### 7.2 Izjava o sukladnosti za CE oznaku

Proizvod ispunjava zahtjeve europske Direktive 93/42/EEZ za medicinske proizvode. Na temelju kriterija za klasifikaciju prema Prilogu IX ove Direktive proizvod je uvršten u razred I. Stoga je proizvođač kao jedini odgovorni saставio izjavu o sukladnosti prema Prilogu VII Direktive.

### 7.3 Jamstvo

Proizvođač odobrava jamstvo na proizvod od dana opskrbe. Jamstvo obuhvaća nedostatke za koje se može dokazati da potječu od grešaka u materijalu ili pogrešaka u proizvodnji ili konstrukciji i koji su predočeni proizvođaču tijekom jamstvenog roka.

Pobliže informacije o jamstvenim uvjetima pružit će vam nadležni distributer proizvođača.

## 1 Opis izdelka

Slovenščina

### INFORMACIJA

Datum zadnje posodobitve: 2016-10-11

- Pred uporabo izdelka ta dokument natančno preberite.
- Upoštevajte varnostne napotke, da preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku.
- Uporabnika poučite o pravilni in varni uporabi izdelka.
- Shranite ta dokument.

## INFORMACIJA

- Bolnik mora vložek začeti uporabljati najkasneje na datum, ki je natisnjeno na notranji strani embalaže ali na etiketi (MHD/BBD).

### 1.1 Delovanje

Vložki v povezavi s primerno rešitvijo za sprijemanje izboljšajo udobno nošenje in oprijem proteze. Skupaj zmanjšajo sile, ki delujejo na krn.

Ta navodila za uporabo veljajo za naslednji vložek:

Oskrba TF	
Material	Oznaka
Silikon (vložki Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

Oskrba TT	
Material	Oznaka
Silikon (vložki Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolimeri	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliuretan	6Y60
Hibrid	6Y100

#### Silikon (vložki Skeo)

Vložki Skeo so izdelani iz silikona. Izboljšajo blaženje udarcev in udobno nošenje.

Ottobock priporoča za TT-proteze namensko modelirano ležišče proteze z distalnim končnim kontaktom in uporabo ShuttleLock.

Ottobock za TF-proteze priporoča uporabo ShuttleLock, sistema KISS Lanyard ali sistema ProSeal.

#### Kopolimeri (vložek Caleo)

Vložki Caleo so izdelani iz posebnega gela TPE (termoplastični elastomeri). Učinkovito zmanjšajo sile drgnjenja in z oddajanjem medicinskega belega olja pomagajo pri negi kože.

Tehniko mavčnega odtisa je mogoče prosto izbrati. Uporabljen vložek določa primeren sistem sprijemanja.

#### Poliuretan (vložek Uneo)

Vložki Uneo so izdelani iz poliuretanskega gela. Ta material je viskoelastičen. Zelo dobro se prilagaja obliku in strukturi krna ter ščiti predvsem pred silami zaradi udarcev.

Ottobock priporoča uporabo polno obremenljivega ležišča (načelo »Harmony«) s sistemom Harmony ali z izpušnim ventilom.

## **Hibrid**

Hibridni vložki so iz poliuretanskega gela in silikona. Tako je mogoče izkoristiti lastnosti obeh materialov.

Ottobock priporoča uporabo polno obremenljivega ležišča (načelo »Harmony«) s podlačnim sistemom (npr. AeroLink System).

## **1.2 Možnosti kombiniranja**

Ta komponenta proteze je del modularnega sistema Ottobock in jo je mogoče kombinirati z drugimi izdelki modularnega sistema.

## **2 Namenska uporaba**

### **2.1 Namen uporabe**

Izdelek je namenjen izključno protetični oskrbi spodnjih ekstremitet.

### **2.2 Življenjska doba**

Izdelek je obrabni del, za katerega je značilna običajna obraba.

## **3 Varnost**

### **3.1 Pomen opozorilnih simbolov**

<b>△ OPOZORILO</b>	Opozorilo na možne hude nevarnosti nesreč in poškodb.
<b>△ POZOR</b>	Opozorilo na možne nevarnosti nesreč in poškodb.
<b>OBVESTILO</b>	Opozorilo na možne tehnične poškodbe

### **3.2 Splošni varnostni napotki**

#### **△ OPOZORILO**

##### **Vlečenje izdelka čez usta in nos**

Nevarnost zadušitve zaradi pomanjkanja kisika

- Izdelek hranite nedosegljivo otrokom.

#### **△ POZOR**

##### **Stik z mrazom, vročino, žerjavico ali ognjem**

Poškodbe (npr. opeklne) zaradi taljenja materiala in škoda na izdelku

- Izdelka ne približujte odprtemu ognju, žerjavici ali drugim virom toplote.
- Izdelka ne izpostavljajte temperaturam nad +80 °C oz. pod -20 °C.

### **△ POZOR**

#### **Ponovna uporaba na drugih osebah in pomanjkljivo čiščenje**

Draženje kože, pojav ekcemov ali vnetij zaradi kontaminacije z mikrobi

- Izdelek je dovoljeno uporabljati samo na eni osebi.
- Izdelek redno čistite.

### **△ POZOR**

#### **Nepravilen izdelek ali nepravilno prileganje izdelka na telesu**

Sledi pritiska in zoženja na ožilju in živcih zaradi nepravilnega prileganja

- Zagotovite pravilno prileganje in namestitev izdelka.
- Če se pojavijo težave s prileganjem, izdelka več ne uporabljajte.

### **△ POZOR**

#### **Uporaba izdelka na koži, ki ni zdrava**

Draženje kože, pojav ekcemov ali vnetij zaradi kontaminacije z mikrobi

- Izdelek uporabljaljajte samo na zdravi koži.

## **4 Obseg dobave**

Količina	Naziv	Oznaka
1	Navodila za uporabo	–
1	Vložek	–

## **5 Zagotavljanje primernosti za uporabo**

Po potrebi so na voljo naslednje tehnične informacije:

Vložek Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Hibridni vložek	646T217
Kopolimerni vložek	646T215
Poliuretanski vložek	646T2=1.8
Vložek Skeo TF	647G932

## **5.1 Prilagoditev vložka**

### **INFORMACIJA**

Vložki z navojnim priključkom imajo integrirano matrico. Ta matrica preprečuje prekomerno raztezanje materiala. Dolžina matrice je odvisna od področja uporabe vložka. Pri vložkih TF matrica poteka po celotni dolžini vložka. Pri vložkih TT je matrica običajno dolga 10 cm.

## INFORMACIJA

Vložke iz kopolimerov je mogoče termoplastično preoblikovati. Pri tem je treba vložek povleci čez suh mavčni pozitiv in po izbiri poviti z elastičnim povojem.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** konvekcijska peč 70 °C, 2 h
- **6Y93:** konvekcijska peč 65 °C, 15 min

- > **Priporočena orodja za vložke z zunanjim tekstilom:** škarje za prirezovanje 719S7 ali plastične škarje 719S20
- > **Priporočena orodja za vložke brez zunanjega tekstila:** naprava za prirezovanje 756L9, obrezovalnik za vložke 756L10 ali običajne škarje z gladkim rezilom
- **OBVESTILO! Ne uporabljajte nazobčanih škarij.**  
Vložek vodoravno prirežite na potrebno dolžino. Pri tem bodite pozorni na gladek rez, da se material ne bo trgal.

## 5.2 Izbirno: montiranje zatiča

### INFORMACIJA

Oblika ležišča proteze mora omogočati obremenitev konca krna.

Zatič za povezovanje vložka s Shuttle Lock je treba priviti v navoj na distalnem koncu vložka.

- > **Potrebna orodja in materiali:**  
momentni ključ (nastavljen na 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Loctite® nanesite na navoj.
- 2) **OBVESTILO! Fleksibilnih zatičev in zatičev z izpušnim ventilom ne krajšajte.**  
Zatič privijte v navoj in ga pritegnite (pritezni moment za montažo: **3 Nm**).

## 6 Uporaba

### POZOR

#### Uporaba pudra (npr. otroškega pudra, talkuma)

Draženje kože na krnu ter izguba funkcije komponente proteze zaradi zamsitve z delci ali pomanjkanja maziva

- Izdelek ne sme priti v stik s pudrom.

### OBVESTILO

#### Mehanska preobremenitev

Omejitve delovanja zaradi mehanske poškodbe

- ▶ Izdelek pred vsako uporabo preglejte, ali je poškodovan.
- ▶ Izdelka ne uporabljajte, če je njegovo delovanje omejeno.
- ▶ Po potrebi zagotovite ustrezne ukrepe (npr. popravilo, zamenjavo, preverjanje s strani proizvajalčeve službe za pomoč strankam itd.).

### **INFORMACIJA**

Nekateri vložki so obdelani z dodatkom Skinguard Technology. Skinguard Technology deluje protibakterijsko in preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav.

Zaradi snovi v potu, ki vsebujejo žveplo, lahko nastanejo obarvanja. Ta obarvanja ne vplivajo na delovanje in obstojnost vložka, vendar jih ni mogoče odstraniti. Žveplo lahko v pot pride s hrano, npr. beljakovinskimi izdelki, ohrovтом, orehi, stročnicami ter žveplanimi izdelki (npr. suhim sadjem).

Obarvanje vložka ni vzrok za reklamacijo.

### **INFORMACIJA**

- ▶ Nošeni vložki so običajno bolj mehki na otip kot novi vložki.
- ▶ Zaradi daljšega časa sušenja poliuretanskih vložkov je priporočljivo imeti drugi nadomestni vložek.
- ▶ Nove vložke je treba pred prvo uporabo očistiti.

### **INFORMACIJA**

Derma Prevent lahko poškoduje zunanjo in notranjo oblogo poliuretanskih vložkov.

## **6.1 Oblačenje in slačenje vložka**

### **Oblačenje**

- 1) Preverite, ali je vložek poškodovan. Če je montiran zatič, je treba tudi preveriti, ali je zatič poškodovan.
- 2) Vložek zvijte in ga namestite na konec krna.

**OBVESTILO! Distalni povezovalni element (npr. zatič, kovinska kapa) izravnajte v vzdolžni osi krna.**

- 3) Vložek brez gub, brez zamikanja ali zračnih žepkov odvijte na krn.
- 4) Preverite namestitev vložka in izravnavo vložka.

**INFORMACIJA: Vložka ne zavijajte čez ležišče proteze (izjema: 6Y100).**

## Slačenje

- 1) Vložek zvijte od odprtega do zaprtega konca in ga vzemite s krna.
- 2) **Priporočilo:** vložek redno čistite v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«.

## 6.2 Čiščenje in nega

### OBVESTILO

#### Uporaba neprimernih čistil

Poškodba izdelka zaradi neprimernih čistil

- Izdelek čistite samo z odobrenimi čistili.

### INFORMACIJA

Pri povečanem potenu je treba vložek in kožo čistiti pogosteje. Med nošenjem vložka je potrebna vsakodnevna intenzivna nega kože. V ta namen Ottobock priporoča negovalni sistem Derma.

- 1) Notranjo stran vložka obrnite navzven.
- 2) Vložek ročno operite v topli vodi (**30 °C**) z nevtralnim milom (npr. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Vložek dobro sperite s čisto vodo.
- 4) V vložek vstavite brisačo in ga v vodoravnem položaju posušite na stojalu za perilo. Alternativno lahko uporabite stojalo za sušenje (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## 7 Pravni napotki

Za vse pravne pogoje velja ustrezno pravo države uporabnika, zaradi česar se lahko pogoji razlikujejo.

### 7.1 Jamstvo

Proizvajalec jamči, če se izdelek uporablja v skladu z opisi in navodili v tem dokumentu. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja tega dokumenta, predvsem zaradi nepravilne uporabe ali nedovoljene spremembe izdelka, proizvajalec ne jamči.

### 7.2 Skladnost CE

Izdelek izpoljuje zahteve evropske Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih. Na osnovi kriterijev za medicinske pripomočke iz Priloge IX te Direktive je bil izdelek uvrščen v razred I. Izjavo o skladnosti je zato proizvajalec na lastno odgovornost sestavil v skladu s Prilogo VII Direktive.

## 7.3 Garancija

Proizvajalec za ta izdelek zagotavlja garancijo, ki začne veljati z datumom oskrbe. Garancija obsega napake, do katerih je dokazano prišlo zaradi napak v materialu, pri izdelavi ali v zgradbi in za katere se pri proizvajalcu uveljavlja garancija znotraj garancijskega obdobja.

Podrobne informacije o garancijskih pogojih določi pooblaščeno prodajno podjetje proizvajalca.

## 1 Popis výrobku

Slovaško

### INFORMÁCIA

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-10-11

- ▶ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento dokument.
- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili poraneniam a poškodeniam produktu.
- ▶ Používateľa zaučte do riadneho a bezpečného používania výrobku.
- ▶ Uschovajte tento dokument.

### INFORMÁCIA

- ▶ Pacient musí začať používať návlek najneskôr od dátumu, ktorý je vytlačený na vnútorej strane balenia alebo na etikete (MHD/BBD).

## 1.1 Funkcia

Návleky zvyšujú, v spojení s vhodným roztokom na vytvorenie prílnavosti, komfort pri nosení protézy a zlepšujú prílnavosť protézy. Spolu znižujú sily pôsobiace na kýpeň.

Tento návod na používanie platí pre nasledovné návleky:

Vybavenie TF	
Materiál	Označenie
Silikón (návlek Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L
Vybavenie TT	
Materiál	Označenie
Silikón (návlek Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolymér	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Polyuretán	6Y60
Hybrid	6Y100

### **Silikón (návlek Skeo)**

Návleky Skeo sú vyrobené zo silikónu. Zlepšujú tlmenie nárazov a komfort pri nosení protézy.

Spoločnosť Ottobock odporúča pre protézy TT účelovo vytvarovanú násadu protézy s distálnym koncovým kontaktom a použitie uzáveru Shuttle Lock.

Spoločnosť Ottobock odporúča pre protézy TF použitie uzáveru Shuttle Lock, systému KISS Lanyard alebo systému ProSeal.

### **Kopolymér (návleky Caleo)**

Návleky Caleo sú vyrobené z TPE-gélu (termoplastický elastomér). Efektívne znížujú šmykové sily a uvoľňovaním liečebného bieleho oleja prispievajú k ošetrovaniu pokožky.

Technika sadrového odtlačku je voľne voliteľná. Použitý návlek určuje vhodný systém na vytvorenie prílnavosti.

### **Polyuretán (návleky Uneo)**

Návleky Uneo sú vyrobené z polyuretánového gélu. Materiál je viskoelastický. Veľmi dobre sa prispôsobuje tvaru a štruktúre kýpťa a chráni predovšetkým pred nárazovými silami.

Spoločnosť Ottobock odporúča plne zaťažiteľnú násadu (princíp "Harmony") so systémom Harmony alebo s odvádzacím ventilom.

### **Hybrid**

Hybridné návleky pozostávajú z polyuretánového gélu a zo silikónu. Tak sa môžu využiť vlastnosti oboch materiálov.

Spoločnosť Ottobock odporúča plne zaťažiteľnú násadu (princíp "Harmony") s podtlakovým systémom (napr. systémom AeroLink).

## **1.2 Možnosti kombinácie**

Tento komponent protézy je časťou modulárneho systému Ottobock a môže sa kombinovať s inými výrobkami modulárneho systému.

## **2 Použitie v súlade s určením**

### **2.1 Účel použitia**

Výrobok sa smie používať výhradne na protetické ošetrovanie dolnej končatiny.

### **2.2 Doba používania**

Výrobok je diel, ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu.

## 3 Bezpečnosť

### 3.1 Význam varovných symbolov

<b>⚠ VAROVANIE</b>	Varovanie pred možnými závažnými nebezpečenstvami nehôd a poranení.
<b>⚠ POZOR</b>	Varovanie pred možnými nebezpečenstvami nehôd a poranení.
<b>UPOZORNENIE</b>	Varovanie pred možnými technickými škodami.

### 3.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

#### **⚠ VAROVANIE**

##### **Výrobok sa natiahne cez ústa a nos**

Nebezpečenstvo zadusenia v dôsledku nedostatočného prísunu kyslíka

- ▶ Výrobok uschovajte mimo dosahu detí.

#### **⚠ POZOR**

##### **Kontakt s chladom, teplom, žiarom alebo ohňom**

Poranenia (napr. popáleniny) v dôsledku tavenia materiálu a poškodenia výrobku

- ▶ Výrobok udržiavajte v bezpečnej vzdialosti od otvoreného ohňa, žiaru alebo iných zdrojov tepla.
- ▶ Výrobok nevystavujte teplotám nad +80 °C, príp. pod –20 °C.

#### **⚠ POZOR**

##### **Opäťovné použitie na iných osobách a nedostatočné čistenie**

Podráždenia pokožky, tvorenie ekzémov alebo infekcií v dôsledku kontaminácie zárodkami

- ▶ Výrobok smie používať iba jedna osoba.
- ▶ Výrobok pravidelne čistite.

#### **⚠ POZOR**

##### **Nesprávne alebo príliš pevné nasadenie výrobku na telo**

Príznaky tlaku a zúženia na cievach a nervoch v dôsledku nesprávneho nasadenia

- ▶ Zabezpečte správne nasadenie a správne uloženie výrobku.
- ▶ Pri problémoch s lícujúcim tvarom výrobok ďalej nepoužívajte.

## **⚠ POZOR**

### **Použitie výrobku na porušenej koži**

Podráždenia pokožky, tvorenie ekzémov alebo infekcií v dôsledku kontaminácie zárodkami

- Výrobok používajte iba na neporušenej koži.

## **4 Rozsah dodávky**

Množstvo	Pomenovanie	Označenie
1	Návod na používanie	-
1	Návlek	-

## **5 Sprevádzkovanie**

V prípade potreby sú k dispozícii nasledovné technické informácie:

Návlek Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Hybridný návlek	646T217
Kopolymérový návlek	646T215
Polyuretánový návlek	646T2=1.8
Návlek Skeo TF	647G932

### **5.1 Prispôsobenie návleku**

#### **INFORMÁCIA**

Návlek so závitovým pripojením obsahuje integrovanú matricu. Matrica zabraňuje nadmernému roztiahnutiu materiálu. Dĺžka matice sa riadi podľa oblasti použitia návleku. Pri návlekoch TF zabieha matrica cez celú dĺžku návleku. Pri návlekoch TT má matrica dĺžku väčšinou 10 cm.

#### **INFORMÁCIA**

Kopolymérové návleky sú tvarovateľné za tepla. Na tento účel natiahnite návlek na suchý sadrový pozitív a voliteľne ho obviažte elastickým obväzom.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** vypaľovacia konvekčná pec 70 °C, 2 h
- **6Y93:** vypaľovacia konvekčná pec 65 °C, 15 min.

- > **Odporúčané náradie pre návleky s vonkajším textilom:** pristrihovacie nožnice 719S7 alebo nožnice na umelé vlákna 719S20
- > **Odporúčané náradie pre návleky bez vonkajšieho textilu:** pristrihovač 756L9, pristrihovač návlekov 756L10 alebo bežné nožnice s hladkým ostrím
- **UPOZORNENIE! Nepoužívajte nožnice s vlnitým ostrím.**  
Návlek horizontálne odstrňnite na požadovanú dĺžku. Dbajte pritom na hladkú strižnú hranu, aby sa nenatrhol materiál.

## 5.2 Voliteľne: montáž kolíka

### INFORMÁCIA

Tvar násady protézy musí umožňovať zaťaženie koncom kýpťa.

Kolík na spojenie návleku s uzáverom Shuttle Lock sa zaskrutkováva do závitu na distálnom konci návleku.

- > **Potrebné náradie a materiály:**  
momentový kľúč (nastaviteľný na 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Prostriedok Loctite® naneste na závit.
- 2) **UPOZORNENIE! Ohybné kolíky a kolíky s odvádzacím ventilom ne-skracujte.**  
Kolík zaskrutkujte do závitu a utiahnite (uťahovací moment pri montáži: **3 Nm**).

## 6 Použitie

### ⚠ POZOR

#### **Použitie púdru (napr. detského alebo telového púdra)**

Podráždenia pokožky na kýpti, ako aj strata funkcie komponentov protézy v dôsledku upchatia časticami alebo uniknutia maziva

- Výrobok udržiavajte v bezpečnej vzdialosti od púdra.

### UPOZORNENIE

#### **Mechanické preťaženie**

Obmedzenia funkcie v dôsledku mechanického poškodenia

- Pred každým použitím prekontrolujte výrobok na prítomnosť poškodení.
- Výrobok nepoužívajte pri obmedzeniach funkcie.
- V prípade potreby zabezpečte vhodné opatrenia (napr. oprava, výmena, kontrola zákazníckym servisom výrobcu atď.).

## **INFORMÁCIA**

Niektoré návleky sú ošetrené prídavnou látkou Skinguard Technology. Skinguard Technology pôsobí antibakteriálne a zabraňuje vzniku neprijemných pachov.

Pôsobením síry obsahujúcich látok v pote, môžu vzniknúť zafarbenia. Tieto zafarbenia nemajú žiadny vplyv na funkciu a životnosť návleku, avšak nedajú sa odstrániť. Síra sa do potu môže dostať prostredníctvom potravín, napr. prostredníctvom výrobkov s obsahom vaječných bielkov, kapusty, orechov, strukovín, alebo prostredníctvom výrobkov s obsahom síry(napr. sušeného ovocia).

Zafarbenia na návleku nie sú dôvodom na reklamáciu.

## **INFORMÁCIA**

- ▶ Už nosené návleky sú spravidla na ohmat mäkšie ako nové návleky.
- ▶ Z dôvodu dlhšieho času schnutia polyuretánových návlekov odporúčame jeden náhradný návlek.
- ▶ Nový návlek pred prvým použitím očistite.

## **INFORMÁCIA**

Derma Prevent môže poškodiť vonkajšiu alebo vnútornú vrstvu polyuretánových návlekov.

### **6.1 Natiahnutie a stiahnutie návleku**

#### **Natiahnutie**

- 1) Návlek prekontrolujte na poškodenia. Ak je namontovaný kolík, prekontrolujte aj kolík na poškodenia.
- 2) Návlek zviňte a nasadte ho na koniec kýpta.

**UPOZORNENIE! Vyrovnejte distálny spojovací prvok (napr. kolík, kovové viečko) v pozdĺžnej osi kýpta.**

- 3) Návlek rozvíňte na kýpeť tak, aby sa nevytvorili žiadne záhyby, aby nedošlo k žiadnym posunom tkanív alebo k vytvoreniu vzduchových bublín.
- 4) Prekontrolujte usadenie a vyrovnanie návleku.

**INFORMÁCIA: Návlek nezahýbajte cez násadu protézy (výnimka: 6Y100).**

## **Stiahnutie**

- 1) Návlek navíjajte od otvoreného po uzavorený koniec a odoberte z kýpťa.
- 2) **Odporúčanie:** návlek očistite podľa kapitoly „Čistenie a ošetrovanie“.

## **6.2 Čistenie a ošetrovanie**

### **UPOZORNENIE**

#### **Použitie nesprávnych čistiacich prostriedkov**

Poškodenie výrobku spôsobené nesprávnymi čistiacimi prostriedkami

► Výrobok čistite len s povolenými čistiacimi prostriedkami.

### **INFORMÁCIA**

Pri zvýšenom potení čistite návlek a pokožku častejšie. Nosenie návleku vyžaduje každodennú intenzívnu starostlivosť o pokožku. Na to odporúča spoľočnosť Ottobock systém starostlivosti Derma.

- 1) Vnútornú stranu návleku prevráťte naruby.
- 2) Návlek perte v rukách v teplej vode (**30 °C**) s neutrálnym mydlom (napr. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Návlek dôkladne prepláchnite čistou vodou.
- 4) Do návleku zasuňte uterák a návlek sušte položený na plocho na stojane na sušenie bielizne. Ako alternatívu použite stojan na sušenie (TT: 5Y100=1, TF: 5Y100=2).

## **7 Právne upozornenia**

Všetky právne podmienky podliehajú príslušnému národnému právu krajiny používania a podľa toho sa môžu lísiť.

### **7.1 Ručenie**

Výrobca poskytuje ručenie, ak sa výrobok používa podľa pokynov v tomto dokumente. Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené nedodržaním pokynov tohto dokumentu, najmä neodborným používaním alebo nedovolenými zmenami výrobku.

### **7.2 Zhoda s CE**

Výrobok spĺňa požiadavky európskej smernice 93/42/EHS pre medicínske výrobky. Na základe klasifikačných kritérií pre medicínske výrobky podľa prílohy IX tejto smernice bol výrobok začlenený do triedy I. Vyhlásenie o zhode preto vytvoril výrobca vo výhradnej zodpovednosti podľa prílohy VII smernice.

## 7.3 Záruka

Výrobca poskytuje na výrobok záruku od dátumu zaobstarania. Záruka sa vzťahuje na nedostatky, ktoré sú dokázateľne spôsobené materiálovými, výrobnými alebo konštrukčnými chybami a ktoré sú u výrobcu uplatnené v rámci doby platnosti záruky.

Bližšie informácie ku záručným podmienkam vám poskytne príslušná predajná spoločnosť výrobcu.

## 1 Описание на продукта

Български език

### ИНФОРМАЦИЯ

Дата на последна актуализация: 2016-10-11

- ▶ Преди употребата на продукта прочетете внимателно този документ.
- ▶ Спазвайте указанията за безопасност, за да избегнете наранявания и повреди на продукта.
- ▶ Запознайте потребителя с подходящата и безопасна употреба на продукта.
- ▶ Запазете този документ.

### ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ Поставянето на лайнера на пациента трябва да започне най-късно на датата, която е отбелязана от вътрешната страна на опаковката или на етикета (MHD/BBD).

### 1.1 Функция

В комбинация с подходящи решения лайнери увеличават комфорта при носене и подобряват прилепването на протезата. Заедно те намаляват силите, въздействащи върху чукана.

Тази инструкция за употреба важи за следните лайнери:

#### Трансфеморално протезиране

Материал	Референтен номер
Силикон (лайнер Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

#### Транстибиално протезиране

Материал	Референтен номер
Силикон (лайнер Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Кополимер	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95

Транстибиално протезиране	
Материал	Референтен номер
Полиуретан	6Y60
Хибрид	6Y100

### **Силикон (лайнер Skeo)**

Лайнерите Skeo са произведени от силикон. Те подобряват погълщането на ударите и комфорта при носене.

За транстибиални протези Ottobock препоръчва целесъобразно моделирана гилза на протезата с дистален краен контакт и използване на заключващ механизъм тип "shuttle lock".

За трансфеморални протези Ottobock препоръчва използване на заключващ механизъм тип "shuttle lock", система KISS Lanyard или ProSeal.

### **Кополимер (лайнер Caleo)**

Лайнерите Caleo са произведени от гел на термопластичен еластомер (TPE). Те намаляват ефективно силите на срязване и подпомагат грижата за кожата чрез отделяне на медицинско бяло масло.

Техниката на гипсовите отливки може да се избира произволно. Подходящата система за задържане се определя от използвания лайнер.

### **Полиуретан (лайнер Uneo)**

Лайнерите Uneo са произведени от полиуретанов гел. Материалът е вискоизнозно-еластичен. Той се напасва много добре към формата и структурата на чукана и предпазва особено от силите на удар.

Ottobock препоръчва гилза с пълно натоварване (принцип "Harmony") със система Harmony или изтласкващ вентил.

### **Хибрид**

Хибридните лайнери се състоят от полиуретанов гел и силикон. Така се използват качествата и на двата материала.

Ottobock препоръчва гилза с пълно натоварване (принцип "Harmony") със система с вакуум (напр. система AeroLink).

## **1.2 Възможности за комбиниране**

Този компонент на протезата е част от модулната система на Ottobock и може да се комбинира с други продукти на модулната система.

## **2 Употреба по предназначение**

### **2.1 Цел на използване**

Продуктът се използва единствено за протезиране на долни крайници.

## **2.2 Срок на употреба**

Продуктът е износваща се част, която подлежи на обичайната амортизация.

# **3 Безопасност**

## **3.1 Значение на предупредителните символи**

<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Предупреждава за възможни сериозни опасности от злополуки и наранявания.
<b>ВНИМАНИЕ</b>	Предупреждава за възможни опасности от злополуки и наранявания.
<b>УКАЗАНИЕ</b>	Предупреждение за възможни технически повреди.

## **3.2 Общи указания за безопасност**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Изтегляне на продукта над устата и носа**

Опасност от задушаване поради недостатъчно поемане на кислород

- Съхранявайте продукта извън обсега на деца.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Контакт със студ, топлина, жар или огън**

Наранявания (напр. изгаряния) поради разтопяване на материала и повреди на продукта

- Дръжте продукта далеч от открит огън, жар или други източници на топлина.
- Не излагайте продукта на температури над +80 °C или под –20 °C.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Повторно използване от други лица и недостатъчно почистване**

Кожни раздразнения, образуване на екземи или инфекции поради заразяване с микроби

- Продуктът може да се използва само от едно лице.
- Почиствайте продукта редовно.

## **Δ ВНИМАНИЕ**

### **Неправилно или твърде стегнато поставяне на продукта към тялото**

Притискания и стеснения на кръвоносни съдове и нерви поради неправилно поставяне

- Осигурете правилно поставяне и правилно положение на продукта.
- Не използвайте продукта при проблеми с формата.

## **Δ ВНИМАНИЕ**

### **Използване на продукта върху нездрава кожа**

Кожни раздразнения, образуване на екземи или инфекции поради заразяване с микроби

- Използвайте продукта само върху здрава кожа.

## **4 Окомплектовка**

Количество	Название	Референтен номер
1	Инструкция за употреба	–
1	Лайнер	–

## **5 Подготовка за употреба**

При необходимост е на разположение следната „Техническа информация“:

Транстибиален лайнер Skeo	646T2=1.6, 646T2112
Хибриден лайнер	646T217
Кополимерен лайнер	646T215
Полиуретанов лайнер	646T2=1.8
Трансфеморален лайнер Skeo	647G932

## **5.1 Напасване на лайнера**

### **ИНФОРМАЦИЯ**

Лайнерите с връзка с резба имат вградена матрица. Матрицата предотвратява прекомерното разширяване на материала. Дължината на матрицата се определя от областта на приложение на лайнера. При трансфеморални лайнери матрицата преминава по цялата дължина на лайнера. При транстибиални лайнери матрицата в повечето случаи е дълга 10 см.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

Кополимерните лайнери са термоформиращи се. За целта нахлузете лайнера върху сух гипсов позитив и евентуално го увийте с еластичен бинт.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Фурна с вентилатор 70 °C, 2 часа
- **6Y93:** Фурна с вентилатор 65 °C, 15 минути

- > **Препоръчителни инструменти за лайнер с външен плат:** кројчна ножица 719S7 или ножица за изкуствени влакна 719S20
- > **Препоръчителни инструменти за лайнер без външен плат:** кројчен уред 756L9, тример за лайнери 756L10 или обикновена гладка ножица
- **УКАЗАНИЕ! Не използвайте къдрава ножица.**  
Подрежете лайнера хоризонтално с нужната дължина, като внимавате срезът да е гладък, за да не се скъса материалът.

## **5.2 Опция: Монтиране на щифта**

### **ИНФОРМАЦИЯ**

Формата на гилзата на протезата трябва да дава възможност за натоварване на края на чукана.

Щифтът за свързване на лайнера със заключващата система "shuttle lock" се завинтва в резбата на дисталния край на лайнера.

- > **Необходими инструменти и материали:**  
динамометричен ключ (който се настройва на 3 нм), Loctite® 636K13
- 1) Нанесете Loctite® върху резбата.
- 2) **УКАЗАНИЕ! Не скъсявайте гъвкавите щифтове и щифтовете с изтласкващ вентил.**  
Завинтете щифта в резбата и го затегнете (момент на затягане при монтажа: **3 нм**).

## **6 Употреба**

### **Δ ВНИМАНИЕ**

#### **Използване на пудра (напр. бебешка пудра или талк)**

Кожни раздразнения на чукана, както и загуба на функциите на компоненти на протезата поради запушване с частици или отнемане на смазка

- Не използвайте пудра в близост до продукта.

## **УКАЗАНИЕ**

### **Механично претоварване**

Ограничения на функциите поради механична повреда

- Проверявайте продукта за повреди преди всяко използване.
- Не използвайте продукта при ограничения на функциите.
- При нужда вземете подходящи мерки (напр. ремонт, замяна, проверка от сервис на производителя и т.н.).

## **ИНФОРМАЦИЯ**

Някои лайнери са допълнително обработени с материала на т. нар. Skinguard Technology. Skinguard Technology действа антибактериално и предотвратява образуването на неприятни миризми.

Поради сернисти вещества в потта могат да настъпят изменения в цвета. Тези изменения не оказват влияние върху функцията и устойчивостта на лайнера, но не могат да се отстранят. Сярата може да попадне в потта чрез храната, напр. белтъчни продукти, зеле, ядки, варива, както и продукти, обработени със сяра (напр. сушени плодове).

Измененията в цвета на лайнера не са основание за рекламиране.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

- Носените лайнери в повечето случаи се усещат като по-меки от новите.
- Поради по-дългото време за съхнене на полиуретановите лайнери е препоръчително да има лайнер за смяна.
- Почиствайте новите лайнери преди първата употреба.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

Derma Prevent може да повреди външното и вътрешното покритие на полиуретановите лайнери.

## **6.1 Обуване и събуване на лайнера**

### **Обуване**

- 1) Проверете лайнера за повреди. Ако е монтиран щифт, проверете за повреди и него.
- 2) Навийте лайнера и го сложете на края на чукана.

**УКАЗАНИЕ! Подравнете дистален свързващ елемент (напр. щифт, метално капаче) в надлъжната ос на чукана.**

- 3) Обуйте лайнера на чукана без гънки, изместване на меки тъкани или образуване на въздушни джобове.
- 4) Проверете положението и подравняването на лайнера.

**ИНФОРМАЦИЯ: Не запрятайте лайнера над гилзата на протезата (изключение: 6Y100).**

### **Събuvане**

- 1) Навийте лайнера от отворения към затворения край и го свалете от чукана.
- 2) **Препоръка:** Почиствайте лайнера според глава „Почистване и грижи“.

## **6.2 Почистване и грижи**

### **УКАЗАНИЕ**

#### **Използване на неподходящи почистващи препарати**

Повреждане на продукта поради употреба на неподходящи почистващи препарати

► Почиствайте продукта само с одобрени почистващи препарати.

### **ИНФОРМАЦИЯ**

При повищено изпотяване почиствайте по-често лайнера и кожата. Носенето на лайнер изисква ежедневни интензивни грижи за кожата. За целта Ottobock препоръчва поддържащата серия Derma.

- 1) Обърнете вътрешната страна на лайнера навън.
- 2) Изперете лайнера на ръка в топла вода (**30 °C**) с неутрален сапун (на пр. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Изплакнете добре лайнера с чиста вода.
- 4) Пъхнете кърпа в лайнера и го сложете да съхне хоризонтално върху сушилник. Като алтернатива може да използвате стойка за сушение (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Правни указания**

Всички правни условия са подчинени на законодателството на страната на употреба и вследствие на това е възможно да има различия.

### **7.1 Отговорност**

Производителят носи отговорност, ако продуктът се използва според описание и инструкциите в този документ. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазването на този документ и по-спе-

циално причинени от неправилна употреба или неразрешено изменение на продукта.

## 7.2 CE съответствие

Продуктът изпълнява изискванията на европейската Директива 93/42/EИО относно медицинските изделия. Продуктът е класифициран в клас I съгласно правилата за класифициране от Приложение IX на Директивата. Поради това декларацията за съответствие е съставена на собствена отговорност на производителя съгласно Приложение VII на Директивата.

## 7.3 Гаранция

Производителят предоставя търговска гаранция, която започва да тече от датата на поставяне на продукта. Търговската гаранция покрива дефекти, които се основават на доказани дефекти на материалите, производството или конструкцията, и за тях може да се предяви претенция срещу производителя в рамките на гаранционния срок.

Повече информация относно гаранционните условия можете да получите от търговския отдел на производителя.

# 1 Ürün açıklaması

Türkçe

## BİLGİ

Son güncelleştirmenin tarihi: 2016-10-11

- ▶ Bu dokümanı ürünü kullanmaya başlamadan önce dikkatli şekilde okuyunuz.
- ▶ Yaralanmaları ve ürün hasarını önlemek için güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
- ▶ Kullanıcıyı ürünün uygun ve tehlikesiz kullanımı hakkında bilgilendirin.
- ▶ Bu dokümanı atmayın.

## BİLGİ

- ▶ Film koruma şeridi ile hastanın bakımı, en geç paketin içinde bulunan veya etikette yazılı olan tarihde başlamalıdır (MHD/BBD).

## 1.1 Fonksiyon

Film koruma şartları, uygun bir sabitleme çözümü ile bağlantılı olarak taşıma konforunu artırır ve protezin sabitlenmesini iyileştirir. Birlikte güdükte etki yapan güçleri azaltır.

Bu kullanım kılavuzu sadece aşağıdaki film koruma şartları için geçerlidir:

TF bakımı	
Malzeme	Ürün kodu
Silikon (Skeo film koruma şeridi)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L
TT bakımı	
Malzeme	Ürün kodu
Silikon (Skeo film koruma şeridi)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Kopolimer	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Poliüretan	6Y60
Hibrit	6Y100

### **Silikon (Skeo film koruma şeridi)**

Skeo film koruma şeritleri dayanıklı silikondan yapılmıştır. Darbe emilimini ve taşıma konforunu artırır.

Ottobock TT protezleri için distal son temas noktası olan hedefe yönelik modellenmiş bir protez soketini ve bir ShuttleLocks'ın kullanımını öneriyor. Ottobock, TF protezleri için ShuttleLocks veya bir KISS Lanyard sisteminin veya bir ProSeal sisteminin kullanımını öneriyor.

### **Kopolimer (Caleo film koruma şeridi)**

Caleo film koruma şeritleri, TPE jelinden üretilir (termoplastik elastomer). Kesme kuvvetlerini etkili olarak azaltır ve tıbbi beyaz yağ dağılımı sayesinde cilt bakımına katkıda bulunur.

Alçı kalıbı tekniği isteğe göre seçilebilir. Kullanılan film koruma şeridi uygun olan sabitleme sistemini belirler.

### **Poliüretan (Uneo film koruma şeridi)**

Uneo film koruma şeritleri, poliüretan jel ile üretilir. Malzeme viskoelastiktir. Güdügün şekline ve yapısına çok iyi uyarlanır ve özellikle darbe kuvvetlerine karşı korur.

Ottobock, Harmony sistemi veya çıkış valfi bulunan bir tam yükleme soketini (prensip "Harmony") öneriyor.

### **Hibrit**

Hibrid film koruma şeritleri poliüretan jel ve silikondan oluşmaktadır. Böylece her iki malzemenin özellikleri kullanılabilir.

Ottobock, vakum sistemi (ör. AeroLink sistemi) bulunan tam yükleme soketini (prensip "Harmony") öneriyor.

## **1.2 Kombinasyon olanaqları**

Bu protez bileşeni Ottobock modüler sisteminin bir parçasıdır ve modüler sistemin diğer ürünlerle kombine edilebilir.

## **2 Kullanım Amacı**

### **2.1 Kullanım amacı**

Ürün sadece alt ekstremitelerdeki protez uygulamaları için kullanılmalıdır.

### **2.2 Kullanım süresi**

Ürün normal şartlar altında kullanıldığından aşınabilecek bir parçadır.

## **3 Güvenlik**

### **3.1 Uyarı sembollerinin anlamı**



Olası ağır kaza ve yaralanma tehlikelerine karşı uyarı.



Olası kaza ve yaralanma tehlikelerine karşı uyarı.



Olası teknik hasarlara karşı uyarı.

### **3.2 Genel güvenlik uyarıları**



#### **Ürünün ağız ve burun üzerine geçirilmesi**

Yetersiz oksijen beslemesi nedeniyle boğulma tehlikesi

- ▶ Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.



#### **Sıcak, aşırı ısı, kor veya ateş ile temas**

Malzemenin erimesi nedeniyle yaralanma (örn. yanıklar) ve üründe hasarlar

- ▶ Ürünü açık ateş, kor veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ▶ Ürünü +80 °C'den yüksek veya -20 °C'den düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.



#### **Diğer kişilerde kullanım ve kusurlu temizlik durumları**

Bakteri bulaşması nedeniyle ciltte tahiş, egzama veya enfeksiyon oluşumu

- ▶ Bu ürün sadece tek bir kişi tarafından kullanılabilir.
- ▶ Ürünü düzenli olarak temizleyiniz.

**△ DİKKAT****Ürünün vücutta yanlış veya çok sıkı oturması**

Yanlış oturma nedeniyle damar ve sinirlerde daralmaların ve baskıların ortaya çıkması

- ▶ Ürünün doğru oturmasını ve doğru yerleştirilmesini sağlayın.
- ▶ Ürünü, oturma şekli sorunlarında tekrar kullanmayın.

**△ DİKKAT****Ürünün sağlıklı olmayan cilt üzerinde kullanımı**

Bakteri bulaşması nedeniyle ciltte tahrış, egzama veya enfeksiyon oluşumu

- ▶ Ürünü sadece sağlıklı ciltte kullanın.

## 4 Teslimat kapsamı

Miktar	Tanımlama	Ürün kodu
1	Kullanım kılavuzu	-
1	Film koruma şeridi	-

## 5 Kullanabilirliğin yapımı

Gerekirse, aşağıdaki teknik bilgiler mevcuttur:

Skeo TT film koruma şeridi	646T2=1.6, 646T2112
Hibrit film koruma şeridi	646T217
Kopolimer film koruma şeridi	646T215
Poliüretan film koruma şeridi	646T2=1.8
Skeo TF film koruma şeridi	647G932

### 5.1 Film koruma şeridinin uygulanması

**BİLGİ**

Dişli bağlantılı film koruma şeridi entegre edilmiş bir matrikse sahiptir. Matriks, malzemenin aşırı genişlemesini öner. Matriksin uzunluğu, film koruma şeridinin uygulama alanına bağlıdır. TF film koruma şeritlerinde matriks, film koruma şeridinin tüm uzunluğunu kapsar. Matrix, TT film koruma şeritlerinde genellikle 10 cm uzunluğundadır.

**BİLGİ**

Kopolimer film koruma şeritlerine termoplastik olarak şekil verilebilir. Bunun için film koruma şeridi kuru bir pozitif alçı üzerinden çekilmeli ve istege göre elastik bir sargı ile etrafi sarılabilir.

- ▶ **6Y90, 6Y92, 6Y94:** turbo fırın  $70^{\circ}\text{ C}$ , 2 h
- ▶ **6Y93:** Turbo fırın  $65^{\circ}\text{ C}$ , 15 dak

- > **Dış tekstili bulunan film koruma şeritleri için önerilen aletler:** Kırpmak makası 719S7 veya elyaf makası 719S20
- > **Dış tekstili bulunmayan film koruma şeritleri için önerilen aletler:** Kırpmak makası 756L9, film koruma şeridi kırpıcısı 756L10 veya düz uçlu standart makas
- ▶ **DUYURU! Tırtıklı makas kullanmayın.**

Film koruma şeridini ihtiyaç duyulan uzunlukta yatay olarak kesin. Bu esnada malzemenin yırtılmaması için düz kesim kenarına dikkat edilmeli dir.

## 5.2 İsteğe göre: Pimin montajı

### BİLGİ

Protez soketinin şekli güdük uç yükü sağlamalı.

Liner'in Shuttle Lock ile bağlantısı için pim liner'in distal ucundaki dişे vidalanmalıdır.

- > **Gerekli aletler ve malzemeler:**  
Tork anahtarı (3 Nm ayarlanabilir), Loctite® 636K13
- 1) Loctite® dişe sürülmelidir.
- 2) **DUYURU! Esnek pimleri ve itme valfi bulunan pimleri kısaltmayın.**  
Pim, dişe vidalanmalı ve sıkılmalıdır (Montaj-Sıkma momenti: **3 Nm**).

## 6 Kullanım

### △ DİKKAT

#### Pudra kullanımı (örn. bebek pudrası veya talkum)

Partiküllerin tıkanmasından veya yağlama maddesinin çekilmesinden dolayı, güdükte cilt tahrizi bunun yanı sıra protez bileşenlerinde fonksiyon kaybı

- ▶ Ürünü pudradan uzak tutun.

### DUYURU

#### Mekanik aşırı yüklenme

Mekanik hasarlardan kaynaklanan fonksiyon kısıtlamaları

- ▶ Ürünü her kullanımından önce hasarlara karşı kontrol ediniz.
- ▶ Ürünü fonksiyon sınırlamaları olduğunda kullanmayıniz.
- ▶ Gerekli durumlarda uygun önlemlerin alınmasını sağlayınız (örn. üretici firmانın müşteri servisi tarafından tamirat, değiştirme, kontrol, vs.).

**BİLGİ**

Bazı film koruma şeritleri, ilave kumaş Skinguard Technology ile işlenilmiştir. Skinguard Technology antibakteriyel etkiler ve kötü kokuların oluşumunu engeller.

Terde kükürt içeren maddelerden dolayı renk değişiklikleri meydana gelebilir. Bu renk değişikliklerinin fonksiyon ve film koruma şeridinin dayanıklılığı üzerinde bir etkisi olmaz; ancak çıkarılmaları mümkün değildir. Kükürt besin maddeleri üzerinden tere ulaşabilir, ö. rn. Protein ürünleri, lahana, fındık, baklagiller ve kükürtlenmiş ürünler (ö. rn. kurutulmuş meyveler).

Film koruma şeritlerindeki renk değişiklikleri, şikayet için bir gerekçe değildir.

**BİLGİ**

- ▶ Önceden kullanılmış olan film koruma şeritleri, yeni film koruma şeritlerinden çoğunlukla daha yumuşak hissedilir.
- ▶ Poliüretan film koruma şeritlerinin daha uzun kuruma süresi nedeniyle, bir film koruma şeridi değişimi tavsiye edilir.
- ▶ Yeni film koruma şeritlerini ilk kullanımından önce temizleyin.

**BİLGİ**

Derma Prevent poliüretan film koruma şeritlerinin dış ve iç tabakasına zarar verir.

## 6.1 Film koruma şeridinin takılması ve çıkarılması

### Giyme

- 1) Film koruma şeridini hasara karşı kontrol edin. Eğer bir pim monte edilmiş ise pimi de hasara karşı kontrol edin.
- 2) Film koruma şeridi açılmalı ve güdüük ucuna sabitlemelidir.  
**DUYURU! Distal bir bağlantı elemانını (ör n. pim, metal kapak) güdügün uzunlamasına aksına hizalayın.**
- 3) Film koruma şeridi kat izi olmadan, yumuşak cilt büzülmeleri ve hava boşluğu olmadan güdügün üzerine geçirilmelidir.
- 4) Film koruma şeridinin doğru şekilde yerleşmiş olmasını ve kurulumunu kontrol ediniz.

**BİLGİ: Film koruma şeridini protez soketi üzerinden katlamayın  
(istisna: 6Y100).**

## **Çıkarma**

- 1) Film koruma şeridi, açık olan uçtan kapalı olan uca kadar kadar açılmalı ve güdükten çıkarılmalıdır.
- 2) **Öneri:** Film koruma şeridi "Temizleme ve bakım" bölümüne uygun olarak temizlenmelidir.

## **6.2 Temizleme ve bakım**

### **DUYURU**

#### **Yanlış temizleme malzemesinin kullanılması**

Ürünün, yanlış temizleme malzemesi kullanımı nedeniyle hasarlanması

► Ürünü sadece izin verilen temizleme malzemeleri ile temizleyiniz.

### **BİLGİ**

Artan ter oluşumunda Film koruma şeridi ve cilt daha sık temizlenmelidir. Film koruma şeridinin kullanımı her gün derinlemesine cilt bakımı yapılmasını gerektirmektedir. Ottobock bunun için Derma bakım sistemini önermektedir.

- 1) Film koruma şeridinin iç kısmı dışa doğru döndürülmelidir.
- 2) Film koruma şeridi elle sıcak suda (**30°C**) nötr sabun ile (örn. Ottobock Derma Clean 453H10=1) ykanmalıdır.
- 3) Film koruma şeridi temiz su ile iyice durulanmalıdır.
- 4) Film koruma şeridine bir havlu koyun ve yatay olarak bir çamaşır askısı üzerinde kurutun. Alternatif olarak bir kurutma rafı (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2) kullanın.

## **7 Yasal talimatlar**

Tüm yasal şartlar ilgili kullanıcı ülkenin yasal koşullarına tabiidir ve buna uygun şekilde farklılık gösterebilir.

### **7.1 Sorumluluk**

Üretici, ürün eğer bu dokümanda açıklanan açıklama ve talimatlara uygun bir şekilde kullanıldıysa sorumludur. Bu dokümanın dikkate alınmamasından, özellikle usulüne uygun kullanılmayan ve ürünlerde izin verilmeyen değişikliklerden kaynaklanan hasarlardan üretici hiçbir sorumluluk yüklenmez.

### **7.2 CE-Uygunluk açıklaması**

Bu ürün 93/42/EWG Avrupa yönetmeliklerine göre medikal ürün taleplerini yerine getirir. Klasifikasyon kriterleri direktifleri ek IX'e göre ürün sınıf I olarak sınıflandırılmıştır. Uygunluk açıklaması bu nedenle üretici tarafından kendi sorumluluğunda yönetmelik ek VII'e göre bildirilir.

### **7.3 Garanti**

Üretici ürün için tedarik tarihinden itibaren garanti sunar. Eksikliklerin malzeme, üretim veya yapım hatalarından kaynaklandığı belgelenebilindiğinde ve bu eksiklikler üreticinin sorumlu tutulabileceği garanti süresi içerisinde belgelendiğinde, garanti kapsamı dahilindedir.

Garanti şartları ile ilgili ayrıntılı açıklamaları üreticinin yetkili dağıtım şirketi açıklamaktadır.

## **1 Περιγραφή προϊόντος**

Ελληνικά

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2016-10-11

- ▶ Μελετήστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν από τη χρήση του προϊόντος.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές στο προϊόν.
- ▶ Ενημερώνετε το χρήστη για την ορθή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
- ▶ Φυλάξτε το παρόν έγγραφο.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- ▶ Η εφαρμογή της εσωτερικής θήκης στον ασθενή πρέπει να αρχίζει το αργότερο στην ημερομηνία που είναι τυπωμένη στο εσωτερικό της συσκευασίας ή στην ετικέτα (MHD/BBD).

### **1.1 Λειτουργία**

Οι εσωτερικές θήκες, σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο μέσο πρόσφυσης, αυξάνουν την άνεση κατά τη χρήση και βελτιώνουν την πρόσφυση της πρόθεσης. Μαζί περιορίζουν τις δυνάμεις που επιδρούν στο κολόβωμα.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τις ακόλουθες εσωτερικές θήκες:

Μηριαία εφαρμογή	
Υλικό	Κωδικός
Σιλικόνη (εσωτερική θήκη Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

Κνημιαία εφαρμογή	
Υλικό	Κωδικός
Σιλικόνη (εσωτερική θήκη Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Συμπολυμερές	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95

Κνημιαία εφαρμογή	
Υλικό	Κωδικός
Πολυουρεθάνη	6Y60
Υβριδική θήκη	6Y100

### **Σιλικόνη (εσωτερική θήκη Skeo)**

Οι εσωτερικές θήκες Skeo κατασκευάζονται από σιλικόνη. Βελτιώνουν την απόσβεση των κραδασμών και αυξάνουν την άνεση κατά τη χρήση.

Η Ottobock συνιστά για προθέσεις κνήμης μια ειδικά διαμορφωμένη προθετική θήκη με τελική επαφή στην άπω πλευρά και τη χρήση ασφάλειας παλινδρομικής κίνησης.

Η Ottobock συνιστά για μηριαίες προθέσεις τη χρήση ασφάλειας παλινδρομικής κίνησης, συστήματος KISS Lanyard ή συστήματος ProSeal.

### **Συμπολυμερές (εσωτερική θήκη Caleo)**

Οι εσωτερικές θήκες Caleo κατασκευάζονται από γέλη θερμοπλαστικού ελαστομερούς (TPE). Μειώνουν αποτελεσματικά τις δυνάμεις διάτμησης και συντελούν στη φροντίδα του δέρματος, χάρη στην προσθήκη ενός λιπαντικού ελαίου ιατρικής χρήσης.

Η τεχνική γύψινου εκμαγείου μπορεί να επιλέγεται ελεύθερα. Η χρησιμοποιούμενη εσωτερική θήκη καθορίζει το κατάλληλο σύστημα πρόσφυσης.

### **Πολυουρεθάνη (εσωτερική θήκη Uneo)**

Οι εσωτερικές θήκες Uneo κατασκευάζονται από γέλη πολυουρεθάνης. Το υλικό είναι ιξωδοελαστικό. Προσαρμόζεται πολύ καλά στο σχήμα και τη δομή του κολοβώματος και προστατεύει ιδίως από δυνάμεις κρούσης.

Η Ottobock συνιστά τη χρήση μιας θήκης πλήρους φορτίου (αρχή "Harmony") με σύστημα Harmony ή μονόδρομη βαλβίδα.

### **Υβριδική θήκη**

Οι υβριδικές εσωτερικές θήκες αποτελούνται από γέλη πολυουρεθάνης και σιλικόνη. Έτσι, διαφυλάσσονται οι ιδιότητες και των δύο υλικών.

Η Ottobock συνιστά τη χρήση μιας θήκης πλήρους φορτίου (αρχή "Harmony") με ένα σύστημα υποπίεσης (π.χ. σύστημα AeroLink).

## **1.2 Δυνατότητες συνδυασμού**

Αυτό το προθετικό εξάρτημα είναι μέρος του δομοστοιχειωτού συστήματος Ottobock και μπορεί να συνδυάζεται με άλλα προϊόντα του δομοστοιχειωτού συστήματος.

## 2 Ενδεδειγμένη χρήση

### 2.1 Ενδεικνυόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στην αντικατάσταση των κάτω άκρων με προθετικά μέλη.

### 2.2 Διάρκεια χρήσης

Το προϊόν αποτελεί αναλώσιμο εξάρτημα, το οποίο υπόκειται σε φυσιολογική φθορά.

## 3 Ασφάλεια

### 3.1 Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων

<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	Προειδοποίηση για πιθανούς σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος και τραυματισμού.
<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	Προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους ατυχήματος και τραυματισμού.
<b>ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	Προειδοποίηση για πιθανή πρόκληση τεχνικών ζημιών.

### 3.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

##### **Εφαρμογή προϊόντος στο στόμα και τη μύτη**

Κίνδυνος ασφυξίας λόγω ανεπαρκούς παροχής οξυγόνου

- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

##### **Επαφή με ψύχος, θερμότητα, καυτά σημεία ή φωτιά**

Τραυματισμοί (π.χ. εγκαύματα) λόγω τήξης του υλικού και ζημιές στο προϊόν

- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από γυμνή φλόγα, καυτά σημεία ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των +80 °C ή κάτω των -20 °C.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

##### **Επαναχρησιμοποίηση σε άλλα άτομα και ανεπαρκής καθαρισμός**

Δερματικοί ερεθισμοί, εμφάνιση εκζεμάτων ή μολύνσεων λόγω μολυσματικών παραγόντων

- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ένα άτομο.
- Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν.

### **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ**

#### **Εσφαλμένη ή πολύ σφικτή εφαρμογή του προϊόντος στο σώμα**

Άσκηση πίεσης και συμπίεση αιμοφόρων αγγείων και νεύρων λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης

- Διασφαλίζετε την ορθή τοποθέτηση και εφαρμογή του προϊόντος.
- Μην συνεχίζετε τη χρήση του προϊόντος εφόσον υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής λόγω της διαμόρφωσης.

### **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ**

#### **Χρήση του προϊόντος σε μη υγιές δέρμα**

Δερματικοί ερεθισμοί, εμφάνιση εκζεμάτων ή μολύνσεων λόγω μολυσμάτων παραγόντων

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε υγιές δέρμα.

## **4 Περιεχόμενο συσκευασίας**

Ποσότητα	Περιγραφή	Κωδικός
1	Οδηγίες χρήσης	-
1	Εσωτερική θήκη	-

## **5 Εξασφάλιση λειτουργικότητας**

Εφόσον απαιτείται, διατίθενται οι ακόλουθες Τεχνικές Πληροφορίες:

Κνημιαία εσωτερική θήκη Skeo	646T2=1.6, 646T2112
Υβριδική εσωτερική θήκη	646T217
Εσωτερική θήκη συμπολυμερούς	646T215
Εσωτερική θήκη πολυουρεθάνης	646T2=1.8
Μηριαία εσωτερική θήκη Skeo	647G932

### **5.1 Προσαρμογή της εσωτερικής θήκης**

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι εσωτερικές θήκες με βιδωτή σύνδεση διαθέτουν ενσωματωμένη μήτρα. Η μήτρα αποτρέπει την υπερβολική διαστολή του υλικού. Το μήκος της μήτρας εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής της εσωτερικής θήκης. Σε μηριαίες εσωτερικές θήκες, η μήτρα καλύπτει όλο το μήκος της θήκης. Σε κνημιαίες θήκες, η μήτρα έχει μήκος το πολύ 10 cm.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι εσωτερικές θήκες συμπολυμερούς υποβάλλονται σε θερμοπλαστική διαμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, περάστε την εσωτερική θήκη πάνω σε ένα στεγνό θετικό γύψινο πρότυπο και, προαιρετικά, τυλίξτε την με έναν ελαστικό επίδεσμο.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** φούρνος με κυκλοφορία αέρα 70 °C, 2 ώρες
- **6Y93:** φούρνος με κυκλοφορία αέρα 65 °C, 15 λεπτά

- > **Συνιστώμενα εργαλεία για εσωτερικές θήκες με εξωτερικό ύφασμα:** ψαλίδι 719S7 ή ψαλίδι συνθετικών ινών 719S20
- > **Συνιστώμενα εργαλεία για εσωτερικές θήκες χωρίς εξωτερικό ύφασμα:** συσκευή κοπής 756L9, ξακριστικό εσωτερικών θηκών 756L10 ή κοινό ψαλίδι με λεία λάμα
- **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ψαλίδι με κυματιστή λάμα.**  
Κόψτε την εσωτερική θήκη οριζόντια στο απαιτούμενο μήκος. Φροντίστε να έχετε μια λεία ακμή κοπής, ώστε το υλικό να μην σχιστεί.

## **5.2 Προαιρετικά: συναρμολόγηση του πείρου**

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το σχήμα της προθετικής θήκης πρέπει να επιτρέπει την άσκηση φορτίου στο άκρο του κολοβώματος.

Ο πείρος για τη σύνδεση της θήκης με την ασφάλεια παλινδρομικής κίνησης βιδώνεται στο σπείρωμα στο άπω άκρο της θήκης.

- > **Απαιτούμενα εργαλεία και υλικά:**  
δυναμόκλειδο (με δυνατότητα ρύθμισης ανά 3 Nm), Loctite® 636K13
- 1) Επαλείψτε το σπείρωμα με Loctite®.
- 2) **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην περιορίζετε το μήκος των εύκαμπτων πείρων και των πείρων με μονόδρομη βαλβίδα.**  
Βιδώστε τον πείρο στο σπείρωμα και σφίξτε (ροπή σύσφιγξης συναρμολόγησης: **3 Nm**).

## **6 Χρήση**

### **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ**

#### **Χρήση πούδρας (π.χ. βρεφική πούδρα ή ταλκ)**

Δερματικοί ερεθισμοί στο κολόβωμα και απώλεια λειτουργικότητας προθετικών εξαρτημάτων λόγω απόφραξης με σωματίδια ή απομάκρυνσης του λιπαντικού μέσου

- Μην φέρνετε το προϊόν σε επαφή με πούδρες.

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

### **Υπέρμετρη μηχανική καταπόνηση**

Περιορισμοί λειτουργικότητας από πρόκληση μηχανικών ζημιών

- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για ζημιές.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση λειτουργικών περιορισμών.
- Εφόσον απαιτείται, λάβετε κατάλληλα μέτρα (π.χ. επισκευή, αντικατάσταση, έλεγχος από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή κ.λπ.).

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ορισμένες εσωτερικές θήκες έχουν υποστεί επεξεργασία με το πρόσθετο Skinguard Technology. Το Skinguard Technology έχει αντιβακτηριακή δράση και αποτρέπει το σχηματισμό δυσάρεστων οσμών.

Ο ιδρώτας περιέχει ουσίες με θείο οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αποχρωματισμούς. Ο αποχρωματισμός δεν επηρεάζει τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής θήκης, ωστόσο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Το θείο μπορεί να περάσει στον ιδρώτα μέσω των τροφών, π.χ. από προϊόντα με ασπράδι αυγών, λάχανο, ξηρούς καρπούς, όσπρια, καθώς και από θειωμένα προϊόντα (π.χ. αποξηραμένα φρούτα).

Οι αποχρωματισμοί δεν αποτελούν αιτία παραπόνων.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Οι ήδη χρησιμοποιημένες εσωτερικές θήκες παρέχουν τις περισσότερες φορές μια πιο ελαφριά αίσθηση απ' ό,τι οι καινούργιες.
- Οι εσωτερικές θήκες πολυουρεθάνης έχουν μεγάλο χρόνο στεγνώματος και, για το λόγο αυτό, συνιστάται να υπάρχει διαθέσιμη μια εσωτερική θήκη αντικατάστασης.
- Καθαρίζετε τις καινούργιες εσωτερικές θήκες πριν από την πρώτη χρήση.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το Derma Prevent μπορεί να καταστρέψει την εξωτερική και εσωτερική επίστρωση στις εσωτερικές θήκες πολυουρεθάνης.

## 6.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση της εσωτερικής θήκης

### Τοποθέτηση

- 1) Ελέγχετε την εσωτερική θήκη για ζημιές. Αν υπάρχει συναρμολογημένος πείρος, ελέγχετε επίσης τον πείρο για ζημιές.
- 2) Τυλίξτε την εσωτερική θήκη και τοποθετήστε την στο άκρο του κολοβώματος.
- 3) Ξετυλίξτε την εσωτερική θήκη πάνω στο κολόβωμα χωρίς πτυχώσεις, αποφεύγοντας μετατοπίσεις των μαλακών μορίων ή εγκλωβισμό αέρα.
- 4) Ελέγχετε την εφαρμογή και την ευθυγράμμιση της εσωτερικής θήκης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Μην αναδιπλώνετε την εσωτερική θήκη πάνω στη θήκη της πρόθεσης (εξαίρεση: 6Y100).

### Αφαίρεση

- 1) Τυλίξτε την εσωτερική θήκη από το ανοιχτό προς το κλειστό άκρο και αφαιρέστε την από το κολόβωμα.
- 2) **Σύσταση:** Καθαρίζετε την εσωτερική θήκη σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».

## 6.2 Καθαρισμός και φροντίδα

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Χρησιμοποίηση ακατάλληλων καθαριστικών

Φθορά του προϊόντος λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων καθαριστικών

► Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με τα εγκεκριμένα καθαριστικά.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση αυξημένης εφίδρωσης καθαρίζετε την εσωτερική θήκη και το δέρμα συχνότερα. Η χρήση εσωτερικής θήκης επιβάλλει καθημερινή εντατική φροντίδα του δέρματος. Η Ottobock συνιστά το σύστημα φροντίδας Derma.

- 1) Γυρίστε την εσωτερική θήκη από την ανάποδη.
- 2) Πλύνετε τη θήκη στο χέρι με ζεστό νερό (**30 °C**) και ουδέτερο σαπούνι (π. χ. Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Ξεπλύνετε καλά τη θήκη με καθαρό νερό.

- 4) Τοποθετήστε μέσα στην εσωτερική θήκη μια πετσέτα και αφήστε την να στεγνώσει οριζόντια πάνω σε μια απλώστρα ρούχων. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε μια απλώστρα στεγνώματος (κνήμης: 5Y100=1, μηρού: 5Y100=2).

## 7 Νομικές υποδείξεις

Όλοι οι νομικοί όροι εμπίπτουν στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο της χώρας του χρήστη και ενδέχεται να διαφέρουν σύμφωνα με αυτό.

### 7.1 Ευθύνη

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ευθύνη, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις περιγραφές και τις οδηγίες στο παρόν έγγραφο. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε παράβλεψη του εγγράφου, ειδικότερα σε ανορθόδοξη χρήση ή ανεπίτρεπτη μετατροπή του προϊόντος.

### 7.2 Συμμόρφωση CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/EOK περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Βάσει των κριτηρίων κατηγοριοποίησης σύμφωνα με το παράρτημα IX της άνω οδηγίας, το προϊόν ταξινομήθηκε στην κατηγορία I. Η δήλωση συμμόρφωσης συντάχθηκε για αυτόν το λόγο από τον κατασκευαστή με αποκλειστική του ευθύνη σύμφωνα με το παράρτημα VII της άνω οδηγίας.

### 7.3 Εμπορική εγγύηση

Ο κατασκευαστής παρέχει εμπορική εγγύηση για το προϊόν από την ημερομηνία της εφαρμογής. Η εμπορική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα τα οποία αφορούν αστοχίες υλικού, παρασκευής ή κατασκευής, μπορούν να τεκμηριωθούν και επισημαίνονται στον κατασκευαστή εντός της χρονικής περιόδου εγγυητικής κάλυψης με έγκυρο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της εμπορικής εγγύησης μπορείτε να λάβετε από τον αρμόδιο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

## 1 Описание изделия

Русский

### ИНФОРМАЦИЯ

Дата последней актуализации: 2016-10-11

- Перед использованием изделия следует внимательно прочесть данный документ.
- Во избежание травмирования и повреждения изделия необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

- ▶ Проведите инструктаж пользователя на предмет правильного и безопасного использования изделия.
- ▶ Сохраняйте данный документ.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

- ▶ Пациент должен начать использовать лайнер не позднее даты, указанной на внутренней стороне упаковки или на этикетке (MHD/BBD).

### **1.1 Функционирование**

Лайнеры в сочетании с подходящим адгезивным решением повышают комфорт при ношении и улучшают сцепление протеза. Совместно они редуцируют силы, воздействующие на культо.

Данное руководство по применению применимо к лайнерам следующего типа:

#### **Протезирование на уровне бедра (TF)**

<b>Материал</b>	<b>Артикул</b>
Силикон (лайнеры Skeo)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

#### **Протезирование на уровне голени (TT)**

<b>Материал</b>	<b>Артикул</b>
Силикон (лайнеры Skeo)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
Сополимер	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
Полиуретан	6Y60
Гибрид	6Y100

#### **Силикон (лайнеры Skeo)**

Лайнеры Skeo изготовлены из силикона. Они обеспечивают улучшенную амортизацию и повышают комфорт при ношении.

Ottobock рекомендует для протезов голени (TT) адаптированную культе-приемную гильзу с дистальным концевым контактом и применение челночного замка.

Для протезов бедра (TF) Ottobock рекомендует использовать челночный замок, систему KISS Lanyard или систему ProSeal.

### **Сополимерные лайнеры (лайнеры Caleo)**

Лайнеры Caleo изготовлены из ТРЕ-геля (термопластичный эластомер). Они эффективно редуцируют напряжение сдвига и обеспечивают уход за кожей за счет выделения лекарственного белого масла.

Пациенту предоставляется свободный выбор технологии гипсового слепка. Используемый лайнер определяет подходящую адгезивную систему.

### **Полиуретановые лайнеры (лайнеры Uneo)**

Лайнеры Uneo изготовлены из полиуретанового геля. Материал является вязко-эластичным. Он хорошо адаптируется к форме и структуре культи и защищает, в частности, от воздействия сил удара.

Ottobock рекомендует использовать культеприемную гильзу для полной нагрузки (принцип "Harmony") с системой Harmony или с выпускным клапаном.

### **Гибридный лайнер**

Гибридные лайнеры изготавливаются из полиуретанового геля и силикона. Таким образом, могут быть использованы свойства обоих материалов.

Ottobock рекомендует использовать культеприемную гильзу для полной нагрузки (принцип "Harmony") с вакуумной системой (напр., система AeroLink).

## **1.2 Возможности комбинирования изделия**

Этот компонент протеза является частью модульной системы Ottobock, и его можно комбинировать с другими изделиями модульной системы.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Назначение**

Изделие используется исключительно в рамках протезирования нижних конечностей.

### **2.2 Срок эксплуатации**

Данное изделие является изнашивающейся частью, которая подвергается обычному износу.

## **3 Безопасность**

### **3.1 Значение предупреждающих символов**



Предупреждения о возможной опасности возникновения несчастного случая или получения травм с тяжелыми последствиями.

**△ ВНИМАНИЕ**

Предупреждение о возможной опасности несчастного случая или получения травм.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Предупреждение о возможных технических повреждениях.

### **3.2 Общие указания по технике безопасности**

**△ ОСТОРОЖНО****Натягивание изделия на рот и нос**

Опасность асфиксии вследствие недостаточного поступления кислорода

- Храните изделие в месте, недоступном для детей.

**△ ВНИМАНИЕ****Контакт с низкими и высокими температурами, раскаленными предметами или огнем**

Травмирование (например, ожоги) вследствие расплавления материала и повреждение изделия

- Изделие хранить вдали от открытого огня, жара и других источников интенсивного теплового излучения.
- Не подвергайте изделие воздействию температур выше +80 °C и ниже –20 °C.

**△ ВНИМАНИЕ****Повторное использование изделия для других пациентов и недостаточная гигиеническая обработка**

Раздражение кожи, возникновение экзем или инфекции вследствие заражения микроорганизмами

- Изделие разрешается использовать только для одного пациента.
- Регулярно чистите изделие.

**△ ВНИМАНИЕ****Неправильное или слишком плотное прилегание изделия к телу**

Возникновение явлений сдавливания, сужения кровеносных сосудов и сдавления нервов вследствие неправильного прилегания

- Проверьте правильность прилегания и посадки изделия.
- Не используйте изделие при возникновении проблем с посадкой.

## **Δ ВНИМАНИЕ**

### **Использование изделия при поврежденной коже**

Раздражение кожи, возникновение экзем или инфекции вследствие заражения микроорганизмами

- Используйте изделие только при неповрежденной коже культи.

## **4 Объем поставки**

Количество	Наименование	Артикул
1	Руководство по применению	–
1	Лайнер	–

## **5 Приведение в состояние готовности к эксплуатации**

При необходимости имеются следующие брошюры "Техническая информация":

Лайнеры Skeo TT	646T2=1.6, 646T2112
Гибридный лайнер	646T217
Сополимерный лайнер	646T215
Полиуретановый лайнер	646T2=1.8
Лайнер Skeo TF	647G932

### **5.1 Подгонка лайнера**

#### **ИНФОРМАЦИЯ**

Лайнеры с резьбовым соединением имеют встроенную матрицу. Матрица предотвращает чрезмерное растягивание материала. Длина матрицы зависит от области применения лайнера. В лайнерах для протезов на уровне бедра (TF) матрица проходит по всей длине лайнера. В лайнерах для протезов голени длина матрицы чаще всего составляет 10 см.

#### **ИНФОРМАЦИЯ**

Для сополимерных лайнеров имеется возможность термопластического формообразования. Для этого следует натянуть лайнер на сухой гипсовый позитив и дополнительно обмотать эластичным бинтом.

- **6Y90, 6Y92, 6Y94:** Циркуляционная термопечь 70 °C, 2 часа
- **6Y93:** Циркуляционная термопечь 65 °C, 15 мин.

- > **Рекомендуемые инструменты для лайнера с наружным текстильным покрытием:** закройные ножницы 719S7 или ножницы для синтетической ткани 719S20
- > **Рекомендуемые инструменты для лайнера без наружного текстильного покрытия:** раскроечное устройство 756L9, обрезчик для лайнера 756L10 или обычные ножницы с гладкой заточкой
- **УВЕДОМЛЕНИЕ Не использовать зубчатые ножницы.**  
Положив лайнер горизонтально, обрезать его на требуемую длину. При этом следует обращать внимание на гладкость края среза, чтобы избежать надрыва материала.

## 5.2 Опция: монтаж штыря

### ИНФОРМАЦИЯ

Форма культеприемной гильзы должна обеспечивать нагрузку на конец культуры.

Штырь для соединения лайнера с челночным замком ввинчивается в резьбу на дистальном конце лайнера.

- > **Необходимые инструменты и материалы:**  
Динамометрический ключ (с регулировкой до 3 Нм), Loctite® 636K13
- 1) Нанести клей Loctite® на резьбу.
- 2) **УВЕДОМЛЕНИЕ Не укорачивать гибкие штыри и штыри с выпускным клапаном.**  
Ввинтить штырь в резьбу и затянуть (момент затяжки при монтаже: 3 Нм).

## 6 Эксплуатация

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Использование пудры (напр., детская пудра или тальк)**

Раздражение кожи культуры, а также потеря функциональности компонента протеза в результате засорения частицами или удаления смазки

► Не используйте пудру.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Механическая перегрузка**

Ограничение функциональности при механических повреждениях

► Перед каждым использованием следует проверять изделие на наличие повреждений.

- Не следует использовать изделие при ограниченной функциональности.
- В случае необходимости примите соответствующие меры (например, ремонт, замена, проверка сервисным отделом производителя и пр.).

### **ИНФОРМАЦИЯ**

Некоторые лайнера обработаны с помощью технологии Skinguard с применением дополнительного материала. Обработка с помощью технологии Skinguard придает лайнера антибактериальные свойства и предупреждает возникновение неприятных запахов.

Серосодержащие вещества в поту могут вызвать изменение окраски. Изменение окраски не влияет на функциональность и срок службы лайнера, однако избавиться от нее невозможно. Сера может проникнуть в пот через продукты питания, напр., белковые продукты, капуста, орехи, бобовые, а также через сульфированные продукты (напр., сушеные фрукты).

Изменение окраски лайнера не является основанием для рекламирования продукта.

### **ИНФОРМАЦИЯ**

- Бывшие в употреблении лайнера ощущаются как более мягкие по сравнению с новыми.
- В связи с тем, что полиуретановые лайнера сохнут дольше, рекомендуется иметь еще один лайнер для замены.
- Новый лайнер следует очистить перед первым употреблением.

### **ИНФОРМАЦИЯ**

Средство для ухода за кожей Derma Prevent может повредить наружное и внутреннее покрытие полиуретанового лайнера.

## **6.1 Надевание и снятие лайнера**

### **Надевание**

- 1) Проверить лайнер на отсутствие повреждений. Если установлен штырь, то необходимо также проверить его на отсутствие повреждений.

- 2) Скатать лайннер и надеть на конец культи.
- УВЕДОМЛЕНИЕ** Выровнять дистальный соединительный элемент (напр., штырь, металлический колпачок) по продольной оси культи.
- 3) Развернуть лайннер по всей поверхности культи без образования складок, без смещения мягких мышечных тканей или включения воздуха.
- 4) Проверить посадку и расположение лайнера.  
**ИНФОРМАЦИЯ:** Не отгибать лайннер на протезную гильзу (исключение: 6Y100).

#### **Снятие чехла**

- 1) Свернуть лайннер в направлении от открытого к закрытому концу и снять с культи.
- 2) **Рекомендация:** очистку лайнера следует производить в соответствии с разделом "Очистка и уход".

## **6.2 Очистка и уход**

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### **Использование неподходящих чистящих средств**

Повреждение продукта вследствие использования неподходящих чистящих средств

► Для очистки продукта используйте только допущенные чистящие средства.

### **ИНФОРМАЦИЯ**

При повышенном потообразовании производить более частую очистку лайнера и кожи. Ношение лайнера требует ежедневного интенсивного ухода за кожей. Для этого компания Ottobock рекомендует систему ухода за кожей Derma.

- 1) Внутреннюю часть лайнера вывернуть наружу.
- 2) Лайннер стирать вручную в теплой воде (**30 °C**), используя нейтральное, непарфюмированное мыло (напр. В Ottobock Derma Clean 453H10=1).
- 3) Тщательно прополоскать лайннер в чистой воде.
- 4) Вложить в лайннер полотенце и, положив лайннер горизонтально, сушишь на сушилке для белья. Альтернативно можно использовать сушильную стойку (TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2).

## **7 Правовые указания**

На все правовые указания распространяется право той страны, в которой используется изделие, поэтому эти указания могут варьировать.

### **7.1 Ответственность**

Производитель несет ответственность в том случае, если изделие используется в соответствии с описаниями и указаниями, приведенными в данном документе. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие пренебрежения положениями данного документа, в особенности при ненадлежащем использовании или несанкционированном изменении изделия.

### **7.2 Соответствие стандартам ЕС**

Данное изделие отвечает требованиям европейской Директивы 93/42/EЭС по медицинской продукции. В соответствии с критериями классификации, приведенными в Приложении IX указанной Директивы, изделию присвоен класс I. В этой связи Декларация о соответствии была составлена производителем под свою исключительную ответственность согласно Приложению VII указанной Директивы.

### **7.3 Гарантия**

На данное изделие производитель предоставляет гарантию с даты начала применения. Гарантия распространяется на неисправности, обусловленные однозначным браком материала, технологическими дефектами или конструктивными недостатками, о которых было заявлено производителю в течение гарантийного срока.

Подробную информацию об условиях гарантии можно получить в соответствующей компании производителя, занимающейся сбытом продукции.

## **1 製品概要**

日本語

### **備考**

最終更新日: 2016-10-11

- ▶ 本製品をご使用になる際は本書をよくお読みください。
- ▶ 下記の安全性に関する注意事項に従わないと、負傷したり製品が損傷するおそれがあります。
- ▶ 装着者には、本製品の安全な取り扱い方法やお手入れ方法を説明してください。
- ▶ 本書を安全な場所に保管してください。

## 備考

- ▶ 製品パッケージの内側、またはラベルに印刷された日付(有効期限)にならない内に装着者への適合を行ってください（MHD/BBD）。

### 1.1 機能

適切な懸垂ソリューションと組合わせて使用することで、義肢装着時の快適さが増し、義肢の懸垂力も向上します。それらが一緒にになり、残存肢に影響する力を減少させます。

本取扱説明書は、以下のライナーに対応しています。

大腿用	
材質	製品番号
シリコーン	6Y80、6Y81、6Y85、6Y87、6Y88、6Y88L

下腿用	
材質	製品番号
シリコーン	6Y40、6Y41、6Y42、6Y43、6Y70、6Y71、6Y75、6Y77、6Y78
コポリマー	6Y90、6Y92、6Y93、6Y94、6Y95
ポリウレタン	6Y60
ハイブリッド	6Y100

#### シリコーン

耐久性のあるシリコーンを材料としています。衝撃を吸収し、快適に装着いただけます。

オットーポック社では、下腿義足には、懸垂にシャトルロックを使用し、端末部でも荷重する義足ソケット(以下ソケット)を製作するよう推奨しています。

また大腿義足には、シャトルロックや、キス懸垂システム、あるいは、プロシールシステムを使用することを推奨しています。

#### コポリマー (Caleo ライナー)

Caleo ライナーはTPEジェル(熱可逆性エラストマー)で作成されています。剪断力を効果的に減らすことができ、医療用のミネラルオイルを放出するためスキンケアの上でも優れています。

様々な採型方法にご使用いただけます。これらのライナーを使用し、適切な懸垂システムを選んでください。

## ポリウレタン (Uneo ライナー)

Uneoは、ポリウレタンジェルでできています。ポリウレタンは粘弾性です。そのため断端の形状や構造・組織などにぴったりとフィットし、また、衝撃から断端を保護します。

オットーポック社では、（ハーモニー理論に基づいた）全表面荷重式ソケットと排気バルブによる吸着ソケットでの使用を推奨しています。

## ハイブリッド

ハイブリッドライナーはポリウレタンジェルとシリコーンでできているため、両方の利点を有しています。

オットーポック社では、エアロリンクシステムなどの懸垂システム付の（ハーモニー理論に基づいた）全表面荷重式ソケットでの使用を推奨しています。

### 1.2 可能な組み合わせ

本義肢用のパーツはオットーポック モジュラー義肢システムの一部であり、他の製品と組み合わせて使用できます。

## 2 使用目的

### 2.1 使用目的

本製品は、義肢の適合にのみ使用してください。

### 2.2 耐用年数

本製品は消耗品ですので、自然に摩耗劣化します。

## 3 安全性

### 3.1 警告に関する記号の説明

**△ 警告** 重大な事故または損傷の危険性に関する注意です。

**△ 注意** 事故または損傷の危険性に関する注意です。

**注記** 損傷につながる危険性に関する注記です。

### 3.2 安全に関する注意事項

**△ 警告**

製品を頭から被り、口と鼻を覆った場合に発生する危険性

呼吸ができなくなり窒息に至るおそれがあります。

▶ 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。

### △ 注意

#### 低温、熱、燃えさし、火気により発生する危険性

部材が溶けることで火傷などのケガを負ったり、製品が損傷するおそれがあります。

- ▶ 本製品を、炎や燃えさし、他の熱源などにさらさないでください。
- ▶ 本製品は、+80 °C以上、-20 °C以下の温度下で使用したり放置しないでください。

### △ 注意

#### 別の装着者への再使用および不適切な管理により生じる不具合

細菌などの発生により、皮膚刺激、湿疹または感染症をおこすおそれがあります。

- ▶ 本製品は1人の装着者にのみご使用ください。
- ▶ 定期的にお手入れを行ってください。

### △ 注意

#### 誤った装着や過度な締め付けにより身体に及ぶ危険性

不適切な方法で装着すると、圧痛点が発生したり、血行障害やしびれが起ころうおそれがあります。

- ▶ 義足が正しく装着されているか確認してください。
- ▶ 正しく装着していても問題が発生する場合は、製品の使用を取りやめてください。

### △ 注意

#### 損傷のある皮膚に使用した場合に発生する危険性

細菌などの発生により、皮膚刺激、湿疹または感染症をおこすおそれがあります。

- ▶ 健康な皮膚にのみ使用してください。

## 4 納品時のパッケージ内容

数量	名称	製品番号
1	取扱説明書	-
1	ライナー	-

## 5 使用前の準備

必要に応じて以下のテクニカルインフォメーションをご使用いただけます。

下腿用シリコーンライナー	646T2=1.6、646T2112
ハイブリッドライナー	646T217

コポリマーライナー	646T215
ポリウレタンライナー	646T2=1.8
大腿用シリコーンライナー	647G932

## 5.1 ライナーの接続コネクター

### 備考

ピン接続コネクター付のライナーには強化材が内蔵されています。この強化材により、縦方向には過度に伸長できないようになっています。強化材の長さはライナーを装着する範囲によります。大腿部用ライナーでは、ライナー全体に強化材が内蔵されています。下腿ライナーの場合、強化材の長さは通常10 cmです。

### 備考

コポリマーライナーは熱可塑性です。成形するには、乾燥させた陽性モデルにライナーを被せ、必要に応じて弾性包帯を巻きます。

- ▶ 6Y90、6Y92、6Y94：対流式オーブン、70° Cで2時間
- ▶ 6Y93：対流式オーブン、65° Cで15分

- > テキスタイル・カバーのあるライナーのため推奨されるツール： 合成繊維のため719S7 トリミング用ハサミ または 719S20ハサミ
- > テキスタイル・カバーのないライナーのため推奨されるツール： 756L9 トリミング機器、756L10ライナートリマー、または従来の直線切断用ハサミ
- ▶ 注記! 波型ハサミは使用しないでください。  
必要な長さのところで、水平方向にライナーを切ってください。材料の破れを防ぐため、スムーズな切縁になるようにしてください。

## 5.2 オプション：ピンの取付

### 備考

ソケットの形状は、断端にかかる負荷に合わせてください。

ライナーとシャトルロックを接続させるため、ライナーの遠位端部にピンを固定します。

- > 必要な工具と材料：  
トルクレンチ（3 Nm単位まで調整可能なものの）、636K13 ロックタイト
- 1) ネジにロックタイトを塗ります。
- 2) 注記! フレキシブルピンや排気バルブ付ピンを短く切らないでください。  
ピンをネジ穴に差込み、締めます（締付けトルク値：3 Nm）。

## 6 使用方法

### △ 注意

パウダー（ベビーパウダーやタルカムパウダーなど）を使用した場合に発生する危険性

断端がかぶれたり、パウダーが詰まる、滑りが悪くなるなどして、義肢ペースの機能が失われるおそれがあります。

- ▶ 本製品装着時にはパウダーを使用しないでください。

### 注記

製品への負荷により発生する危険性

損傷により正常に機能しなくなる場合があります。

- ▶ 装着の都度、損傷がないことを確認してからご使用ください。
- ▶ 正常に機能しない製品は使用しないでください。
- ▶ 必要な処置をとってください（製造元のテクニカルサービスによるクリーニング、修理、交換、点検など）。

### 備考

いくつかのライナーではスキンガードテクノロジーが採用されています。スキンガードテクノロジーには抗菌性があり、不快な臭いを軽減します。汗に含まれる硫黄などの物質により変色が発生する場合があります。変色を除去することはできませんが、ライナーの機能や耐久性には全く影響がありません。たんぱく質食品、キャベツ、ナッツ、豆類や、ドライフルーツなどの硫黄を含んだ食物を食べることで、汗に硫黄が含まれるようになります。

ライナーの変色に関するクレームにはお応えすることはできません。

### 備考

- ▶ 通常、ライナーが消耗すると、新品よりも柔らかく感じられます。
- ▶ ポリウレタンライナーの乾燥時間は比較的長いため、スペア品のご用意をお勧めいたします。
- ▶ 初めて使用する前には、ライナーをよく洗ってください。

### 備考

ダーマプリベントを使用すると、ポリウレタンライナーの内外のコーティングに損傷を与える場合もあります。（日本においてはダーマプリベントはご使用いただけません。）

## 6.1 ライナーの着脱

### 装着方法

- 1) ライナーに損傷がないことを確認してください。ピン付の場合、ピンに損傷がないことも確認してください。
- 2) ライナーを裏返し、断端末に当てます。  
注記! 断端の縦軸と遠位接続エレメント（例えば ピン、メタル キャップ）のアライメントを行います。
- 3) ライナーを断端に合せて広げて装着すると、しづが寄らず、気泡も入りませんし、軟部組織の引きつれの心配もありません。
- 4) ライナーの適合具合とアラインメントを確認してください。  
備考: ライナーをソケットの上に被せないでください（6Y100は例外）。

### 取外し方法

- 1) 開口部から閉端部に向かってライナーを裏返し、断端からライナーを外します。
- 2) 推奨事項: 『クリーニングとケア』の記載事項に従ってライナーのお手入れを行います。

## 6.2 クリーニングとケア

### 注記

#### 不適切な洗剤の使用による破損の危険

不適切な洗剤を使用すると破損する危険があります。

► 指示通りの洗浄剤使用してください。

### 備考

汗がひどい場合には、ライナーと皮膚のお手入れ回数を増やしてください。ライナーを装着する場合は、毎日の入念なスキンケアが必要になります。オットーポック社ではダーマスキンケアシステムの使用を推奨します。（日本においてはダーマスキンケアシステムをご使用いただけません。代替え品については、オットーポックジャパンにお問合せください。）

- 1) ライナーを裏返しにします。
- 2) 30°Cのぬるま湯と、オットーポック社製 453H10=1ダーマクリーンなどの中性洗剤で、手洗いします。（日本においてはダーマクリーンの取扱いがございませんので市販の中性洗剤をご使用ください。）
- 3) きれいな水でしっかりライナーをすすいでください。
- 4) ハンドタオルをライナーの中に入れ、平らな台などの上に置いて乾かしてください。または、ライナースタンド（下腿：5Y100=1、大腿：5Y100=2）をご使用ください。

## 7 法的事項について

法的要件についてはすべて、ご使用になる国の国内法に準拠し、それぞれに合わせて異なることもあります。

### 7.1 保証責任

オットーポック社は、本書に記載の指示ならびに使用方法に沿って製品をご使用いただいた場合に限り保証責任を負うものといたします。 不適切な方法で製品を使用したり、認められていない改造や変更を行ったことに起因するなど、本書の指示に従わなかった場合の損傷については保証いたしかねます。

### 7.2 CE整合性

本製品は、欧州医療機器指令93/42/EECの要件を満たしています。 本製品は、欧州指令の付表IXの分類基準により、医療機器クラスIに分類されています。 オットーポック社は、本製品が欧州指令の付表VIIの基準に適合していることを自らの責任において宣言いたします。

上記のCE整合性宣言は日本の法規では適用されません。 日本においては、本製品は医療機器の分野には分類されていません。

### 7.3 保証

本製品の保証は装着日より適用されます。 本保証は、製品の不具合が、材料や部品、製造上や構造上の欠陥に起因することが明らかであり、かつ保証期間内にオットーポック社に報告がなされた場合に適用されます。

保証条件に関する詳細は、担当のオットーポック販売店までご連絡ください。

## 1 产品描述

中文

### 信息

最后更新日期: 2016-10-11

- ▶ 请在产品使用前仔细阅读该文档。
- ▶ 注意安全须知，以免受伤或产品受损。
- ▶ 请向用户讲解产品正确安全使用的事项。
- ▶ 请妥善保存该文档。

### 信息

- ▶ 患者使用内衬套的日期最迟不得晚于包装内侧或标签上打印的日期（MHD/BBD）。

## 1.1 功能

同合适的粘附溶剂组合使用，穿戴内衬套能够提高舒适度，改善假肢佩戴的牢固性。这些部件的共同使用能够减小作用于残肢上的力。

本使用说明书适用于下列内衬套：

TF假肢安装	
材料	标识
有机硅（Skeo内衬套）	6Y80、6Y81、6Y85、6Y87、6Y88、6Y88L

TT假肢安装	
材料	标识
有机硅（Skeo内衬套）	6Y40、6Y41、6Y42、6Y43、6Y70、6Y71、6Y75、6Y77、6Y78
共聚物	6Y90、6Y92、6Y93、6Y94、6Y95
聚氨酯	6Y60
杂化材料	6Y100

### 有机硅（Skeo内衬套）

Skeo内衬套采用有机硅制造。能够起到减轻震荡，提高舒适度的作用。

用于TT假肢时，奥托博克建议使用带有远端触点的按需构建的假肢接受腔，并建议使用ShuttleLock锁扣。

用于TF假肢时，奥托博克建议使用ShuttleLock系统、KISS Lanyard系统或ProSeal系统。

### 共聚物（Caleo内衬套）

Caleo内衬套采用TPE凝胶制造（热塑弹性体）。能够有效降低剪力，并通过析出的医用白油发挥护肤效用。

石膏模型技术可自由选择。所使用的内衬套决定合适的粘附系统。

### 聚氨酯（Uno内衬套）

Uno内衬套采用聚氨酯凝胶制造。这种材料具有粘弹性。它能够优异地配合残肢的形态和结构，特别能保护残肢不受震荡损伤。

奥托博克建议佩戴配有排气阀或Harmony系统的全负载接受腔（“Harmony”原理）。

### 杂化材料

杂化材料内衬套由聚氨酯凝胶和有机硅制成。因而具备两种材料的特性。

奥托博克建议佩戴配有真空系统（例如：AeroLink系统）的全负载接受腔（“Harmony”原理）。

## 1.2 组合方式

此类假肢组件为奥托博克模块式假肢系统的一部分，可以同其他模块式假肢系统的产品组合使用。

## 2 正确使用

### 2.1 使用目的

该产品仅可用于下肢的假肢配置。

### 2.2 使用期限

本产品为易损件，存在正常磨损现象。

## 3 安全须知

### 3.1 警告标志说明

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>△ 警告</b> | 警告可能出现的严重事故和人身伤害。 |
| <b>△ 小心</b> | 警告可能出现的事故和人身伤害。   |
| <b>注意</b>   | 警告可能出现的技术故障。      |

### 3.2 一般性安全须知

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>△ 警告</b> | <b>请勿将产品覆盖在口鼻上</b><br>氧气不足可能导致窒息<br>► 请在远离儿童处保存产品。 |
|-------------|--|

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>△ 小心</b> | <b>与冰冷、灼热、炽热物体或火源接触</b><br>可能由于材料熔融导致受伤（例如：灼伤）和产品受损<br>► 请不要使产品接触明火、灼热物体或其它热源。<br>► 请勿将产品置于温度超过+80° C或低于-20° C的环境中。 |
|-------------|---|

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>△ 小心</b> | <b>转交他人重复使用和未充分清洁</b><br>由于细菌感染而导致皮肤出现刺激性反应，形成湿疹或感染<br>► 该产品仅允许使用于一个人。<br>► 定期清洁产品。 |
|-------------|---|

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>△ 小心</b> | <b>产品穿戴错误或过紧</b><br>由于错误穿戴可能会在血管和神经处出现受压迫和过紧现象。<br>► 请正确穿戴并将产品校正至正确的位罝。<br>► 当产品出现问题时请勿继续使用。 |
|-------------|--|

## △ 小心

产品在使用时仅可与未破损皮肤接触

由于细菌感染而导致皮肤出现刺激性反应，形成湿疹或感染

► 产品在使用时仅可与未破损皮肤接触。

## 4 供货范围

数量	名称	标识
1	使用说明书	-
1	内衬套	-

## 5 使用准备

以下技术信息可供使用：

Skeo TT内衬套	646T2=1.6, 646T2112
杂化材料内衬套	646T217
共聚物内衬套	646T215
聚氨酯内衬套	646T2=1.8
Skeo TF内衬套	647G932

### 5.1 内衬套的调整

#### 信息

配有螺纹接口的内衬套拥有一套集成的基质。基质能够避免材料过度拉伸。基质的长度取决于内衬套的使用区域。TF内衬套的基质长度覆盖整个内衬套。TT内衬套的基质长度大多为10 cm。

#### 信息

共聚物材料内衬套可进行热塑变形。加工时将内衬套套在石膏阳模上，并可使用弹性绷带进行缠绕。

- 6Y90、6Y92、6Y94：对流烘箱70° C, 2 小时
- 6Y93：对流烘箱65° C, 15 分钟

- > **用于带外层织物的内衬套的建议工具：**裁剪剪刀719S7或塑料纤维剪刀719S20
- > **用于不带外层织物的内衬套的建议工具：**裁剪工具756L9、内衬套修边机756L10或常见的带平滑刀口的剪刀
- **注意！请勿使用锯齿剪刀。**  
将内衬套水平截短至所需长度。请注意保持剪切边的平整，以免材料发生撕裂。

## 5.2 可选：安装定位销

### 信息

假肢接受腔的形态必须能够实现残肢端头的承重。

定位销用于连接内衬套与Shuttle Lock锁紧装置，该定位销将被旋入内衬套远端末端的螺纹中。

#### > 所需工具和材料：

扭矩扳手（可以3Nm为单位设置）、Loctite<sup>®</sup> 636K 13

1) 将Loctite<sup>®</sup>涂抹到螺纹上。

2) 注意！切勿截短可活动的定位销和带排气阀的定位销。

将定位销旋入螺纹中并且拧紧（安装扭矩：3Nm）。

## 6 使用

### △ 小心

**扑粉的使用（例如：婴儿爽身粉或滑石粉）**

由于颗粒的堵塞或缺乏润滑剂，会造成残肢处的皮肤感染和假肢部件的功能损失

► 请勿使产品接触扑粉。

### 注意

#### 机械过载

由于机械损坏造成功能受限

► 在每次使用前检查产品是否存在损坏之处。

► 如果出现功能故障，应停止使用。

► 必要时请采取合适的措施（例如：维修、更换、通过制造商的客户服务部门进行检查等）。

### 信息

部分内衬套经过附加材料Skinguard Technology的处理。Skinguard Technology具有抑制细菌生长和防止产生异味的功效。

汗液中的含硫物质可能造成变色。这种变色既不会影响功能，也不会影响内衬套的使用寿命，但无法去除。通过饮食可使硫进入汗液中，例如：含蛋白质的产品、卷心菜、坚果、夹豆，以及经硫化处理的食品（例如：干果）。

不可因内衬套变色要求退换。

### 信息

► 穿戴过的内衬套往往感觉比新衬套柔软。

- 鉴于聚氨酯内衬套需要的干燥时间较长，因而推荐另备一个换洗的内衬套。
- 请在首次穿戴前清洗新衬套。

### 信息

Derma Prevent可能对聚氨酯内衬套的外部和内部涂层造成损伤。

## 6.1 内衬套的穿脱

### 穿戴

- 1) 检查内衬套是否损坏。如装有定位销，则亦检查定位销是否损坏。
- 2) 将内衬套卷起套在残肢端头。  
**注意！** 将远端连接组件（例如定位销、金属帽）在残肢纵轴上进行调整。
- 3) 将内衬套在残肢上卷开，内衬套要平整无皱，软组织不得出现推挤，亦不得裹入空气。
- 4) 检查内衬套的位置和方向。  
**信息：**请勿将内衬套翻出套在假肢接受腔上（例外：6Y100）。

### 脱卸

- 1) 将内衬套从开口端卷起至封闭端，然后从残肢上取下。
- 2) **建议：**依据章节“清洁和保养”对内衬套进行清洁。

## 6.2 清洁与保养

### 注意

#### 使用不当的清洁剂

使用不当的清洁剂可能造成产品损坏

- 请仅使用允许的清洁剂清洁产品。

### 信息

如果出汗较多，应经常清洁内衬套和皮肤。佩戴内衬套时，需每日进行肌肤密集护理。为此，奥托博克推荐使用Derma护理系统。

- 1) 将内衬套内侧向外翻转。
- 2) 在温水（30° C）中用手清洗内衬套，使用中性肥皂（例如奥托博克Derma Clean 453H10=1）。
- 3) 将内衬套在清水中冲净。
- 4) 在内衬套内放入一块毛巾，然后将其平整地放置于晾衣架上晾干。另可选用干燥架（TT：5Y100=1 TF：5Y100=2）。

## 7 法律说明

所有法律条件均受到产品使用地当地法律的约束而有所差别。

### 7.1 法律责任

在用户遵守本文档中产品描述及说明的前提下，制造商承担相应的法律责任。对于违反本文档内容，特别是由于错误使用或违规改装产品而造成的损失，制造商不承担法律责任。

### 7.2 CE符合性

本产品符合欧洲医疗产品93/42/EWG指令规定的要求。根据该指令附件IX中对分类等级的规定，本产品属于I类医疗产品。因此，奥托博克公司根据该准则附件VII的规定发表符合性声明，并对此自行承担责任。

### 7.3 保修承诺

制造商自使用之日起为本产品提供保修承诺。保修承诺范围包括可证明的基于材料、加工或设计失误而产生的缺陷，并且在保修承诺有效期内向制造商提出了保修要求。

请向制造商下属的相应经销机构垂询有关保修承诺的详细信息。

## 1 제품 설명

한국어

### 정보

마지막 업데이트 날짜: 2016-10-11

- ▶ 제품을 사용하기 전에 이 문서를 주의 깊게 끝까지 읽으십시오.
- ▶ 제품 손상과 부상을 방지하기 위해 안전 지침에 유의하십시오.
- ▶ 사용자에게 제품의 위험하지 않은 올바른 사용을 숙지시키십시오.
- ▶ 이 문서를 잘 보관하십시오.

### 정보

- ▶ 환자는 늦어도 포장 안쪽이나 라벨에 인쇄된 날짜에 라이너의 사용을 시작해야 합니다(유효기간/유통기한).

### 1.1 기능

라이너은 적합한 접착 솔루션과 함께 착용 편의성을 높여주며 의지의 접착력을 향상시켜 줍니다. 또한 절단부에 미치는 힘을 줄여줍니다. 이 사용 설명서는 다음 라이너에 적용됩니다.

#### TF 공급

재료	표시
실리콘(Skeo 라이너)	6Y80, 6Y81, 6Y85, 6Y87, 6Y88, 6Y88L

TT 공급	
재료	표시
실리콘(Skeo 라이너)	6Y40, 6Y41, 6Y42, 6Y43, 6Y70, 6Y71, 6Y75, 6Y77, 6Y78
공중합체	6Y90, 6Y92, 6Y93, 6Y94, 6Y95
폴리우레탄	6Y60
하이브리드	6Y100

### 실리콘(Skeo 라이너)

Skeo 라이너는 실리콘으로 제작되었습니다. Skeo 라이너는 충격 흡수와 착용 편의성을 높여줍니다.

오토복사에서는 TT 의지에 있어서 용도에 맞게 모형을 만든, 말단 접촉부가 있는 의지 소켓과 셔틀 로크의 사용을 권장합니다.

오토복사에서는 TF 의지에 있어서 ProSeal 시스템이나 KISS Lanyard 시스템의 셔틀 로크를 사용할 것을 권장합니다.

### 공중합체(Caleo 라이너)

Caleo 라이너는 TPE(열가소성 엘라스토머) 젤로 제작되었습니다. 이 라이너는 전단력을 효과적으로 낮춰주며 의료 백유의 배출로 인해 피부 관리에 도움이 됩니다.

깁스는 자유롭게 선택할 수 있습니다. 사용한 라이너에 따라 적합한 접착 시스템이 결정됩니다.

### 폴리우레탄(Uneo 라이너)

Uneo 라이너는 폴리우레탄 젤로 제작되었습니다. 재료는 점탄성입니다. 이 라이너는 절단부의 형태와 구조에 굉장히 잘 맞고, 특히 충격 보호 기능이 뛰어납니다.

오토복사에서는 하모니 시스템이나 배출 밸브가 있는 풀 로드 베어링 소켓("하모니" 원칙)을 권장합니다.

### 하이브리드

하이브리드 라이너는 폴리우레탄 젤과 실리콘으로 이루어져 있습니다. 그래서 두 재료의 특성을 활용할 수 있습니다.

오토복사에서는 진공 시스템(예 : 에어로링크 시스템)이 있는 풀 로드 베어링 소켓("하모니" 원칙)을 권장합니다.

## 1.2 조합 방법

이 의지 구성요소는 오토복 모듈 시스템의 일부이며 모듈 시스템의 다른 제품과 결합할 수 있습니다.

## 2 규정에 맞는 올바른 사용

### 2.1 용도

본 제품은 하지의 의지용으로만 사용해야 합니다.

## 2.2 사용 기간

이 제품은 통상적으로 마모되는 마모 부품입니다.

## 3 안전

### 3.1 경고 기호의 의미

**△ 경고**      발생 가능한 중대한 사고 위험 및 부상 위험에 대한 경고

**△ 주의**      발생 가능한 사고 위험 및 부상 위험에 대한 경고

**주의 사항**      발생할 수 있는 기술적인 손상에 대한 경고.

### 3.2 일반적인 안전 지침

**△ 경고**

**본 제품을 입과 코에 덮어쓸 경우**

산소 공급 부족으로 인한 질식 위험

▶ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.

**△ 주의**

**냉기, 열, 불 또는 화기 접촉 시**

재료가 녹아 발생하는 부상(예: 화상) 및 제품 손상

▶ 화기, 열기 또는 다른 열원으로부터 제품을 멀리하십시오.

▶ 본 제품을 +80 °C 이상, -20 °C 이하의 온도에 노출시키지 마십시오.

**△ 주의**

**다른 사람에게 재사용 및 불충분한 세척**

피부 자극, 병원균 오염에 의한 감염이나 습진 발생

▶ 이 제품은 반드시 한 사람에게만 사용해야 합니다.

▶ 제품을 정기적으로 세척하십시오.

**△ 주의**

**신체에 잘못 착용하거나 너무 조이게 착용할 경우**

잘못된 착용으로 인한 혈관과 신경의 압박 현상 및 눌림

▶ 제품을 올바른 위치에 올바로 착용하였는지 확인하십시오.

▶ 제품의 형태와 치수가 맞지 않을 때에는 사용을 중단하십시오.

**△ 주의**

**상처가 있는 피부에서 제품을 사용할 경우**

피부 자극, 병원균 오염에 의한 감염이나 습진 발생

▶ 상처가 없는 피부에서만 제품을 사용하십시오.

## 4 인도 품목

수량	명칭	표시
1	사용 설명서	-
1	라이너	-

## 5 제품의 사용 준비 작업

필요하면 다음과 같은 기술 정보를 이용하실 수 있습니다.

Skeo TT 라이너	646T2=1.6, 646T2112
하이브리드 라이너	646T217
공중합체 라이너	646T215
폴리우레탄 라이너	646T2=1.8
Skeo TF 라이너	647G932

### 5.1 라이너 조정

#### 정보

나사산 연결부가 있는 라이너에는 매트릭스가 내장되어 있습니다. 매트릭스는 재료의 과도한 팽창을 막아줍니다. 매트릭스의 길이는 라이너의 용도에 따라 결정됩니다. TF 라이너의 경우, 매트릭스의 길이는 라이너의 전체 길이입니다. TT 라이너에서 매트릭스의 길이는 대부분 10 cm입니다.

#### 정보

공중합체 라이너는 열가소성 변형이 가능합니다. 이를 위해서는 마른 양각 석고에 라이너를 씌우고 경우에 따라 탄성 밴드로 감아줍니다.

▶ 6Y90, 6Y92, 6Y94: 컨벡션 오븐  $70^{\circ}\text{C}$ , 2 h

▶ 6Y93: 컨벡션 오븐  $65^{\circ}\text{C}$ , 15 분

- > **외부 직물이 있는 라이너의 권장 공구:** 절단 가위 719S7 또는 합성섬유 가위 719S20
- > **외부 직물이 없는 라이너의 권장 공구:** 절단 장치 756L9, 라이너 트리머 756L10 또는 매끄러운 연삭면이 있는 종래의 가위
- ▶ **주의 사항!** 톱니 가위를 사용하지 마십시오.  
라이너를 필요한 길이만큼 수평으로 자르십시오. 이때 재료가 찢어지지 않게 매끄러운 절삭 날에 유의하십시오.

## 5.2 선택 사항: 핀 조립

### 정보

의지 소켓은 절단부 하중을 견딜 수 있는 형태여야 합니다.

라이너를 셔틀 로크와 결합시키는 핀을 돌려 라이너의 말단 끝단에 위치한 나사에 끼우십시오.

#### > 필요한 공구 및 재료:

토크 렌치(3 Nm로 설정 가능), Loctite® 636K13

1) Loctite®를 나사산에 도포하십시오.

2) 주의 사항! 플렉시블 핀과 배출 밸브가 있는 핀을 줄이지 마십시오.

핀을 나사산에 돌려 끼운 다음 조입니다(조립 조임 토크: 3Nm).

## 6 사용

### △ 주의

파우더를 사용하는 경우(예: 베이비 파우더 또는 활석)

절단부의 피부 자극 및 입자에 의한 막힘이나 윤활제의 분리로 인한 의지 부품의 기능 상실

▶ 제품을 파우더에서 멀리 두십시오.

### 주의 사항

기계적 과부하가 있는 경우

기계적 손상에 의한 기능 제한

- ▶ 사용하기 전에 항상 제품에 손상이 있는지 검사하십시오.
- ▶ 기능에 제한이 있는 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- ▶ 필요한 경우에는 적합한 조치를 취하십시오(예: 제조사의 고객 서비스 등을 통한 수리, 교환 및 점검).

### 정보

피부 보호 첨가제로 처리된 라이너도 있습니다. 피부 보호 첨가제는 향균 작용으로 불쾌한 냄새가 나지 않도록 해줍니다.

땀 속의 유황 성분으로 인해 라이너가 변색될 수 있습니다. 이러한 변색은 라이너의 기능이나 수명에는 영향을 미치지 않지만 제거가 불가능합니다. 유황은 예컨대 양배추, 견과류, 콩, 단백질 제품이나 유황 처리 제품(예: 말린 과일) 등의 식품을 통해 땀에 들어갈 수 있습니다.

라이너 변색은 반환 청구의 사유가 되지 못합니다.

### 정보

▶ 이미 착용한 라이너는 대부분 새 라이너보다 더 부드럽게 느껴집니다.

- ▶ 폴리우레탄 라이너는 건조 시간이 길기 때문에 교환용 라이너가 있는 것이 좋습니다.
- ▶ 새 라이너는 처음 사용하기 전에 세척하십시오.

### 정보

Derma Prevent는 폴리우레탄 라이너의 내외부 코팅을 손상시킬 수 있습니다.

## 6.1 라이너 탈착용

### 착용

- 1) 라이너에 손상이 없는지 점검하십시오. 핀이 조립되어 있으면 핀의 손상 여부도 점검하십시오.
  - 2) 라이너를 돌돌 말아서 절단부 끝에 갖다 대십시오.  
**주의 사항!** 원위 연결 요소(예: 핀, 금속 캡)를 절단부 세로축에 정렬합니다.
  - 3) 부드러운 부분이 밀리거나 기포가 생기지 않도록, 라이너를 말단부 쪽으로 주름지지 않게 잘 펴십시오.
  - 4) 라이너의 위치와 방향을 확인하십시오.
- 정보:** 라이너로 의지 소켓을 감싸지 마십시오(예외: 6Y100).

### 분리

- 1) 라이너를 개방된 쪽에서 막힌 쪽으로 돌돌 말아 절단부에서 떼어내십시오.
- 2) **권장 사항:** 라이너를 "세척 및 관리" 장에 따라 세척하십시오.

## 6.2 청소 및 관리

### 주의 사항

#### 부적합한 세제를 사용하는 경우

부적합한 세제에 의한 제품 손상

- ▶ 본 제품은 허용된 세제만을 사용하여 세척해야 합니다.

### 정보

땀이 많이 나면 라이너와 피부를 더 자주 세척하십시오. 라이너를 착용할 때에는 매일 집중적인 피부 관리를 해야 합니다. 이를 위해 오토복사에서는 Derma 피부 관리 시스템을 권장합니다.

- 1) 라이너의 안쪽이 바깥으로 향하도록 뒤집으십시오.
- 2) 온수( $30^{\circ}\text{C}$ )에서 중성 비누(예: 오토복 Derma Clean 453H10=1)로 라이너를 손세탁하십시오.
- 3) 라이너를 맑은 물로 깨끗하게 헹구십시오.

- 4) 라이너에 수건을 끼워 넣고 빨래 건조대에 평평하게 누어서 말리십시오.  
또는 건조대(TT: 5Y100=1 TF: 5Y100=2)를 사용하십시오.

## 7 법률적 사항

모든 법률적 조건은 사용 국가에서 적용되는 국내법에 따르며 그에 따라 적절히 변경될 수 있습니다.

### 7.1 책임

본 문서의 설명과 지시에 따라 본 제품을 사용하는 경우 제조사에 책임이 있습니다. 본 문서를 준수하지 않아 발생한 손상, 특히 본 제품을 부적절하게 사용하거나 또는 허가를 받지 않고 본 제품에 변경을 가하여 발생한 손상에 대해서는 제조사 책임을 지지 않습니다.

### 7.2 CE 적합성

본 제품은 의료기기용 유럽 지침 93/42/EEC의 요구 사항을 충족합니다. 이 지침의 부속서 IX에 따른 의료기기 등급 분류 범주에 따라 본 제품은 등급 I로 지정되었습니다. 따라서 적합성 선언은 제조사가 전적으로 책임을 지고 상기 지침의 부속서 VII에 따라 작성되었습니다.

### 7.3 보증

제조사는 공급일부터 제품의 품질을 보증합니다. 재료 결함, 제조 결함 또는 구조 결함이 원인임을 증명할 수 있고 보증 기간 내에 제조사에게 이를 제시하는 하자의 경우 품질 보증에 포함됩니다.

보증 조건에 관한 상세한 사항은 제조사의 관할 판매대리점(주소: 뒤 표지 안쪽 면)에 문의하시기 바랍니다.

---



Otto Bock HealthCare GmbH  
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Germany  
T +49 5527 848-0 · F +49 5527 72330  
[healthcare@ottobock.de](mailto:healthcare@ottobock.de) · [www.ottobock.com](http://www.ottobock.com)